

PAS 238-2025 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TORRE DE ENDOSCOPIA PARA EL SERVICIO DE ORL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE UNICO		TORRE DE ENDOSCOPIA				CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)								TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Sistema visualización procesador cámara Resalte de patrones vasculares, papilomas y degución Si 5 puntos Mode realce de color para detección de Rinitis Si 5 puntos		Capacidad del videofibroscopio con canal de trabajo de angular hacia los cuatro ejes Si 10 puntos		Cabezal de cámara autoclavable Si 5 puntos		Características cabezales HD Si 5 puntos		
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE	SISTEMA VISUALIZACIÓN	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	
LASER TECH IBERICA, S.L.	Torre de endoscopia	XION MEDICAL ENDOSTRO B DL	SI			SI	10	NO	0	NO	0	NO	0	10
TECNOINNOVA HOSPITAL, S.L.	Torre de endoscopia	N6214850 N6217450 N6006930 N5766560 AGNMX24B WA03300A WA23080A K10030123	SI			SI	10	SI	10	SI	5	SI	5	30

Leganés, 9 de diciembre de 2025
JEFE DEL SERVICIO DE ORL
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

Firmado por LASSO DE LA VEGA ZAMORA M
DEL MAR
con un certificado emitido por SIA
SUB01