


PASA 229-2025 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE NEUROMODULACIÓN PARA EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN DEL HOSITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE ÚNICO		EQUIPAMIENTO DE NEUROMODULACIÓN		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)													
LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			El generador ofertado puede continuar el tratamiento cuando uno de los canales se estropea, sin tener que cambiar el equipo SI 15 puntos		El generador ofertado dispone de satélite SI 5 puntos		Ampliación gama de cándulas de la misma casa comercial, que se incluyen con control de temperatura, periféricas y cándulas expansibles con lesión en forma de pirámide SI 5 puntos		Sistema de comprobación de la precisión en la medición de temperatura de los electrodos de RF SI 5 puntos		TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)			
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS				
CARDIVA 2, S.L.	Equipamiento neuromodulación	BOSTON COSMAN RFG-4-220V	SI			SI	15	NO	0	SI	5	SI	5,00	25,00			
PRIM, S.A	Equipamiento neuromodulación	DIROS URF-3AP NKA-4	SI			SI	15	SI	5	SI	5	SI	5,00	30,00			

Leganés, 1 de diciembre de 2025
D. Domingo Gómez López

JEFE DE SERVICIO DE REHABILITACIÓN
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.