

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE KITS DE ESTUDIO DE PROTEÍNAS, PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS. EXPEDIENTE. PAS 57-2025.

ÍNDICE

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 1.1. Objeto del contrato.....
- 1.2. Legislación.....
- 1.3. Plazo de entrega

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

- 2.1. Partes y componentes.....
- 2.2. Características técnicas.....

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE KITS DE ESTUDIO DE PROTEÍNAS, PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS. EXPEDIENTE. PAS 57-2025.

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1-OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente pliego es la adquisición de kits de análisis de proteínas para cubrir las necesidades asociadas al proyecto “**BECAS DR. LUIS ÁLVAREZ-2024**” concedido a la IP. Rocío Rosas Alonso.

1.2- LEGISLACIÓN.

Los productos presentados a este procedimiento, deberán cumplir la legislación vigente que sea de aplicación.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, quedando el contratista sometido a la normativa nacional y europea en materia de protección de datos, siendo ésta una obligación contractual esencial (211.1.f LCSP).

1.3.- PLAZOS DE ENTREGA.

- **Duración del contrato:** hasta que venza la duración del proyecto (31 de diciembre de 2026), salvo que se complete el suministro con anterioridad a esta fecha, dando por extinguido a partir de ese momento el contrato.
- **Procede la prórroga del contrato:** No.
- **Plazo de ejecución:** La empresa proveedora no suministrará la totalidad de los kits en una sola remesa, sino que los investigadores del proyecto los irán solicitando de forma periódica según necesidades del mismo. Una vez solicitados, el proveedor tendrá un plazo máximo de entrega de 45 días hábiles.

No se admitirá establecer cantidades ni importes mínimos para el suministro de pedidos de ninguno de los productos enumerados, ni limitaciones en el

establecimiento de días de reparto fijos o kilometrajes máximos a recorrer por los transportes para la distribución de los productos.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3 unidades de KIT ELISA PEMBROLIZUMAB SHIKARI (PEM-FD-KEY) con marcado CE-IVD de 96 pocillos para procesar de manera automática en el Procesador Automático de ELISA Dynex modelo DSX de 4 placas, disponible en el Laboratorio de Específicos del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital La Paz. Se requiere autorización del proveedor del equipo para el uso del equipo con estos reactivos así como formación y soporte del mismo. La oferta debe incluir el material auxiliar necesario para el procesamiento de las muestras en el robot, que incluye PUNTAS MUESTRA DSX / DS2 4X108, PUNTAS REACTIVO DSX/DS2 4X108, VIALES 2 ML CAL Y CONTROLES DSX, VIALES 25 ML REACTIVO DSX, TIRAS DILUCIÓN DS2 /DSX 250 UNIDADES.

2.1. PARTES Y COMPONENTES

3 unidades.

Madrid, a 18 de noviembre de 2025.

POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN,

D. Francisco García Río

Presidente de la Comisión Delegada de la Fundación

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA