

Exp.: P.A. HCCR 26/2025-SU

Exp. Nexus: A/SUM-040525/2025

Objeto: **SUMINISTRO DE IMPLANTES Y MATERIAL DE PIE CON DESTINO AL HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA**

## CONTESTACIONES A CONSULTAS DE EMPRESAS

### PREGUNTA:

Queremos presentar oferta a este expediente, pero nos surge las siguientes dudas, en el lote 1 – ANTEPIÉ - por las características de la anatomía, así como de los implantes, únicamente requeriría un motor tipo lápiz, mientras que en el Lote 2 - OSTEOSÍNTESIS Y ARTRODESIS DE ANTEPIÉ - RETROPIÉ – requeriría un motor tipo pistola.

En las páginas 9 a 13 de este pliego solicitan dos motores en cesión por cada lote – un motor tipo lápiz y un motor tipo pistola -, cuatro en total, debido al importe de los lotes nos surge la duda de qué efectivamente soliciten cuatro motores en cesión.

El motivo de la consulta es aclarar si finalmente son requeridos uno o dos motores por lote.

### CONTESTACIÓN:

El Servicio de Traumatología manifiesta lo siguiente:

*"Lo que se requiere en cada lote son tres terminales para colocar sierras, fresas de percutánea y agujas brocas"*

Madrid, a 4 de diciembre de 2025

LA DIRECTORA DE GESTIÓN

Firmado digitalmente por: MAS CEBRIAN M. ESTRELLA