

PASA 236-2025 "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE LITOTRICIA INTRACORPÓREA PARA EL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE		ÚNICO												
						CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)								TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Regulación de frecuencia de impactos balísticos de 1 a 12Hz. SI..... 10 Puntos		Rango de sondas desechables con grosores de 1,1 a 3,9 mm (dependiendo de la sonda) y longitudes de 340 a 625 mm. SI..... 10 puntos		Fijación de la sonda a la pieza de mano mediante llave dinamométrica para garantizar el par de apriete óptimo. SI..... 5 puntos		Ampliación de la garantía con inclusión del mantenimiento. La cobertura del incremento de garantía será la misma que la obligatoria de 2 años, con inclusión del mantenimiento preventivo y correctivo (integral). SI.....5 puntos		
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	EQUIPO LITOTRICIA INTRACORPÓREA	Lithoclast Trilogy / 470FT-232	X			SI	10	SI	10	SI	5	SI	5	30,00

JEFE DE SERVICIO DE UROLOGÍA  
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA  
Firmado digitalmente por: TELLEZ MARTINEZ-FORNES MIGUEL FRANCISCO  
Fecha: 2025.12.10 11:49