

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

PASA 234-2025 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE CAMILLAS HIDRAÚLICAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE UNICO	CAMILLAS HIDRAULICAS									
						CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 30 PUNTOS)				TOTAL (MÁXIMO 30 PUNTOS)
LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Dotado de 4 ruedas con freno Si 24 puntos		Ampliación del plazo cubierto por la garantía del sistema 2 puntos por cada año adicional con un máximo de 3 años adicionales 0 puntos si el plazo de garantía es igual a 2 años como se exige en el pliego técnico		
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	SI/NO	PUNTOS	Nº años ampliación garantía	PUNTOS	
HIDEMAR, S.A.	Camilla Hidráulica	924.111S		x	Se solicitan alturas con una amplitud mínima de 46-90 cm y ofertan 50-90					0,00
MEDICAL IBERICA, S.A.	Camilla Hidráulica	OMEGA BASICH (MEDISA)	x			si	24,00	3 años	6	30,00
PRIM, S.A.	Camilla Hidráulica	PRIM LW2H		x	Se solicitan alturas con una amplitud mínima de 46-90 cm y ofertan 43-86					0,00
SALVADOR NAVARRO, S.A.	Camilla Hidráulica	MRL.2084H.70		x	Incremento plazo de entrega. Ofertan 4 semanas y el plazo máximo es de 10 días naturales					0,00
SOCIAL MOBEL, S.L.	Camilla Hidráulica	SM/ME2	x			si	24,00	3 años	6,00	30,00
WEELKO BARCELONA, S.L.	Camilla Hidráulica	WK.2L.H	x			si	24,00	3 años	6	30,00

Leganés, 12 de diciembre de 2025
SUPERVISORA DE RECURSOS MATERIALES
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

Firmado digitalmente por: POSTLBAUER CORREAS ANNA CRUZ

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestion.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación:

.....