

**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA CONSOLA DE CONTRAPULSACIÓN CON DESTINO AL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN**

**PASA SUM 085/25**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PPT Y VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS**

Tras la revisión de la documentación técnica, en relación al expediente **PASA SUM 085/25 “ Suministro, instalación y puesta en marcha de una consola de contrapulsación con destino al Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón”**, y de acuerdo con el procedimiento abierto con pluralidad de criterios, se concluye que las ofertas técnicas presentada por la empresa relacionada a continuación, cumple con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

NIF	Licitador
A03142114	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.

La **puntuación autoasignada en cuanto al cumplimiento de los criterios de valoración por aplicación de fórmulas ha sido revisada por el Servicio de Cardiología del Hospital y es correcta.**

Los resultados de la autoevaluación del licitador, se muestran en la siguiente tabla:

Criterio	Puntuación máxima	Autoevaluación
<b>7.2.1.1. Acceso al historial de alarmas y la posibilidad de impresión.</b> <input type="checkbox"/> 0 puntos: No cumple; <input type="checkbox"/> 2 puntos: Sí cumple	<b>2 puntos</b>	<b>2 puntos</b>
<b>7.2.1.2. Disposición de diferentes modos de disparo distintos a los mínimos requeridos en el PPT:</b> <input type="checkbox"/> 0 puntos: No cumple; <input type="checkbox"/> 2 puntos: Sí cumple.	<b>2 puntos</b>	<b>2 puntos</b>
<b>7.2.1.3. Número de intervalos de asistencia disponible, que supere el mínimo establecido (3 intervalos)</b> <input type="checkbox"/> 0 puntos: No cumple; <input type="checkbox"/> 4 puntos: Sí cumple.	<b>4 puntos</b>	<b>4 puntos</b>
<b>7.2.1.4. Sistemas de aviso por medio de colores según el riesgo advertido:</b> <input type="checkbox"/> 0 puntos: No cumple; <input type="checkbox"/> 2 puntos: Sí cumple.	<b>2 puntos</b>	<b>2 puntos</b>
<b>7.2.1.5. Acceso a través de la pantalla, modo táctil, a las operaciones relacionadas con las señales registradas:</b> <input type="checkbox"/> 0 puntos: No cumple; <input type="checkbox"/> 5 puntos: Sí cumple.	<b>5 puntos</b>	<b>5 puntos</b>
<b>7.2.1.6. Información en pantalla del volumen del balón y porcentaje de inflado (%). Posibilidad de cambios incrementales del volumen de inflado.:</b> <input type="checkbox"/> 0 puntos: No cumple; <input type="checkbox"/> 5 puntos: Sí cumple.	<b>5 puntos</b>	<b>5 puntos</b>
<b>7.2.1.7. Compromiso de reposición rápida con un equipo adicional en caso de avería o utilización del existente:</b> <input type="checkbox"/> 0 puntos: $\geq 12$ horas; <input type="checkbox"/> 3 puntos: $< 12$ horas y $> 6$ horas; <input type="checkbox"/> 10 puntos: $< 6$ horas	<b>10 puntos</b>	<b>10 puntos</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30 puntos</b>	<b>30 puntos</b>

La puntuación autoasignada en cuanto al cumplimiento de los criterios de valoración por aplicación de fórmulas ha sido revisada por el servicio de Cardiología y es correcta.

Los resultados definitivos, una vez revisados los criterios serían los siguientes:

NIF	Licitador	Puntuación
A03142114	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	30

BOTAS  
RODRIGUEZ  
Z JAVIER -

Firmado digitalmente por BOTAS  
RODRIGUEZ JAVIER [REDACTED]  
Nombre de reconocimiento (URN):  
c=ES, o=CONSEJERÍA DE SANIDAD  
DE MADRID, ou=CERTIFICADO  
ELECTRÓNICO DE EMPLEADO  
PÚBLICO, title=FACULTATIVO,  
serialNumber=IDCES [REDACTED]  
sn=BOTAS RODRIGUEZ,  
givenName=JAVIER, cn=BOTAS  
RODRIGUEZ JAVIER, [REDACTED]  
Fecha: 2025.12.23 12:35:24 +01'00'

Alcorcón, a 23 de diciembre 2025

Fdo. Dr. Javier Botas Rodríguez  
Jefe del Servicio de Cardiología