

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SUTURAS MANUALES CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

Nº EXPEDIENTE: A/050223/2025

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestionia.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación:

INDICE

1.	OBJETO DEL CONTRATO	3
2.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS ..	3
3.	CONSIDERACIONES GENERALES:	11
4.	NORMATIVA GENERAL	12

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SUTURAS MANUALES CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el Suministro de suturas manuales con destino a los centros dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS

- Las características técnicas de los productos descritas apartado 2. Especificaciones técnicas que deben cumplir los artículos en el presente pliego, se deben entender como mínimas y exigibles, al igual que las recogidas en el apartado 3. Consideraciones Generales y 4. Normativa general.
- Las características técnicas exigidas serán las que definan con detalle las condiciones técnicas mínimas que debe presentar el producto, más allá de la denominación del lote.
- El material tendrá una fecha de caducidad mínima de 36 meses desde su fecha de fabricación.
- Tanto la fecha de caducidad como el lote de los suministros para los que esta condición sea exigible, estarán indicados en el envase general y en el envase individual del producto, incluido en las muestras presentadas.
- El envase deberá permitir la identificación del contenido y tendrá el texto en castellano (o será inequívocamente identificable por similitud al castellano). No será necesaria la traducción de la marca comercial o nombre comercial del producto.
- Las instrucciones para profesionales y pacientes estarán en castellano, y si han sido traducidas deberán estar correctamente adaptadas al castellano para no dar lugar a interpretaciones, equívocos, o problemas de seguridad al hacer una lectura literal del texto, al igual que el resto de la documentación. Tendrán simbología internacional estándar.
- Todo el material suministrado estará exento de Látex.
- Las presentaciones objeto de este contrato estarán en perfectas condiciones de uso y se ajustarán a las condiciones técnicas y de calidad exigidas.
- El envase y el producto de la muestra, en los casos en los que se requiera su presentación, serán idénticos a los productos que se suministrarán. Las muestras con pegatinas o etiquetado superpuesto sobre el contenido o sus características, o que no esté impreso convenientemente en cada envase individual no serán válidas.

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.1	136030	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO/POLILACTICO POLIFILAR MD 3/0 45CM AGUJA 3/8C 19MM TRIANGULAR INVERTIDA	<ul style="list-style-type: none"> Sutura sintética absorbible a medio plazo Resistencia útil por encima de 20 días Reabsorción por hidrólisis superior a 55 días Constituida por polifilamento de ácido poliglicólico o similar trenzado y recubierto Aguja curva de 3/8 círculo de acero inoxidable Calibre: 3/0 Punta aguja triangular (invertida/no invertida) Longitud aguja 19-20 mm Longitud hilo 45-70 cm Libre de látex Estéril Etiquetado en envase individual en el que figure descripción, referencia, fecha de caducidad, tipo y descripción de aguja, composición y longitud del hilo en español
	1.2	103457	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO/POLILACTICO POLIFILAR MD 4/0 70CM AGUJA 3/8C 24MM TRIANGULAR INVERTIDA	<ul style="list-style-type: none"> Sutura sintética absorbible a medio plazo Resistencia útil por encima de 20 días Reabsorción por hidrólisis superior a 55 días Constituida por polifilamento de ácido poliglicólico o similar trenzado y recubierto Aguja curva de 3/8 círculo de acero inoxidable Calibre: 4/0. Punta aguja triangular (invertida/no invertida) Longitud aguja 20-24 mm. Longitud hilo 60-75 cm. Libre de látex Estéril Etiquetado en envase individual en el que figure descripción, referencia, fecha de caducidad, tipo y descripción de aguja, composición y longitud del hilo en español

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
2	2.1	100938	SUTURA POLIAMIDA MONOFILAR AZUL 3/0 45 CM AGUJA 3/8C 19MM TRIANGULAR	<ul style="list-style-type: none"> Sutura sintética no absorbible Composición: Monofilamento de poliamida (Nylon) Aguja curva de 3/8 círculo de acero inoxidable Calibre: 3/0. Punta aguja triangular Longitud aguja 19-20 mm Longitud hilo 41-50 cm Libre de látex Estéril Etiquetado en envase individual en el que figure descripción, referencia, fecha de caducidad, tipo y descripción de aguja, composición y longitud del hilo en español
	2.2	100940	SUTURA POLIAMIDA MONOFILAR 4/0 90CM AGUJA 3/8C 19 MM TRIANGULAR	<ul style="list-style-type: none"> Sutura sintética no absorbible. Composición: Monofilamento de poliamida (Nylon) Calibre: 4/0. Punta aguja triangular Aguja curva de 3/8 de círculo de acero inoxidable Longitud aguja 19-20 mm Longitud hilo 81-90 cm Libre de látex Estéril Etiquetado en envase individual en el que figure descripción, referencia, fecha de caducidad, tipo y descripción de aguja, composición y longitud del hilo en español

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
2	2.3	100941	SUTURA POLIAMIDA MONOFILAR 5/0 90CM AGUJA 3/8C 19MM TRIANGULAR INVERTIDA	<ul style="list-style-type: none"> Sutura sintética no absorbible. Composición: Monofilamento de poliamida (Nylon) Calibre: 5/0. Punta aguja triangular (invertida/no invertida) Aguja curva de 3/8 de círculo de acero inoxidable Longitud aguja 19-20 mm Longitud hilo 81-90 cm Libre de látex Estéril Etiquetado en envase individual en el que figure descripción, referencia, fecha de caducidad, tipo y descripción de aguja, composición y longitud del hilo en español
3	3.1	103456	SUTURA SEDA TRENZADA 2/0 75 CM AGUJA 3/8C 24 MM TRIANGULAR	<ul style="list-style-type: none"> Sutura de seda multifilamento trenzado anticapilar y recubierto Sutura natural no absorbible. Calibre 2/0 Punta aguja triangular Aguja curva de 3/8 de círculo de acero inoxidable Longitud aguja 24-25 mm Longitud hilo 75-90 cm Libre de látex Estéril Etiquetado en envase individual en el que figure descripción, referencia, fecha de caducidad, tipo y descripción de aguja, composición y longitud del hilo en español

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
3	3.2	143091	SUTURA SEDA TRENZADA 3/0 75 CM AGUJA 1/2C 21 MM TRIANGULAR INVERTIDA	<ul style="list-style-type: none"> Sutura de seda multifilamento trenzado anticapilar y recubierto Sutura natural no absorbible. Calibre 3/0. Punta aguja triangular (invertida/no invertida) Aguja curva de 1/2 de círculo de acero inoxidable Longitud aguja 21-22 mm Longitud hilo 75-90 cm Libre de látex Estéril Etiquetado en envase individual en el que figure descripción, referencia, fecha de caducidad, tipo y descripción de aguja, composición y longitud del hilo en español
	3.3	101453	SUTURA SEDA TRENZADA 3/0 81-90 CM AGUJA 3/8C 19-20 MM TRIANGULAR	<ul style="list-style-type: none"> Sutura de seda multifilamento trenzado anticapilar y recubierto Sutura natural no absorbible. Calibre 3/0 Punta aguja triangular Aguja curva de 3/8 de círculo de acero inoxidable Longitud aguja 19-20 mm. Longitud hilo 75-90 cm. Libre de látex Estéril Etiquetado en envase individual en el que figure descripción, referencia, fecha de caducidad, tipo y descripción de aguja, composición y longitud del hilo en español

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
3	3.4	100754	SUTURA SEDA TRENZADA 4/0 81-90 CM AGUJA 3/8C 19-20 MM TRIANGULAR	<ul style="list-style-type: none"> Sutura de seda multifilamento trenzado antipilar y recubierto Sutura natural no absorbible. Calibre 4/0. Punta aguja triangular Aguja curva de 3/8 de círculo de acero inoxidable Longitud aguja 19-20 mm. Longitud hilo 75-90 cm Libre de látex Estéril Etiquetado en envase individual en el que figure descripción, referencia, fecha de caducidad, tipo y descripción de aguja, composición y longitud del hilo en español
	3.5	100755	SUTURA SEDA TRENZADA 5/0 75 CM AGUJA 3/8C 19 MM TRIANGULAR INVERTIDA	<ul style="list-style-type: none"> Sutura de seda multifilamento trenzado antipilar y recubierto Sutura natural no absorbible. Calibre 5/0 Punta aguja triangular (invertida/no invertida) Aguja curva de 3/8 de círculo de acero inoxidable Longitud aguja 19-20 mm. Longitud hilo 75-90 cm Libre de látex Estéril Etiquetado en envase individual en el que figure descripción, referencia, fecha de caducidad, tipo y descripción de aguja, composición y longitud del hilo en español

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.1	100072	TIRA ADHESIVA SUTURA CUTANEA 3 X 75 MM, ESTÉRIL	<ul style="list-style-type: none"> Tiras adhesivas para aproximación de bordes en incisiones Composición rayón/poliamida y refuerzo de poliéster Medidas de la tira ancho 3-4 mm. Longitud 75mm (± 2mm) Adhesivo acrílico, hipoalergénico y que no deje residuos al retirar Resistencia mínima 7 días Adaptables a la anatomía del paciente sin desprenderse al movimiento natural Transpirables para evitar la maceración de la herida Soporte con precortes en los laterales y superficie que permita la retirada de la tira íntegramente sin quedarse adheridos restos de soporte. Manipulable con guantes sin perder la adhesividad Libre de látex Estéril Envasado unitario de 5 a 10 tiras Etiquetado en envase individual en el que figure descripción, referencia, fecha de caducidad, medidas en español

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.2	100373	TIRA ADHESIVA SUTURA CUTANEA 6 X 100 MM ESTERIL	<ul style="list-style-type: none"> Tiras adhesivas para aproximación de bordes en incisiones Composición rayón/poliamida y refuerzo de poliéster Medidas de la tira ancho 6-7mm. Longitud 100 mm (\pm 2mm) Adhesivo acrílico hipoalergénico y que no deje residuos al retirar Resistencia mínima 7 días Adaptables a la anatomía del paciente sin desprenderse al movimiento natural Transpirables para evitar la maceración de la herida Soporte con precortes en los laterales y superficie que permita la retirada de la tira íntegramente sin quedarse adheridos restos de soporte Manipulable con guantes sin perder la adhesividad Libre de látex Estéril Envasado unitario de 5 a 10 tiras Etiquetado en envase individual en el que figure descripción, referencia, fecha de caducidad, medidas en español

3. CONSIDERACIONES GENERALES:

Durante toda la vigencia del contrato aplican las siguientes consideraciones generales relacionadas con el suministro:

- El adjudicatario se responsabiliza y asume frente a la Gerencia el compromiso de garantizar en todo momento el suministro permanente, continuo e ininterrumpido, de los bienes objeto del contrato de acuerdo con las necesidades de la Institución.
- El adjudicatario dispondrá de un servicio de atención al cliente con personas de referencia identificadas para atender cualquier reclamación, duda, o necesidad de gestión logística de pedidos y/o servicio técnico, informando, si se requiriese, de los indicadores de calidad de servicio prestado a esta Gerencia, como tiempos de respuesta, tiempos de resolución satisfactoria de incidencias, etc.
- Los pedidos que se realizarán por la Gerencia al adjudicatario podrán tener distintas direcciones de entrega en el mismo pedido, es decir, que la cantidad de unidades totales de un pedido, se entregarán en las distintas direcciones de entrega que se especifique en el propio pedido, donde se indicarán el número de unidades por destino.
- Un mismo pedido podrá constar de entregas parciales programadas en el tiempo, siendo dichas fechas las que se considerarán a efectos de cumplimiento del plazo de entrega.
- El material, en el momento de su entrega, presentará una fecha de fabricación inferior a 12 meses, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del adjudicatario.
- El Adjudicatario dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso/con más de 12 meses desde su fabricación. El tiempo de respuesta, de obligado cumplimiento, para efectuar la retirada de ese material, será inferior a las 48 horas desde la notificación, incluido en el precio ofertado. Así mismo, el adjudicatario tiene la responsabilidad de la eliminación de dichos materiales cumpliendo la normativa vigente en materia medioambiental y de gestión de residuos que le pudiera aplicar.
- En el mismo momento de la retirada, se procederá a la entrega de las mismas unidades de material en las condiciones aceptadas por el adjudicatario en este pliego, considerándose a partir de ese momento, de no restituir el material objeto del pedido, retraso en la entrega del pedido, pudiéndose aplicar las penalidades que pudieran derivarse de este incumplimiento y recogidas en los pliegos.
- El licitador garantizará que al menos en los 6 primeros meses del contrato suministrará la referencia ofertada y dispone de stock, por lo que:
 - No requerirá cambios de referencia sobre los productos ofertados.
 - No requerirá la sustitución de los productos ofertados por otros alternativos.

- En los casos en los que el adjudicatario sea conocedor de la imposibilidad de cumplir con sus compromisos contractuales de suministro, en los tiempos y formas acordados, pondrá en conocimiento dicha circunstancia de forma inmediata al órgano de contratación, al interlocutor del contrato y a sus interlocutores habituales con los que gestiona los pedidos de suministros. Estará obligado a emitir por escrito las notificaciones que le sean solicitadas en relación con ello.
- En caso de un cambio de referencia por mejora del producto u otros motivos, el adjudicatario tiene la obligación de ofrecer una alternativa de igual o superior calidad a la adjudicada, previa conformidad de la Gerencia, sin coste adicional, y cuya pertinencia se valorará siempre que la nueva referencia cumpla las características técnicas exigidas en el pliego y puntúe al menos con los mismos puntos en los criterios de valoración de la referencia a sustituir, si los hubiera.
- Criterios medioambientales: Las prescripciones técnicas se definen aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental en la medida que tengan relación con el objeto del contrato y atendiendo a la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid. Por ello, y en base a esta normativa, se solicita el cumplimiento de las prescripciones relacionadas con la gestión de residuos y el reciclaje, mediante la **retirada de todos los embalajes terciarios y secundarios** que sea posible, y se exija, para los productos objeto del suministro, y que en la fabricación de los productos objeto del contrato **no se hayan empleado sustancias tóxicas** para el medio ambiente. Se exige el cumplimiento de toda la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al suministro, debiendo responder de cualquier incidente medioambiental por ellos causados, liberando a la Gerencia Asistencial de Primaria de cualquier responsabilidad sobre el mismo.

4. NORMATIVA GENERAL

1. Todo el material ofertado, que por su clasificación lo precise, tendrá Marcado CE Certificado por organismo notificado, de acuerdo, según aplique, con el reglamento UE 2017/745 por el que se regulan los productos sanitarios, y que estará vigente (Reglamento UE 2023/607).
2. Todo el material ofertado que por su clasificación lo precise, tendrá Declaración de Conformidad del fabricante, donde se indique que sus productos son conformes con los requisitos esenciales que les resultan de aplicación.

3. Cumplirá la Norma UNE-EN ISO 15223-1:2021 Productos sanitarios o equivalente. Símbolos a utilizar con la información a suministrar por el fabricante. Parte 1: Requisitos generales (Norma europea EN ISO 15223-1:2021, Norma Internacional ISO 15223-1:2021) o equivalente, cuando sean de aplicación, en función del producto solicitado.

POR LA ADMINISTRACIÓN,
FECHA Y FIRMA
LA VICECONSEJERA DE SANIDAD
P.D. El Gerente Adjunto de Gestión y Servicios
Generales
(Resolución 342/2021, 13 septiembre)

Firmado digitalmente por: CHACON SANCHEZ MOLINA FRANCISCO JAVIER
Fecha: 2025.12.11 08:01

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA