

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE TANQUE DE NITROGENO LIQUIDO Y CAJAS DE CRIOCONSERVACION, PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS. El proyecto FORT23/00006 está financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en el marco del programa FORTALECE del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Expediente PAS 01-2026.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 1.1. Objeto del contrato.....
- 1.2. Legislación.....
- 1.3. Plazo de entrega.....

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO.....

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE TANQUE DE NITROGENO LIQUIDO Y CAJAS DE CRIOCONSERVACION, PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS. El proyecto FORT23/00006 está financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en el marco del programa FORTALECE del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Expediente PAS 01-2026.

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1-OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente pliego es definir las características técnicas y funcionales para el suministro de un tanque de nitrógeno líquido y cajas para su almacenamiento para el desarrollo de la línea de investigación del proyecto FORTALECE por el Grupo de Investigación *tumorimmunology* de IdiPAZ.

1.2- LEGISLACIÓN.

Los productos presentados a este procedimiento, deberán cumplir la legislación vigente que sea de aplicación.

1. 3.- PLAZOS DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.

- Duración del contrato: desde la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2027, salvo que se complete el suministro con anterioridad a esta fecha, dándose por extinguido a partir de ese momento el contrato.
- Plazo de ejecución: el suministro se solicitará a la empresa proveedora tras la firma del contrato. El plazo máximo de entrega será de un mes una vez solicitado el pedido al proveedor según las necesidades de la FIBHULP.
- Procede la prórroga del contrato: No procede.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

LOTE 1: Recipiente de nitrógeno líquido hasta -196 °C con un volumen de 170 litros; los criotubos se almacenan de 2 ml; garantía de 6 años de vacío. Fabricación en aleación ligera, para una mayor ligereza y autonomía. Disponibilidad de diversos sistemas de almacenamiento adaptados a ampollas, tubos, pajuelas, bolsas, etc. Control seguro, con dos sondas de temperatura y una tercera posición disponible para una sonda adicional. Manipulación segura de los racks gracias al sistema individual de bloqueo de las cajas crioplásticas, que evita el riesgo de su caída. Tiene que tener incluido los 6 rack de 10 niveles cada uno para criotubos de 2 ml.

LOTE 2: Cajas de crioconservación, con unas medidas de 133*133*51 (100 *2). Cada unidad tendrá 10 cajas.

2.1. PARTES Y COMPONENTES DEL SUMINISTRO

LOTE 1: 1 unidad.

LOTE 2: 6 unidades.

Madrid, a 9 de enero de 2026.

POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN,

D. Francisco García Río.

Presidente de la Comisión Delegada
de la Fundación

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA