



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012600002 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ESPECTROFOTÓMETRO FT-IR (TRANSFORMADA DE FOURIER) Y ACCESORIOS DE REFLECTANCIA TOTAL ATENUADA (ATR) PARA EL LABORATORIO DE INSPECCIÓN DE MATERIALES DE METRO DE MADRID

Consulta 1:

Según se indica en el punto 2.2.1 del PPT:

2.2.1. Instalación y puesta en marcha del equipamiento suministrado.

El contratista se encargará de la instalación, configuración y ajuste del equipamiento asegurando su correcto funcionamiento y que queda en condiciones perfectas de uso contando con las bibliotecas propias creadas a partir de nuestros ensayos y las librerías SADTLER y BIO RAD disponibles en el Laboratorio (HU, OL, OM, SR y TU).

¿Podrían por favor indicarnos cuántas bibliotecas creadas por el usuario tendríamos que transformar para usarlas con nuestro software?

Respuesta 1:

En relación con su consulta, les informamos de que lo que necesitamos ver en el nuevo equipo son los 8.958 espectros que tenemos a fecha 31/12/2025 en nuestro equipo, distribuidos en 55 carpetas (246 MB), y las 53 librerías que hemos creado con los anteriores espectros y que tienen 6.430 archivos.

También se tendrán que incorporar los espectros que se realicen durante este año 2026 hasta que se entregue el equipo.

En Madrid, a 26 de enero de 2026.