

CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 29/2025 SUMINISTRO PRÓTESIS DE RODILLA

LICITADOR: ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.

CUMPLE SI (x) NO ()		MUESTRAS SI () NO (x)	
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO:			
LOTE 1.- PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA PRIMARIA PS		Baremación hasta 30 puntos	Valoración
Componente femoral	Diseño multiradio para cinemática fisiológica.	1	1
	Existencia de elementos adicionales de fijación como tetones y morfología de superficie, así como opciones de tratamientos de superficie adicionales para fijación primaria y secundaria del implante.	2	2
	Opción Posterior Estabilizada con cajetín intracondilar minimizado para ahorro del stock óseo.	5	5
	Opción de sistema CR y PS en versión antialérgica, y la posibilidad de cementación y no cementación.	5	5
	Opción con navegación y/o sistemas de guías que aporten soluciones tecnológicamente avanzadas en casos complejos y puedan evitar invasiones de canal, además de compatibilidad con material implantado con anterioridad.	2	2
Componente tibial	Versatilidad del diseño en su adaptación a diferentes modelos, como CR, PS y opción meniscos rotarios.	1	1
	Opciones de tratamientos de superficie adicionales para mejora de fijación primaria y secundaria.	5	5
	Opción de sistema CR, PS y menisco rotatorio en versión antialérgica, y la posibilidad de cementación y no cementación.	5	5
	Opción con navegación y/o sistemas de guías que aporten soluciones tecnológicamente avanzadas en casos complejos	2	2
Inserto	Opción de meniscos rotatorios como versión adicional.	1	1
Amplitud de cobertura de los distintos diámetros del componente patelar		1	1
		TOTAL PUNTUACIÓN	30

Madrid, a 26 de febrero de 2026

Fdo.: Dr. Fernando Canillas del Rey

JEFE DE SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 29/2025 SUMINISTRO PRÓTESIS DE RODILLA

LICITADOR: PROTECTRAUMA S.L.			
CUMPLE SI (x)		MUESTRAS SI ()	
NO ()		NO (x)	
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO:			
LOTE 2 PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA PRIMARIA CR		Baremación hasta 30 puntos	Valoración
Componente femoral	Diseño multiradio para cinemática fisiológica.	1	1
	Existencia de elementos adicionales de fijación como tetones y morfología de superficie, así como opciones de tratamientos de superficie adicionales para fijación <u>primaria y secundaria del implante.</u>	2	2
	Opción Posterior Estabilizada con cajetín intracondilar minimizado para ahorro del stock óseo.	5	5
	Opción de sistema CR y PS en versión antialérgica, y la posibilidad de cementación y no cementación.	5	5
	Opción con navegación y/o sistemas de guías que aporten soluciones tecnológicamente avanzadas en casos complejos	1	1
Componente tibial	Versatilidad del diseño en su adaptación a diferentes modelos, como CR, PS y opción meniscos rotarios.	1	1
	Opciones de tratamientos de superficie adicionales para <u>mejora de fijación primaria y secundaria.</u>	5	5
	Opción de sistema CR, PS y menisco rotatorio en versión antialérgica, y la posibilidad de cementación y no <u>cementación.</u>	5	5
	Versatilidad de la instrumentación en el control varo-valgo, la inclinación anteroposterior y la altura de la <u>resección al mismo tiempo.</u>	1	1
	Opción con navegación y/o sistemas de guías que aporten soluciones tecnológicamente avanzadas en casos complejos	1	1
Inserto	Opción de meniscos rotatorios como versión adicional,	1	1
	Opción de diferente conformación.	1	1
Amplitud de cobertura de los distintos diámetros del componente patelar		1	1
		TOTAL PUNTUACIÓN	30

Madrid, a 23 de febrero de 2026

Fdo.: Dr. Fernando Canillas del Rey

JEFE DE SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA



Hospital Central de la Cruz Roja
San José y Santa Adela

Comunidad de Madrid

CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 29/2025 SUMINISTRO PRÓTESIS DE RODILLA

LICITADOR: ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U.

CUMPLE SI (x)

NO ()

MUESTRAS SI ()

NO (x)

MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO:

LOTE 3.- SISTEMA DE CIMENTACIÓN AL VACÍO

Baremación hasta 30 puntos

Valoración

Colorante en el polímero

30

30

TOTAL PUNTUACIÓN

30

Madrid, a 23 de febrero de 2026

Fdo.: Dr. Fernando Canillas del Rey
JEFE DE SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA



Hospital Central de la Cruz Roja
San José y Santa Adela

Comunidad de Madrid

CRITERIOS DE VALORACIÓN - P.A. HCCR 29/2025 SUMINISTRO PRÓTESIS DE RODILLA

LICITADOR: HERAEUS, S.A.

CUMPLE SI (x)		MUESTRAS SI ()	
NO ()		NO (x)	
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TÉCNICO, EN SU CASO:			
LOTE 3.- SISTEMA DE CIMENTACIÓN AL VACÍO		Baremación hasta 30 puntos	Valoración
Colorante en el polímero		30	30
		TOTAL PUNTUACIÓN	30

Madrid, a 23 de febrero de 2026

Fdo.: Dr. Fernando Canillas del Rey
JEFE DE SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA