

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE AEROSOLTERAPIA MEDIANTE NEBULIZACIÓN DE MALLA VIBRATORIA CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE CONTROLADORES O GENERADORES PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

FORMA: PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

EXP.: A/SUM-000329/2026

EMPRESAS LICITANTES PRESENTADAS:

- **DEXTROMEDICA, S.L.**
 - **MATCLINIC, S.L.**
-

Analizada la documentación técnica aportada por las empresas licitadoras, así como las muestras suministradas, se procede a la revisión detallada de la información presentada y la evaluación de los criterios de adjudicación con el objeto de verificar su conformidad con los requisitos mínimos establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, tras dicho análisis, se emite el siguiente informe:

LOTE ÚNICO. MATERIAL DE AEROSOLTERAPIA MEDIANTE NEBULIZACIÓN DE MALLA VIBRATORIA, CON PUESTA A DISPOSICIÓN DE CONTROLADORES O GENERADORES

1. DEXTROMEDICA, S.L.

Los productos presentados por la casa comercial cumplen con las especificaciones técnicas que se solicitan en el pliego técnico del procedimiento.

Evaluados los criterios de adjudicación:

Posibilidad de nebulización sincronizada con el tiempo inspiratorio...	No cumple.
Generador con batería integrada y Sistema de Alarmas.....	Si cumple.

2. MATCLINIC, S.L.

Los productos presentados por la casa comercial cumplen con las especificaciones técnicas que se solicitan en el pliego técnico del procedimiento.

Evaluados los criterios de adjudicación:

Posibilidad de nebulización sincronizada con el tiempo inspiratorio...	Si cumple.
Generador con batería integrada y Sistema de Alarmas.....	Si cumple.

50305178S
PURIFICACIÓN PAZOS

Firmado digitalmente por
50305178S PURIFICACIÓN PAZOS
Fecha: 2026.02.03 14:16:17 +01'00'

En Madrid, 03 de febrero de 2026

Fdo.: Purificación Pazos Ramos
Supervisora de Recursos Materiales