

A/SUM-001813/2026

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de CATÉTER BALÓN ANGIOPLASTIA, CATÉTER BALÓN C/PACLITAXEL Y GUÍA ANGIOPLASTIA para el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, para cubrir las necesidades del Hospital.

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
1	1	CATETER BALÓN ANGIOPLASTIA SEMIDISTENSIBLE 0.018" Y 0.035" <ul style="list-style-type: none"> - Catéter balón angioplastia de bajo perfil y alta presión, sistema coaxial y compatible con guía de 0.035", con longitudes de catéter de 80 a 135 cm, diámetro de balón de 4 a 10 mm y longitudes de balón variables desde 20 a 200 mm para balones de 4, 5 y 6 mm de diámetro y compatibles con introductor de 5 Fr para diámetro de balón de hasta 7 mm. - <u>En los balones de 6 mm y menores, posibilidad de catéter coaxial compatible con guía de 0.018" e introductor de 4 Fr.</u> - Desinflado rápido del balón.
2	2	CATETER BALÓN ANGIOPLASTIA SEMIDISTENSIBLE 0.014" <ul style="list-style-type: none"> - Catéter balón de angioplastia coaxial de bajo perfil y alta presión con vaina de una sola pieza y marcas radiopacas flexibles, desinflado rápido y repliegue del balón de bajo perfil que asegure el recruce de la lesión. - Compatible con introductor de 4 F y guías de 0.014". - Diámetros de 1.5 a 4 mm de diámetros con incrementos de 0.5 mm y longitudes de balones desde 20 hasta 200 mm. - Longitud del catéter de al menos 150 mm.
3	3	CATETER BALÓN C/PACLITAXEL DE 4 A 7 MM <ul style="list-style-type: none"> - Catéter balón liberador de Paclitaxel de 0.018" y 0.035" - Diámetros del balón de 4 a 7 mm compatible con introductor de 5 F - Longitud del balón 40 a 120 mm. - Longitud del catéter de 80-90 y 130 cm. - Sistema coaxial - Matriz de administración: urea
4	4	CATETER BALÓN C/PACLITAXEL DE 2 A 4 MM <ul style="list-style-type: none"> - Catéter balón recubierto de Paclitaxel, coaxial compatible con guía de 0.018". - Diámetro del balón de 2 a 4 mm compatible con introductor de 4 F - Longitud del balón de 40 a 120 mm - Longitud del catéter de 90 a 150 cm. - Matriz de administración: Paclitaxel y citrato butiril trihexil (BTCH)

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
5	5	<p>GUÍA ANGIOPLASTIA 0.014" PARA EMPUJE Y SOPORTE LESIONES MUY COMPLEJAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guía angioplastia de 0.014" con extremo proximal de acero inoxidable y extremo distal de nitinol. - Diseño de cuerpo hasta la punta que conifica de forma parabólica. - Punta de la guía recta moldeable y con carga disponible en 2.8 gr y 3.5 gr. - Longitudes de 190 y 300 cm.

Sobre los artículos:

- Se aportará el correspondiente y obligado marcado CE de cada artículo y su declaración de conformidad.
- Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. De no ser así, deberán aportar la documentación que justifique que se encuentra en periodo transitorio.
- Aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica:
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna, para la realización de informe técnico.

A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en castellano.
- Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.
 En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
 En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con posterioridad.
 El procedimiento será:
 - Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha.).
 - Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
 - Nº Procedimiento.
 - Nº de Lote – Orden.
 - Nombre del proveedor.
 - Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
 - Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.
- Etiquetado en el que figure:
 - La denominación del artículo.
 - El método de esterilización utilizado.
 - Las fechas de caducidad del producto.
 - El número de lote.
 - La referencia comercial.
 - Marcado CE.
 - Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.



Sobre otras cuestiones:

7. Si durante el plazo de ejecución del contrato, incluido el período prorrogado, disponen de nuevos artículos que incorporen avances o innovaciones tecnológicas y mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo, los adjudicatarios estarán obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados. Asimismo, se puede aceptar ampliación de referencias para un mismo artículo permaneciendo invariable el precio.
8. Si procede, relación de equipos a ceder y sus fungibles vinculados (que no estén incluidos en esta licitación), junto con su valoración económica.
9. Si procede, los adjudicatarios impartirán cursos de formación. Se realizarán dentro del primer mes desde la firma del contrato y de forma permanente, durante la ejecución del mismo.

FDO. DR A.R. CHINCHILLA MOLINA
COORDINADOR DEL SERVICIO DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

FDO. DR. ENRIQUE ARACIL SANUS
SUBDIRECTOR MÉDICO ÁREA QUIRÚRGICA

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
---	--	----------

A/SUM-001813/2026

LOTE	N.O.	CÓDIGO AGRUPADOR	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (9 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no nduido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL (IVA incluido)
1	1	146315	CATETER ANGIOPLASTIA PERIFERICA COAXIAL BALON SEMIDISTINSIBLE GUIAS 0,018'-0,035'	UN	274	100,00	27.400,00	21%	5.754,00	33.154,00
2	2	146316	CATETER ANGIOPLASTIA PERIFERICA COAXIAL BALON SEMIDISTENSIBLE GUIA 0,014'	UN	134	130,00	17.420,00	21%	3.658,20	21.078,20
3	3	146317	CATETER ANGIOPLASTIA PERIFERICA COAXIAL BALON REC PACLITAXEL 4-7MM GUIA 0,018'-0,035	UN	101	699,00	70.599,00	21%	14.825,79	85.424,79
4	4	146318	CATETER ANGIOPLASTIA PERIFERICA COAXIAL BALON REC PACLITAXEL 2-7MM GUIA 0,018'	UN	12	583,00	6.996,00	21%	1.469,16	8.465,16
5	5	146314	GUIA HIDROFILA NITINOL RECUBIERTA PTFE PUNTA RECTA MOLDEABLE 0,014'190-300 2,8-3,5GR	UN	185	95,00	17.575,00	21%	3.690,75	21.265,75

IMPORTE TOTAL:	139.990,00		29.397,90	169.387,90
-----------------------	-------------------	--	------------------	-------------------