

## SUMINISTRO DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

PASA SUM 030/26

### INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PPT Y VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Tras la revisión de la documentación técnica, en relación al expediente **PASA SUM 030/26 “Suministro de Mascarillas Quirúrgicas, con destino al Hospital Universitario Fundación Alcorcón”**, y de acuerdo con el procedimiento abierto con pluralidad de criterios, se concluye que las ofertas técnicas presentadas por las empresas relacionadas a continuación:

- Cumplen con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

NIF	Licitador	Lotes a los que oferta
A58001686	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	1 y 2
B80196934	GARRIC MEDICA, S.L.	2
B15155237	HORTAS SUMINISTROS, S.L.	2
A28329704	KRAPE, S.A.	2
B86030723	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	2
N0248042D	PIZZOCRI SRL	2
B65083016	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.	1 y 2

- No cumplen:

NIF	Licitador	Lote	Motivación
F20061412	OIARSO SDAD. COOP.	1 y 2	El pliego establece que las muestras con pegatinas o etiquetado superpuesto o que no esté impreso convenientemente en cada envase individual no serán válidas. El proveedor presenta todas las muestras con etiquetado superpuesto.
B96497540	CALVO IZQUIERDO S.L.	2	La documentación presentada para la valoración de los criterios de adjudicación no está en castellano como se indica en el PPT. El documento presentado en inglés no coincide ni la referencia ni los lotes presentados.

A28329704	KRAPE, S.A.	1	El formato de dispensación de las mascarillas, no resulta adecuado para el uso asistencial previsto en el contrato, ya que la disposición interna provoca la extracción simultánea de varias mascarillas y dificulta una dispensación higiénica y segura. Al no garantizar condiciones mínimas de usabilidad y seguridad, el producto se considera no apto.
-----------	-------------	---	---

Las puntuaciones obtenidas para el cumplimiento de los criterios de valoración por aplicación de fórmulas han sido revisadas por el Servicio de Recursos Materiales del Hospital y son las siguientes:

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 1 MASCARILLA QUIRÚRGICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA 3 TRES CAPAS CLASE IIB CINTAS AJUSTABLES				
NIF	Licitador	C1	C2	C3	C4	TOTAL
A58001686	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	10	6	10	2	28
B65083016	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S. L.	10	1	0	10	21

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 2 MASCARILLA QUIRÚRGICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA 3 TRES CAPAS CLASE IIB CINTAS ELÁSTICAS				
NIF	Licitador	C1	C2	C3	C4	TOTAL
A58001686	BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	10	1	10	2	23
B80196934	GARRIC MEDICA, S.L.	10	6	0	10	26
B15155237	HORTAS SUMINISTROS, S.L.	10	2	0	10	22
A28329704	KRAPE, S.A.	10	2	0	10	22
B86030723	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	10	6	0	10	26
N0248042D	PIZZOCRI SRL	10	2	0	10	22
B65083016	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA,S.L.	10	2	0	2	14

**C1:** Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE) superior al mínimo exigido certificada mediante resultados de análisis según norma ISO 26610:2006, sobre producto terminado

**C2:** Diferencial de presión (respirabilidad) inferior al mínimo exigido certificada mediante resultados de ensayo según norma EN 14683, sobre producto terminado

**C3:** Resistencia a salpicaduras superior al mínimo exigido certificada mediante resultados de ensayo con sangre sintética según norma ISO 22609:2004, sobre producto terminado

**C4:** Limpieza microbiana (biocarga) inferior al mínimo exigido certificada mediante el ensayo ISO 11737-1:2018, sobre producto terminado

Las puntuaciones obtenidas varían con respecto al autobaremo de los licitadores en los siguientes criterios y por los siguientes motivos:

NIF	Licitador	Criterio	Motivación
A58001686	BARNA IMPORT MEDICA, S.A. (Lote 2)	C4	Los datos presentados por el licitador se encuentran en el rango $>10$ y $\leq 20$ UFC/g

B80196934	GARRIC MEDICA, S.L. (Lote 2)	C3	Los datos presentados por el licitador se encuentran en el mínimo exigido por el PPT.
B15155237	HORTAS SUMINISTROS, S.L.(Lote 2)	C3	Los datos presentados por el licitador se encuentran en el mínimo exigido por el PPT.
A28329704	KRAPE, S.A.(Lote 2)	C3	Los datos presentados por el licitador se encuentran en el mínimo exigido por el PPT.
B86030723	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L. (Lote 2)	C3	Los datos presentados por el licitador se encuentran en el mínimo exigido por el PPT.
N0248042D	PIZZOCRI SRL( lote 2)	C3	Los datos presentados por el licitador se encuentran en el mínimo exigido por el PPT.
B65083016	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA,S.L. (Lote 1)	C2	Los datos presentados por el licitador no están la unidad de medida solicitada
B65083016	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA,S.L. (Lote 1)	C3	Los datos presentados por el licitador se encuentran en el mínimo exigido por el PPT.
B65083016	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA,S.L. (Lote 2)	C3	Los datos presentados por el licitador se encuentran en el mínimo exigido por el PPT.
B65083016	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA,S.L. (Lote 2)	C4	Los datos presentados por el licitador se encuentran en el rango $>10$ y $\leq 20$ UFC/g

Alcorcón, a la fecha de la firma

Documento firmado digitalmente por:RAMOS SANCHEZ LARA  
Fecha:2026.02.20 14:35

Responsable de Recursos Materiales