

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría acceder al original



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE “MASCARILLAS QUIRÚRGICAS”, CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN, A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.**

**PASA SUM 030/26**

**ÍNDICE**

---

1. OBJETO DEL CONTRATO .....	2
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES .....	2
3. CONSIDERACIONES GENERALES .....	4
4. ESPECIFICACIONES COMUNES PARA TODOS LOS LOTES .....	7
5. MUESTRAS .....	8
6. OTROS .....	8
<b>ANEXO I .....</b>	<b>10</b>

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestion.a.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación:

## 1. OBJETO DEL CONTRATO

---

El presente contrato tiene por objeto la adquisición de MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, con destino al Hospital Universitario Fundación Alcorcón perteneciente al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), conforme se relaciona en las descripciones técnicas y Anexo(s) contenidos en el presente pliego.

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

---

Deberán tenerse en cuenta las siguientes características mínimas para los materiales solicitados:

El material incluido en este pliego se utiliza en la prevención de la contaminación por gotas de heridas, órganos o instrumental estéril en procedimientos invasivos, limitar la transmisión de infecciones por vía respiratoria, atenuar la exposición del personal sanitario a partículas contaminadas de agentes infecciosos o para acceder a áreas restringidas por criterios clínicos.

### **LOTE 1: MASCARILLA QUIRÚRGICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA 3 TRES CAPAS CLASE IIB CINTAS AJUSTABLES (100511)**

- Producto Sanitario Clase I (no estéril).
- Medidas según EN 14683:
  - Anchura horizontal  $175 \pm 5$  mm.
  - Altura vertical plegada  $95 \pm 5$  mm.
- Altura total aproximada al extender los pliegues mínima de 175 mm.
- Tejido sin tejer que no desprenda partículas, transpirable y que no presente olor.
- Al menos 3 capas:
  - Capa interna de confort, que no irrite la piel.
  - Capa intermedia filtrante.
  - Capa externa hidrófoba.
- Con bordes termosellados.
- Clip de ajuste nasal interna de material moldeable adaptable y resistente, con una longitud aproximada mínima de 12 cm.
- Con cuatro cintas de sujeción para anudar con una longitud aproximada de  $385 \pm 20$  mm y  $4 \pm 1$  mm de ancho, resistentes para asegurar correcta colocación.
- Diseño permita cubrir adecuadamente nariz, boca y barbilla, garantizando un ajuste ceñido en los laterales.
- Eficacia filtración bacteriana (EFB) medida con ISO 26610:2006  $\geq 98\%$ .

- Diferencial de presión (respirabilidad)  $< 60 \text{ Pa/cm}^2$ .
- Limpieza microbiana (EN ISO 11737-1:2018)  $\leq 30 \text{ ufc/g}$ .
- Resistencia a salpicaduras (sangre sintética/ISO 22609:2004)  $\geq 16 \text{ kPa}$ .
- Material hipoalergénico.
- Ausencia de citotoxicidad, sensibilización e irritación certificada según norma ISO 10993 acorde a dispositivo de contacto con piel intacta, justificando ausencia de citotoxicidad, sensibilización e irritación. Para materiales con larga historia de uso en contacto con piel intacta, se admite enfoque reducido basado en evaluación de riesgos y evidencia documental.
- Envasadas en caja dispensadora de 50 unidades.
- Libre de látex DEPH y fibra de vidrio.

#### **LOTE 2 - MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE CON GOMAS DE SUJECIÓN (TIPO IIR)**

- Producto Sanitario Clase I (no estéril)
- Medidas según EN 14683:
  - Anchura horizontal  $175 \pm 5 \text{ mm}$ .
  - Altura vertical plegada  $95 \pm 5 \text{ mm}$ .
- Altura total aproximada al extender los pliegues mínima de 175 mm.
- Tejido sin tejer que no desprenda partículas, transpirable y que no presente olor.
- Al menos 3 capas:
  - Capa interna de confort, que no irrite la piel.
  - Capa intermedia filtrante.
  - Capa externa hidrófoba.
- Con bordes termosellados.
- Clip de ajuste nasal interna de material moldeable adaptable y resistente, con una longitud aproximada de 12 cm.
- Gomas de sujeción o “earloops” redondeadas de  $180 \pm 20 \text{ mm}$  y 2,5 mm de grosor aproximado recubiertas de TNT para evitar fatiga muscular.
- Longitud total de la mascarilla con las dos gomas de  $350 \pm 20 \text{ mm}$ .
- Diseño permita cubrir adecuadamente nariz, boca y barbilla, garantizando un ajuste ceñido en los laterales.
- Eficacia filtración bacteriana (EFB) medida con ISO 26610:2006  $\geq 98\%$ .
- Diferencial de presión (respirabilidad)  $< 60 \text{ Pa/cm}^2$
- Limpieza microbiana (EN ISO 11737-1:2018)  $\leq 30 \text{ ufc/g}$
- Resistencia a salpicaduras (sangre sintética/ISO 22609:2004)  $\geq 16 \text{ kPa}$
- Material hipoalergénico.

- Ausencia de citotoxicidad, sensibilización e irritación certificada según norma ISO 10993 acorde a dispositivo de contacto con piel intacta, justificando ausencia de citotoxicidad, sensibilización e irritación. Para materiales con larga historia de uso en contacto con piel intacta, se admite enfoque reducido basado en evaluación de riesgos y evidencia documental.
- Envasadas en caja dispensadora de 50 unidades.
- Libre de látex DEPH y fibra de vidrio.

### 3. CONSIDERACIONES GENERALES

---

Durante toda la vigencia del contrato aplican las siguientes consideraciones generales:

1. Presentación e identificación de los productos: Los productos se presentarán en cajas dispensadoras de cartón limpio.
2. Certificación del fabricante y distribuidor según norma 13485:2018 Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios. (ISO 13485:2016). (Versión consolidada) o norma equivalente.
3. Etiquetado según norma ISO 15223-1:2021 Productos sanitarios. Símbolos a utilizar con la información a suministrar por el fabricante. Parte 1: Requisitos generales. Etiquetado perfectamente legible, en español, multilingüe (incluido el español) o haciendo uso de simbología internacional normalizada. Debe contener:
  - a. Denominación del artículo.
  - b. Referencia.
  - c. Fabricante.
  - d. Dirección del fabricante.
  - e. Indicación de producto de un solo uso.
  - f. Fecha de fabricación y de caducidad del producto.
  - g. Número de lote.
  - h. Advertencias de seguridad que precise.
  - i. Indicación de producto sanitario, marcado CE y Clase IIR impresa.
4. Con objeto de garantizar la trazabilidad y el seguimiento del producto a lo largo de toda la cadena de suministro, cada envase debe venir identificado mediante código de barras o código QR, que contenga los siguientes identificadores:
  - a. (01) seguido del código EAN/UPC
  - b. (17) fecha de caducidad
  - c. (10) número de lote

5. Todos los productos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Se deberá aportar el certificado de marcado CE en todos los productos ofertados. Los licitadores deberán aportar una declaración responsable en la que se indique el cumplimiento de la normativa correspondiente. En cualquier caso, deben cumplir con Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios, y con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo. Asimismo, deberán cumplir con el RD 1591/2009 en los artículos no derogados por el RD 192/2023 y con el RD 1616/2009 por el que se regulan los productos implantables activos en los artículos no derogados por el RD 192/2023.
6. Cumplimiento de la norma UNE-EN 14683:2019 o posterior vigente: Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo. Deberá ser certificado por un test de laboratorio externo homologado.
7. Criterios medioambientales: Las prescripciones técnicas se definen aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental en la medida que tengan relación con el objeto del contrato y atendiendo a la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid. Por ello, y en base a esta normativa, se solicita el cumplimiento de las prescripciones relacionadas con la gestión de residuos y el reciclaje, mediante la retirada de todos los embalajes terciarios y secundarios que sea posible, y se exija, para los productos objeto del suministro, y que en la fabricación de los productos objeto del contrato no se hayan empleado sustancias tóxicas para el medio ambiente. Se exige el cumplimiento de toda la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al suministro, debiendo responder de cualquier incidente medioambiental por ellos causados.
8. El adjudicatario dispondrá de un servicio de atención al cliente con personas de referencia identificadas para atender cualquier reclamación, duda, o necesidad de gestión logística de pedidos y servicio técnico. Se facilitará número de teléfono y dirección de e-mail de las personas de contacto que se mantendrán actualizados, así como horarios de atención al cliente y compromisos de tiempos de respuesta/tiempos de resolución de incidencias.
9. Los pedidos al adjudicatario se realizarán directamente en el almacén central del HUFA. El suministro se efectuará en el horario y lugar establecido por dicho almacén. La entrega de material se hará en presencia del personal que tenga asignada la tarea de su recepción.
10. El plazo de entrega será como máximo de 72 horas a contar desde la fecha de pedido y de 24 horas en caso de pedido urgente a partir de la fecha de pedido. Los licitadores deberán manifestar de forma expresa, mediante declaración responsable, el compromiso de cumplimiento de estos plazos de entrega.

11. No se admitirá establecer cantidades ni importes mínimos para el suministro de pedidos de ninguno de los productos enumerados, ni limitaciones en el establecimiento de días de reparto fijos o kilometrajes máximos a recorrer por los transportes para la distribución de los productos.
12. En los casos en los que el adjudicatario sea conocedor de la imposibilidad de cumplir con sus compromisos contractuales de suministro en los tiempos y formas establecidos, pondrá en conocimiento dicha circunstancia de forma inmediata al órgano de contratación, al interlocutor del contrato y a sus interlocutores habituales con los que gestiona los pedidos de suministros. Estará obligado a emitir por escrito las notificaciones que le sean solicitadas en relación con ello.
13. En caso de encontrarse en la situación indicada en el punto anterior, el adjudicatario tiene la obligación de ofrecer una alternativa de suministro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad del Hospital, sin coste adicional, y cuya pertinencia se valorará.
14. En caso de un cambio de referencia por mejora del producto, el adjudicatario tiene la obligación de ofrecer una alternativa de igual o superior calidad a la adjudicada, previa conformidad del Hospital, sin coste adicional, y cuya pertinencia se valorará siempre que la nueva referencia cumpla las características técnicas exigidas en el pliego y puntúe al menos con los mismos puntos en los criterios de valoración de la referencia a sustituir, si los hubiera.
15. Si durante el periodo de ejecución del contrato se presentaran nuevos artículos que, bien sustituyan a los inicialmente adjudicados o bien convivan con ellos, los adjudicatarios propondrán la sustitución o incorporación de estos productos, siempre que,
  - a. mejoren las prestaciones o supongan avances o innovaciones tecnológicas,
  - b. su precio no sea superior al adjudicado,
  - c. cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el PPT,
  - d. cuenten con el VB del órgano de contratación.
16. En todo caso, el órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del suministrador, o a instancia de éste, tendrá la facultad de incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares a los adjudicados cuando concurren motivos de interés público o de nueva tecnología o configuración respecto de los adjudicados, cuya comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y dispongan de los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación base.

17. Todas las instrucciones de uso para profesionales y guías de uso, así como las fichas técnicas asociadas al suministro estarán en castellano, al igual que el resto de la documentación.
18. El envase y el producto de la muestra, en los casos en los que se requiera su presentación, serán idénticos a los productos que se suministrarán. Las muestras con pegatinas o etiquetado superpuesto o que no esté impreso convenientemente en cada envase individual no serán válidas.
19. Las presentaciones objeto de este contrato estarán en perfectas condiciones de uso y se ajustarán a las condiciones técnicas y de calidad exigidas.
20. Las características técnicas de los productos descritas en el presente pliego se deben entender como mínimas, por ello cualquier licitador cuyo producto no cumpla las características mínimas exigidas, será excluido del procedimiento.

#### 4. ESPECIFICACIONES COMUNES PARA TODOS LOS LOTES

---

Los licitadores deberán presentar en el sobre único, para la valoración de la calidad técnica de los productos y sus prescripciones técnicas, la siguiente documentación técnica:

1. Índice numerado indicando el nombre de cada documento aportado. Cada documento deberá identificarse con el número adjudicado en el índice.

Listado en el que se relacione nombre de la empresa, NIF, número del/los lote/s a los que licita, denominación del lote, referencia comercial, nombre comercial, número de unidades indivisibles de dispensación, número de unidades indivisibles por caja, número de unidades mínimas de compra.

2. Declaración responsable firmada por el apoderado de la empresa de que el producto ofertado cumple toda la normativa indicada en el PPT, así como las prescripciones técnicas solicitadas en el PPT, y que se ha realizado la comunicación de comercialización y puesta en servicio y/o la comunicación para el Registro de Responsables de puesta en el mercado de productos sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. No obstante, lo anterior, la validez de esta declaración quedará condicionada a la comprobación de su veracidad mediante la documentación presentada.
3. Documentación acreditativa del cumplimiento del PPT, mediante catálogos, ficha técnica de los mismos (con indicación expresa del lote al que concurren) y otra información necesaria, con la que se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas en el PPT. Se

podrán solicitar a las empresas nuevos certificados cuando surjan dudas sobre los datos técnicos aportados en sus fichas de producto. Esta documentación deberá llevar, obligatoriamente, firma electrónica.

4. Declaración responsable firmada por el apoderado de la empresa de que el producto ofertado reúnen las condiciones exigidas en el Reglamento UE 2017/745 de 5 de abril sobre productos sanitarios y RD 192/2023 en lo que no contradiga el nuevo reglamento sobre productos sanitarios. Asimismo, en lo relativo a los plazos de validez de los certificados CE se estará a lo dispuesto en el Reglamento UE 2023/607 por el que se modifican los Reglamentos UE 2017/745 y 2017/746 en lo que respecta a las disposiciones transitorias relativas a determinados productos sanitarios y a productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
5. Certificado del marcado CE, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios.

## 5. MUESTRAS

---

Muestras: **SÍ**

- Nº de muestras mínimo: 2 cajas dispensadoras por cada lote.
- Todas las muestras deberán especificar la empresa licitadora, el nº de lote, nº de orden y procedimiento correspondiente.
- En caso de requerir un número mayor de muestras, el hospital podrá solicitar las muestras que considere necesarias para la correcta evaluación del expediente.
- Las muestras se entregarán en el Almacén General del Hospital (C/ Budapest, 1 28922 Alcorcón) en horario de 9 a 13h, en su embalaje original, indicando que son muestras, la referencia del producto y el lote al que se presentan. Las referencias de las muestras deberán coincidir con las referencias de la oferta económica. Si hubiera discrepancias entre las referencias de las muestras presentadas y las referencias indicadas en la oferta económica, no se valorará esa oferta. Una de las muestras servirá para comprobar que el material suministrado en la ejecución del contrato sea el mismo que el ofertado.
- Plazo de entrega de muestras: durante el plazo de presentación de ofertas.
- Se deberá adjuntar en la oferta técnica una copia del albarán sellado por el almacén general de la entrega de muestras.
- La no presentación de muestras será motivo de exclusión.

## 6. OTROS

---

El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario.



Alcorcón,

Firmado digitalmente por: RAMOS SANCHEZ LARA  
Fecha: 2026.02.02 09:09

Fdo. Lara Ramos Sánchez  
Responsable de Recursos Materiales

CONFORMES,

POR EL ADJUDICATARIO:  
FECHA Y FIRMA

POR EL HOSPITAL,  
FECHA Y FIRMA

Fdo.

Firmado digitalmente por: MODOALDO GARRIDO MARTÍN  
Fecha: 2026.02.02 13:36

\*\*\*

Fdo: Modoaldo Garrido Martín  
Director Gerente

Firmado digitalmente por: ALONSO PUNTER JUAN CARLOS  
Fecha: 2026.02.02 11:53

Fdo. Juan C. Alonso Punter  
Director Econ.Fin. y SS.GG

## ANEXO I

LOTE	ARTÍCULO	UNIDADES/SEMESTRE
1	MASCARILLA QUIRÚRGICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA 3 TRES CAPAS CLASE IIB CINTAS AJUSTABLES (100511)	12.500
2	MASCARILLA QUIRÚRGICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA 3 TRES CAPAS CLASE IIB CINTAS ELÁSTICAS (103831)	300.000