

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELISAS, PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS. Este estudio ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) mediante el Proyecto AC23_2/00044. Expediente PAS 16-2026.

ÍNDICE

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 1.1. Objeto del contrato.....
- 1.2. Legislación.....
- 1.3. Plazo de entrega.....

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO.....

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELISAS, PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS. Este estudio ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) mediante el Proyecto AC23_2/00044. Expediente PAS 16-2026.

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1-OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente pliego es definir las características técnicas y funcionales para el suministro de kits de ELISAs para el desarrollo de la línea de investigación del proyecto AC23_2/00044 por el Grupo de Investigación Inmunomodulation de IdiPAZ.

1.2- LEGISLACIÓN.

Los productos presentados a este procedimiento, deberán cumplir la legislación vigente que sea de aplicación.

1.3- PLAZOS DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.

- Duración del contrato: desde la firma del contrato hasta el 30 de junio de 2028, fecha en la que finaliza la prórroga prevista del Proyecto de referencia, salvo que se complete el suministro con anterioridad a esta fecha, dándose por extinguido a partir de ese momento el contrato.
- Plazo de ejecución: el suministro se solicitará a la empresa proveedora tras la firma del contrato. El plazo máximo de entrega será de una semana una vez solicitado el pedido al proveedor según las necesidades de la FIBHULP.
- Procede la prórroga del contrato: No procede.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

ELISA para la detección de SIGLEC-5 soluble humano en plasma humano. Tipo de ensayo ELISA sándwich de fase sólida. Volumen de muestra requerido 100 µL Rango de ensayo 6,86 - 5000 pg/mL de detección. En cada unidad de este lote de ELISA deben venir reactivos suficientes para la realización de 96 pocillos en tiras de 8 pocillos.

2.1. PARTES Y COMPONENTES DEL SUMINISTRO

8 unidades.

Madrid, a 4 de febrero de 2026

POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN,

D. Francisco GARCÍA Río

Presidente de la Comisión Delegada
de la Fundación

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA