

INFORME TÉCNICO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL AM PA SUM 65/2025 PARA EL SUMINISTRO DE 11 LOTES DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS NECESARIOS PARA MANTENER LA NORMOTERMIA PERIOPERATORIA EN TODOS LOS CENTROS HOSPITALARIOS, QUE REALICEN ACTIVIDAD QUIRURGICA DENTRO DE SU CARTERA DE SERVICIOS, UNIDADES DE CUIDADOS CRÍTICOS Y ATENCION EN EMERGENCIAS SANITARIAS DEPENDIENTES DEL SERMAS

Celebrada la mesa de contratación el día 20 de abril del 2026 y una vez revisada la documentación remitida por las empresas licitadoras y enviada por la Agencia de Contratación para la valoración técnica, la Comisión Técnica de la Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, como órgano promotor realiza el siguiente informe:

1. Cuadro de incumplimiento de PPT.

1.-CUADRO DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT).

Empresa	LOTE	Cumple PPT
DRÄGER HISPANIA, S.A.U.	8.1	Si
DRÄGER HISPANIA, S.A.U.	8.2	Si
COM MEDCOR, SL	8.1	Si
COM MEDCOR, SL	8.2	Si
UNOQUIP GmbH	9.1	Si
UNOQUIP GmbH	9.2	Si
UNOQUIP GmbH	9.3	Si
UNOQUIP GmbH	9.4	Si
UNOQUIP GmbH	9.5	Si
UNOQUIP GmbH	9.6	Si
Medline International Iberia S.L.U.	9.1	Si
Medline International Iberia S.L.U.	9.2	Si
Medline International Iberia S.L.U.	9.3	Si
Medline International Iberia S.L.U.	9.4	Si
Medline International Iberia S.L.U.	9.5	Si
Medline International Iberia S.L.U.	9.6	Si
Medtronic Ibérica, S.A.	1	Si
Medtronic Ibérica, S.A.	2.1	No, no cumple PPT en el orden 2.3
Medtronic Ibérica, S.A.	2.2	No, no cumple PPT en el orden 2.3
Medtronic Ibérica, S.A.	2.3	No. Se solicita cobertor transparente termosellado a la manta de 57 cm de largo x 62cm de ancho y valorada las muestras el cobertor no está termosellado y no cumple las medidas requeridas en el PPT
Medtronic Ibérica, S.A.	3	Si
Medtronic Ibérica, S.A.	4.1	No. no cumple PPT en el orden 4.2
Medtronic Ibérica, S.A.	4.2	No. Se solita en PPT Ancho mínimo de 90 cm hasta un máximo de 105 cm ($\pm 5\%$). Tras la valoración de la muestra presentada se comprueba que la medida del ancho supera lo solicitado ya que mide 130 cm
Medtronic Ibérica, S.A.	5.1	No. Se solicita en PPT largo max de 100 cm ($\pm 5\%$) presenta longitud de 110 cm

Medtronic Ibérica, S.A.	5.2	No. No cumple PPT en el orden 5.1
Medtronic Ibérica, S.A.	8.1	Si
Medtronic Ibérica, S.A.	8.2	Si
Medtronic Ibérica, S.A.	9.1	Si
Medtronic Ibérica, S.A.	9.2	Si
Medtronic Ibérica, S.A.	9.3	Si
Medtronic Ibérica, S.A.	9.4	Si
Medtronic Ibérica, S.A.	9.5	Si
Medtronic Ibérica, S.A.	9.6	Si
TACKLEN MEDICAL TECHNOLOGY S.L.	6.1	Si
TACKLEN MEDICAL TECHNOLOGY S.L.	6.2	Si
PROSAGA SL	8.1	Si
PROSAGA SL	8.2	Si
PROSAGA SL	10	No. Se solicita que presente clamp de apertura y cierre. Tras la valoración realizada se comprueba que no lo presenta
General Electric Healthcare España, S.A.U	8.1	Si
General Electric Healthcare España, S.A.U	8.2	Si
MBA INCORPORADO S.L.	1	Si
MBA INCORPORADO S.L.	2.1	No, no cumple PPT en el orden 2.3
MBA INCORPORADO S.L.	2.2	No, no cumple PPT en el orden 2.3
MBA INCORPORADO S.L.	2.3	No. Se solicita en PPT cobertor transparente termosellado a la manta de 57cm de largo x 62 cm de ancho. La muestra valorada no presenta cobertor
MBA INCORPORADO S.L.	3	Si
MBA INCORPORADO S.L.	4.1	No. no cumple PPT en el orden 4.2
MBA INCORPORADO S.L.	4.2	No. Se solicita en PPT largo mínimo de 160cm hasta un máximo de 175 cm ($\pm 5\%$). Tras la valoración de la muestra se comprueba que la longitud es mayor a la solicitada ya que mide 200cm.
MBA INCORPORADO S.L.	5.1	Si
MBA INCORPORADO S.L.	5.2	Si

MBA INCORPORADO S.L.	6.1	No. Se solicita en PPT medidas min de 230x105 cm. Tras la valoración se comprueba que las medidas son inferiores a las solicitadas
MBA INCORPORADO S.L.	6.2	No. Se solicita en PPT medidas de 155x100cm. Tras la valoración se comprueba que el ancho es inferior a lo solicitado.
MBA INCORPORADO S.L.	7	Si
Palex Medical S.A.U.	3	No. se solicita en PPT ajustes de flujo, longitud de cable de red min de 4 m y longitud de manguera min1. 80m.Tras la valoración, no presenta ajuste de flujo, el cable de red mide 3.80m y la manguera 1.70m
Palex Medical S.A.U.	4.1	No. se solicita en PPT ajustes de flujo, longitud de cable de red min de 4 m y longitud de manguera min1. 80m.Tras la valoración, no presenta ajuste de flujo, el cable de red mide 3.80m y la manguera 1.70m
Palex Medical S.A.U.	4.2	No. se solicita en PPT ajustes de flujo, longitud de cable de red min de 4 m y longitud de manguera min1. 80m.Tras la valoración, no presenta ajuste de flujo, el cable de red mide 3.80m y la manguera 1.70m
Palex Medical S.A.U.	10	No. Se solicita rango de flujo de 1 ml - 150ml.Tras la valoración realizada se comprueba que el flujo es inferior al solicitado.
KCI Clinic Spain, S.L.	1	Si
KCI Clinic Spain, S.L.	2.1	Si
KCI Clinic Spain, S.L.	2.2	Si
KCI Clinic Spain, S.L.	2.3	Si
KCI Clinic Spain, S.L.	3	Si
KCI Clinic Spain, S.L.	4.1	Si
KCI Clinic Spain, S.L.	4.2	Si
KCI Clinic Spain, S.L.	5.1	Si
KCI Clinic Spain, S.L.	5.2	Si
KCI Clinic Spain, S.L.	7	Si

KCI Clinic Spain, S.L.	10	Si
Distrauma Medical, S.L.	6.1	Si
Distrauma Medical, S.L.	6.2	Si
Teleflex Medical, S.A.U.	9.1	NO, no presenta muestra en el lote 9 número de orden 1
Teleflex Medical, S.A.U.	9.2	NO, no presenta muestra en el lote 9 número de orden 1
Teleflex Medical, S.A.U.	9.3	NO, no presenta muestra en el lote 9 número de orden 1
Teleflex Medical, S.A.U.	9.4	NO, no presenta muestra en el lote 9 número de orden 1
Teleflex Medical, S.A.U.	9.5	NO, no presenta muestra en el lote 9 número de orden 1
Teleflex Medical, S.A.U.	9.6	NO, no presenta muestra en el lote 9 número de orden 1

Comisión Técnica designada para este Acuerdo Marco.

- *Teresa Paradela Sanchez Supervisora de RRMM Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda*
- *Pedro Rodriguez Carmona Supervisor de RRMM Hospital Central de la Cruz Roja*
- *Marta de Castro Martin Supervisora RRMM Hospital Universitario La Paz*
- *Esther Montes Martinez Enfermera Hospital Universitario Principe de Asturias*
- *Soledad Burgueño A G Supervisora RRMM Hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal*
- *Yolanda Martinez Pérez Supervisora RRMM Hospital Infantil Universitario Niño Jesús*
- *Elda Baigorri Ruiz Supervisora de área de Calidad e Investigación Hospital Universitario Severo Ochoa*
- *Alejandro del Canto Martinez Supervisor RRMM Hospital Universitario La Paz*
- *Esther Martin Medina Técnico en Productos Sanitarios Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios*

Este informe ha sido elaborado y aprobado por la comisión técnica, firmándose en su nombre:

En Madrid, a fecha de la firma

Esther Martin Medina
Técnico en Productos Sanitario
Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios