

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original

## ANUNCIO DE RECTIFICACION DE ERRORES

Advertido un error en los pliegos de cláusulas administrativas particulares del EXPEDIENTE **PA 11-25** CONTRATO DE SUMINISTRO DE HOLTERS SUBCUTÁNEO INYECTABLE CON MONITORIZACIÓN A DISTANCIA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, referente al plazo de ejecución del contrato, así como el anuncio de licitación publicado en la plataforma de contratación de la Comunidad de Madrid, en la que se hace pública la convocatoria de licitación para la ejecución del contrato, se procede a su rectificación en los términos siguientes:

Por lo que se refiere a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, anuncio de licitación, aprobación e inicio de expediente, certificado de crédito suficiente e informe de necesidad.

- En relación al plazo de ejecución del contrato

### Donde dice:

**Plazo de ejecución.** El contrato entrará en vigor y será obligatorio para ambas partes, el día de su formalización. La entrega, instalación, así como la configuración y puesta en marcha de los equipos deberá haberse realizado en el plazo de 2 semanas desde el día siguiente al de la formalización del contrato.

Así como en cualquier otra referencia al plazo de ejecución del contrato de suministro de HOLTERS SUBCUTÁNEO INYECTABLE CON MONITORIZACIÓN A DISTANCIA.

### Debe decir:

**Plazo de ejecución.** El contrato entrará en vigor y será obligatorio para ambas partes, el día de su formalización. La entrega, instalación, así como la configuración y puesta en marcha de los equipos deberá haberse realizado en el plazo de 2 semanas desde el día siguiente al de la formalización del contrato. El plazo de ejecución de todo el suministro será de 3 años o hasta que se hayan entregado todas las unidades previstas.

- En relación a las características técnicas

### Donde dice:

#### 2.1 FIB PA 11-25 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

#### 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

"Con objeto de cubrir las necesidades actuales y asegurar el correcto funcionamiento de la Unidad, se pretende el suministro de Holters subcutáneo inyectable con monitorización a distancia, almacenamiento de las tendencias clínicas de al menos 24 meses, .."

**Debe decir:**

"Con objeto de cubrir las necesidades actuales y asegurar el correcto funcionamiento de la Unidad, se pretende el suministro de Holters subcutáneo inyectable con monitorización a distancia, almacenamiento de las tendencias clínicas de al menos 12 meses, .."

**Donde dice:**

"Capacidad de almacenamiento de datos clínicos: El dispositivo deberá disponer de memoria suficiente para almacenar y conservar información clínica durante un periodo mínimo de 24 meses".

**Debe decir:**

"Capacidad de almacenamiento de datos clínicos: El dispositivo deberá disponer de memoria suficiente para almacenar y conservar información clínica durante un periodo mínimo de 12 meses".

- En relación a los criterios de adjudicación

**Donde dice:**

" 1.8 Capacidad de almacenamiento de datos clínicos <24 meses → 0 pts ≥24 meses → 3 pts ≥36 meses → 4 pts 4 pts".

**Debe decir:**

"1.8 Capacidad de almacenamiento de datos clínicos <12 meses → 0 pts ≥12 meses → 3 pts ≥24 meses → 4 pts 4 pts"

De acuerdo al artículo 122 de la Ley de Contratos del Sector Público, al tratarse de un error material, se modifica el pliego y los documentos mencionados sin que esta modificación conlleve la retroacción de actuaciones.

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

D. César Gómez Derch

Presidente

D<sup>a</sup>. Patricia Rodríguez Lega

Directora