

INFORME TÉCNICO EXPEDIENTE ABL PASAPCA/SUM-003923/2026 SUMINISTRO DE SISTEMA DE ABLACIÓN POR CAMPO PULSADO PARA FIBRILACIÓN AURICULAR			
LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	PROVEEDOR	REQUISITOS EXIGIDOS EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (CUMPLE/NO CUMPLE)
1	SISTEMA ABLACIÓN POR CAMPO PULSADO CON CATÉTER CON POSIBILIDAD DE NAVEGACIÓN	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, SA	CUMPLE
		JOHNSON & JOHNSON, S.A.	NO CUMPLE, porque conforme a la ficha técnica presentada, F TEC L1_1 Ref. D141201, el catéter de electroporación no reúne las características mínimas exigibles, como ser un catéter que navega y se manipula sobre la guía ("over the wire")

Getafe,

JEFE DE SERVICIO DE CARDIOLOGÍA CLÍNICA E INTERVENCIONISTA

JEFE DE SECCIÓN DE CARDIOLOGÍA CLÍNICA E INTERVENCIONISTA