

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría acceder al original

SUMINISTRO DE ELECTRODOS PARA ECG Y MONITORIZACIÓN, ELECTRODOS DE SUPERFICIE, ELECTRODOS DE MARCAPASOS EXTERNO Y PLACAS DE BISTURÍ PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

PASA SUM 005/26

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Tras la revisión de la documentación técnica, en relación al expediente **PASA SUM 0005/26 “ Suministro de electrodos para ECG y monitorización, electrodos de superficie, electrodos de marcapasos externo y placas de bisturí para el Hospital Universitario Fundación Alcorcón”**, y de acuerdo con el procedimiento abierto con pluralidad de criterios, las puntuaciones obtenidas para el cumplimiento de los criterios de valoración por aplicación de fórmulas han sido revisadas por el Servicio de Recursos Materiales del Hospital y son las siguientes:

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 1 ELECTRODO PARA ECG ADULTO			
NIF	Licitador	C1	C2	C3	TOTAL
A08736431	AB MEDICA GROUP, S.A.	10	0	10	20
A20103321	ALAY PRODUCTOS CLINICOS, S.A	8,81	10	0	18,81
B81040149	FIRMA AMBU, S.L.	5,8	10	0	15,8
B80957889	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	9,38	0	0	9,38

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 2 ELECTRODO PARA ECG PEDIÁTRICO			
NIF	Licitador	C1	C2	C3	TOTAL
B81040149	FIRMA AMBU, S.L.	10	10	0	20

C1: Nivel de impedancia del electrodo medido en ohmios por laboratorio externo acreditado. $X=10 \times$ (valor de impedancia menor de todas las empresas/valor de impedancia de la ofertada por la empresa)

C2: El blíster o lamina protectora del electrodo, no es totalmente transparente, que permita una correcta visualización cuando se retira y se pueda desechar.

C3: Caducidad del electrodo con bolsa abierta > 1 mes.

VALORACIÓN TÉCNICA		LOTE 3 ADAPTADOR ELECTRODO CORCHETE		
NIF	Licitador	D1	D2	TOTAL
B81040149	FIRMA AMBU, S.L.	0	15	15

D1: Porcentaje de materiales reciclados en su fabricación

D2: Porcentaje de material reciclado en el embalaje del producto.

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 4 ELECTRODO PARA ECG NEONATAL CON CABLES			
NIF	Licitador	C1	C2	C3	TOTAL
B81040149	FIRMA AMBU, S.L.	10	0	0	10

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 5 ELECTRODO PARA MONITORIZACIÓN NEONATAL CON CABLE			
NIF	Licitador	C1	C2	C3	TOTAL
B81040149	FIRMA AMBU, S.L.	10	0	0	10

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 6 ELECTRODO PARA PINZA DE COCODRILO			
NIF	Licitador	C1	C2	C3	TOTAL
A08736431	AB MEDICA GROUP, S.A.	10	10	10	30
B80957889	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	3,98	0	0	3,98
B82763277	KCI CLINIC SPAIN, S.L.	6,91	0	0	6,91
A08733578	TELIC, S.A.	0	10	0	10

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 7 ELECTRODO PARA MONITORIZACIÓN EN RESONANCIA MAGNÉTICA ADULTO			
NIF	Licitador	C1	C2	C3	TOTAL
A20103321	ALAY PRODUCTOS CLINICOS, S.A	10	10	0	20

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 8 ELECTRODO PARA MONITORIZACIÓN EN RESONANCIA MAGNÉTICA PEDIÁTRICO			
NIF	Licitador	C1	C2	C3	TOTAL
B81040149	FIRMA AMBU, S.L.	10	0	0	10

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 10 ELECTRODO PARA POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS			
NIF	Licitador	C1	C2	C3	TOTAL
B81040149	FIRMA AMBU, S.L.	10	0	0	10

C1: Nivel de impedancia del electrodo medido en ohmios por laboratorio externo acreditado. $X=10 \times$ (valor de impedancia menor de todas las empresas/valor de impedancia de la ofertada por la empresa)

C2: El blíster o lamina protectora del electrodo, no es totalmente transparente, que permita una correcta visualización cuando se retira y se pueda desechar.

C3: Caducidad del electrodo con bolsa abierta > 1 mes.

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 11 ELECTRODO DE SUPERFICIE CON CABLE DE 50 CM			
NIF	Licitador	E1	E2	E3	TOTAL
B84070689	ALMEVAN, S.L.	10	0	10	20

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 12 ELECTRODO DE SUPERFICIE CON CABLE DE 100 CM			
NIF	Licitador	E1	E2	E3	TOTAL
B84070689	ALMEVAN, S.L.	10	0	10	20

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 13 ELECTRODO DE SUPERFICIE CON CABLE DE 150 CM			
NIF	Licitador	E1	E2	E3	TOTAL
B84070689	ALMEVAN, S.L.	10	0	10	20

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 14 ELECTRODO DE SUPERFICIE CON CABLE DE 200 CM			
NIF	Licitador	E1	E2	E3	TOTAL
B84070689	ALMEVAN, S.L.	10	0	10	20

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 16 ELECTRODO PARA TENS Y EMS			
NIF	Licitador	E1	E2	E3	TOTAL
B96497540	CALVO IZQUIERDO S.L.	0	0	10	10
B80957889	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	10	0	10	20
A08733578	TELIC, S.A.	0	0	10	10

E1: Nivel de impedancia del electrodo medido en ohmios por laboratorio externo acreditado. $X=10 \times$ (valor de impedancia menor de todas las empresas/valor de impedancia de la ofertada por la empresa)

E2: Caducidad del electrodo con bolsa abierta > 1 mes.

E3: El cable tiene un refuerzo móvil en la conexión TP/DIN que evita roturas y desprendimiento ante las rotaciones del cable.

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 15 ELECTRODO DE TIERRA DESECHABLE			
NIF	Licitador	F1	F2	F3	TOTAL
B81040149	FIRMA AMBU, S.L.	10	0	10	20

F1: El electrodo cuenta con una lengüeta que permite reposicionarlo sin tocar el gel, lo que garantiza la duración óptima del electrodo.

F2: Caducidad del electrodo con bolsa abierta > 1 mes.

F3: El cable tiene un refuerzo móvil en la conexión TP/DIN que evita roturas y desprendimiento ante las rotaciones del cable.

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 18 PLACA DE RETORNO DE BISTURÍ ELÉCTRICO SIN CABLE			
NIF	Licitador	G1	G2	G3	TOTAL
B46149555	DEXTRO MEDICAL, S.L.	0	0	0	0
A08733578	TELIC, S.A.	0	0	0	0

G1: Envase con cierre ZIP o similar, que garantice la correcta conservación de las placas, una vez abierto el envase.

G2: Caducidad de las placas con bolsa abierta > 1 mes.

G3: Mayor duración de uso continuo sin calentamiento certificado por el fabricante.

VALORACIÓN TÉCNICA		Lote 19 PLACA DE RETORNO DE BISTURÍ ELÉCTRICO CON CABLE		
NIF	Licitador	H1	H2	TOTAL
A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	15	0	15
A08733578	TELIC, S.A.	15	0	15

H1: Sistema que evite que el cable se enrede.

H2: Mayor duración de uso continuo sin calentamiento certificado por el fabricante.

Las puntuaciones obtenidas varían con respecto al autobaremo de los licitadores en los siguientes criterios y por los siguientes motivos:

NIF	Licitador	Criterio	Motivación
A08736431	AB MEDICA GROUP, S.A. (Lote 1)	C2	La lámina protectora es completamente transparente.
B81040149	FIRMA AMBU, S.L. (Lote 1)	C3	La conclusión oficial del fabricante es que el electrodo se mantiene estable y cumple los requisitos de seguridad hasta 30 días, no es mayor de un mes.
B80957889	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. (Lote 1)	C3	La conclusión oficial del fabricante es que el electrodo se mantiene estable y cumple los requisitos de seguridad hasta 30 días, no es mayor de un mes.
B81040149	FIRMA AMBU, S.L. (Lote 3)	D1	No aporta documentación que acredite el uso de materiales reciclados en su fabricación.
B82763277	KCI CLINIC SPAIN, S.L. (Lote 6)	C2	La lámina protectora es completamente transparente.
B80957889	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. (Lote 6)	C3	La conclusión oficial del fabricante es que el electrodo se mantiene estable y cumple los requisitos de seguridad hasta 30 días, no es mayor de un mes.
A08733578	TELIC, S.A (Lote 6)	C1	No aporta documentación que acredite el nivel de impedancia.
		C3	No aporta documentación que acredite el tiempo de caducidad con la bolsa abierta.
B81040149	FIRMA AMBU, S.L. (Lote 8)	C2	La lámina protectora es completamente transparente.
		C3	La conclusión oficial del fabricante es que el electrodo se mantiene estable y cumple los

			requisitos de seguridad hasta 30 días, no es mayor de un mes.
B81040149	FIRMA AMBU, S.L. (Lote 15)	F2	La conclusión oficial del fabricante es que el electrodo se mantiene estable y cumple los requisitos de seguridad hasta 30 días, no es mayor de un mes.
B96497540	CALVO IZQUIERDO S.L.(Lote 16)	E1	No aporta documentación que acredite el nivel de impedancia.
		E2	No aporta documentación que acredite el tiempo de caducidad con la bolsa abierta.
A08733578	TELIC, S.A (Lote 16)	E1	No aporta documentación que acredite el nivel de impedancia.
		E2	No aporta documentación que acredite el tiempo de caducidad con la bolsa abierta.
B46149555	DEXTRO MEDICAL, S.L.(Lote 18)	G1	El envase no tiene cierre tipo Zip o similar.
		G2	No aporta documentación que acredite el tiempo de caducidad con la bolsa abierta.
		G3	No aporta certificado del fabricante sobre la duración de uso continuo sin calentamiento.
A08733578	TELIC, S.A. (Lote 18)	G1	El envase no tiene cierre tipo Zip o similar.
		G2	No aporta documentación que acredite el tiempo de caducidad con la bolsa abierta.
		G3	No aporta certificado del fabricante sobre la duración de uso continuo sin calentamiento.
A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.(Lote 19)	H2	No aporta certificado del fabricante sobre la duración de uso continuo sin calentamiento.
A08733578	TELIC, S.A (Lote 19)	H2	No aporta certificado del fabricante sobre la duración de uso continuo sin calentamiento.

Alcorcón

Firmado digitalmente por: RAMOS SANCHEZ LARA
Fecha: 2026.04.27 14:33

Responsable de Recursos Materiales