

**ACLARACIONES AL CONTRATO**  
**PASA 10-2026 "SUMINISTRO DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"**

**INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA**

De conformidad con lo señalado en la cláusula 9 del PCAP, se recoge las solicitudes de información adicional sobre pliegos y documentación complementaria recibidas al menos 12 días antes de la fecha límite para recepción de ofertas

EMPRESA QUE SOLICITA ACLARACION	FECHA	NUMERO	PREGUNTAS FORMULADAS	ACLARACIÓN
HORTAS SUMINISTROS, S.L.	26/02/2026	1	En el punto "Eficacia Filtración Bacteriana" piden; superior al mínimo exigido certificada mediante resultados de análisis según norma ISO 26610:2006 1.- No hemos encontrado este ISO 26610:2006. 2.- Dentro de la norma 14683:2019+AC:2019 en el Anexo B, si hace referencia a los requerimientos mínimos de la Eficacia de Filtración Bacteriana en relación con las Mascarillas Quirúrgicas	La ISO mediante la cual se describe el método de testado de resistencia a la penetración bacteriana de los materiales es el ISO 22610:2006 y no el ISO 26610:2006 tal y como consta en el PPT, se trata de un error de transcripción.

DIRECTOR GERENTE  
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

Firmado digitalmente por: GONZALEZ ANTON JOSE GILBERTO  
Fecha: 2026.03.03 20:14