

PASA 10-2026 SUMINISTRO DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE ÚNICO			MASCARILLA QUIRÚRGICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA 3 CAPAS CLASE IIB CINTAS ELÁSTICAS																							
						CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 40 PUNTOS)												TOTAL (MÁXIMO 40 PUNTOS)								
LICITADOR	REF. HUSO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) superior al mínimo exigido certificada mediante resultados de análisis según norma ISO 26610:2026, sobre producto terminado		Diferencial de presión (respirabilidad) inferior al mínimo exigido certificada mediante resultados de ensayo según norma EN 14683 sobre productos terminado		Resistencia a salpicaduras superior al mínimo exigido certificado mediante resultados de ensayo con sangre sintética según norma ISO 22609:2004, sobre prcuto terminado		Limpieza microbiana (biocarga) inferior al mínimo exigido certificada mediante el ensayo ISO 11737-1: 2018, sobre producto terminado														
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE	Eficiencia filtración	PUNTOS	Diferencial presión	PUNTOS	Resistencia a salpicaduras	PUNTOS	Limpieza microbiana	PUNTOS													
CELULOSAS VASCAS, S. L.	F06306	RMA.007.AI		X	La altura extendida mínima exigida es de 175 mm, valoradas 3 muestras de las recibidas la altura es de 155 mm.																					0
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	F06306	NONE27374		X	La altura extendida mínima exigida es de 175 mm, valoradas 3 muestras de las recibidas la altura es de 155 mm.																					0
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	F06306	64702		X	La altura extendida mínima exigida es de 175 mm, valoradas 3 muestras de las recibidas la altura es de 146 mm.																					0
CALVO IZQUIERDO, S.L	F06306	22002-01		X	La altura extendida mínima exigida es de 175 mm, valoradas 3 muestras de las recibidas la altura es de 165 mm.																					0
HORTAS SUMNISTROS, S.L	F06306	VQN0185B-3	X			99,90%	10	47 PA/cm²	2	> 16	4	2,62 UFC /g	10													26
KRAPE, S.A.	F06306	40062		X	La altura extendida mínima exigida es de 175 mm, valoradas 3 muestras de las recibidas la altura es de 154 mm.																					0
PIZZOCRI S.R.L.	F06306	XR001		X	La altura extendida mínima exigida es de 175 mm, valoradas 3 muestras de las recibidas la altura es de 152 mm.																					0
BARNA IMPORT MÉDICA S.A	F06306	128933		X	La altura extendida mínima exigida es de 175 mm, valoradas 3 muestras de las recibidas la altura es de 165 mm.																					0
PROLIMAX HIGIENE INDUSTRIAL S.L	F06306	64702		X	La altura extendida mínima exigida es de 175 mm, valoradas 3 muestras de las recibidas la altura es de 150 mm.																					0
ANTONIO MIGUEL RUS MUÑOZ	F06306	_____		X	No aporta muestras																					0
BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A.	F06306	3501A		X	La altura extendida mínima exigida es de 175 mm, valoradas 3 muestras de las recibidas la altura es de 150 mm.																					0
GARRIC MEDICA, S.L.	F06306	90800		X	La altura extendida mínima exigida es de 175 mm, valoradas 3 muestras de las recibidas la altura es de 164 mm.																					0
IBERIAN CARE 2016 S.L	F06306	W413110030_0028		X	La altura extendida mínima exigida es de 175 mm, valoradas 3 muestras de las recibidas la altura es de 160 mm.																					0
SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBÉRICA SL	F06306	MASCARILLA DE T.S.T. 3 CAPAS C/ GOMAS AZUL		X	La altura extendida mínima exigida es de 175 mm, valoradas 3 muestras de las recibidas la altura es de 160 mm.																					0

Leganés, a 16 de marzo de 2026