

Expediente nº: AM PA SUM 28/2025 (A/SUM-029680/2025).

Objeto: Acuerdo Marco para el Suministro de prótesis de rodilla primaria, así como el material necesario para su implantación, con destino a los Hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) – 3 Lotes.

COMUNICACIÓN EXCLUSION DEL PROCEDIMIENTO

En relación con el expediente AM PA SUM 28/2025 para la contratación del Acuerdo Marco para el Suministro de prótesis de rodilla primaria, así como el material necesario para su implantación, con destino a los Hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) – 3 Lotes, se comunica que los miembros que componen la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 23 de septiembre de 2026, han acordado proponer al órgano de contratación la exclusión de las empresas que a continuación se relacionan, al no cumplir con el punto 2.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) que rige el procedimiento, en el que se solicita "*Supervivencia de los implantes a 5 años de al menos 95% (revisión acumulada menor de 5%) en alguno de los registros internacionales de volumen*", en base al Informe Técnico realizado y según consta en el Anexo 2 del acta correspondiente a dicha sesión, publicados en el perfil de contratante:

- PROTECTRAUMA, S.L. - N.I.F B65194805, Lotes 1, 2 y 3, modelo GKS PRIME FLEX, GKS PRIME FLEX VITAL B y GKS ONE-Evo, respectivamente.
- WALDEMAR LINK ESPAÑA, S.A. - N.I.F A60946696, Lote 1 Modelo SYMPHOKNEE.
- MEDCOM TECH, S.A. - N.I.F A83015370, Lote 1 modelo U2 Knee.
- MERIL HEALTHCARE SPAIN, S.L. - N.I.F B44996288, Lotes 1 y 2 modelos FREEDOM y OPULENT respectivamente.

Lo que se comunica conforme a lo establecido en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el procedimiento, y que se notificará adicionalmente, de forma individual por medios electrónicos, a los interesados afectados.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Firmado digitalmente por: CABRERA LERMA PALOMA
Fecha: 2026.09.28 21:01