



Agencia de Contratación Sanitaria  
Servicio Madrileño de Salud  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

registro.

Resolución: 223 / 2026

## RESOLUCIÓN

Unidad administrativa:

Dirección de Contratación

Exp.: AM PA SUM 68/2025

(A/SUM-057359/2025)

Resolución del Consejero Delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por la que se procede a la corrección de errores en el Pliego de Prescripciones técnicas, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y a la ampliación del plazo de presentación de ofertas del **ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS CON DESTINO A LOS CENTROS PERTENECIENTES AL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS) – 2 LOTES, a adjudicar** por procedimiento abierto con pluralidad de criterios y tramitación de urgencia.

De conformidad con lo que establece el artículo 109.2 “revocación de actos y rectificación de errores” de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en uso de las atribuciones conferidas por las disposiciones vigentes, el Consejero Delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, como órgano de contratación, en virtud del Acuerdo de 27 de agosto de 2024, del Consejo de Administración de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por la que se delega el ejercicio de las competencias correspondientes a su condición de órgano de contratación, y de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid,

### RESUELVE

**Primero.** – Rectificar los errores materiales advertidos en el Pliego de Prescripciones técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) regulador de la convocatoria y ejecución del ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS CON DESTINO A LOS CENTROS PERTENECIENTES AL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS) – 2 LOTES, en los términos que se indican a continuación:

#### PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

##### Página 2. Lote 1, punto 4

Donde dice: “*Altura total aproximada al extender los pliegues mínima de 155 mm*”

Debe decir: “*Altura total **mínima al extender los pliegues** de 155 mm*”

##### Página 2. Lote 1, punto 8

Donde dice: “*Clip de ajuste nasal interna de material moldeable adaptable y resistente, con una longitud aproximada mínima de 10 cm*”

Debe decir: “*Clip de ajuste nasal interna de material moldeable adaptable y resistente, con una **longitud mínima** de 10 cm*”

##### Página 2. Lote 1, punto 12

Donde dice: “*Diferencial de presión (respirabilidad) < 60 Pa/cm2 (EN 14683:2025 o equivalente)*”

Debe decir: “*Diferencial de presión (respirabilidad), **≤300 Pa (EN 14683:2025)***”

**Página 2. Lote 1, punto 13**

Donde dice: "Limpieza microbiana  $\leq 30$  ufc/g. (EN ISO 11737-1:2018 o equivalente)"

Debe decir: "Limpieza microbiana (**biocarga**)  $\leq 30$  UFC/g (**EN 14683:2025**)"

**Página 3. Lote 2, punto 3**

Donde dice: "Altura total aproximada al extender los pliegues mínima de 155 mm"

Debe decir: "Altura total **mínima al extender los pliegues** de 155 mm"

**Página 3. Lote 2, punto 7**

Donde dice: "Clip de ajuste nasal interna de material moldeable adaptable y resistente, con una longitud aproximada mínima de 10 cm"

Debe decir: "Clip de ajuste nasal interna de material moldeable adaptable y resistente, con una **longitud mínima** de 10 cm"

**Página 3. Lote 2, punto 12**

Donde dice: "Diferencial de presión (respirabilidad)  $< 60$  Pa/cm<sup>2</sup> (EN 14683:2025 o equivalente)"

Debe decir: "Diferencial de presión (respirabilidad)  $\leq 300$  Pa (**EN 14683:2025**)"

**Página 3. Lote 2, punto 13**

Donde dice: "Limpieza microbiana  $\leq 30$  ufc/g. (EN ISO 11737-1:2018 o equivalente)"

Debe decir: "Limpieza microbiana (**biocarga**)  $\leq 30$  UFC/g, (**EN 14683:2025**)"

**PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES**

**Página 12. Punto 6.2, Criterio 1**

Donde dice: "Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE) superior al mínimo exigido certificada mediante resultados de análisis según norma EN 14683:2019+AC:2019, EN 14683:2025, sobre producto terminado"

Debe decir: "Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE) superior al mínimo exigido certificada mediante resultados de análisis según norma **EN 14683:2025**, sobre producto terminado"

**Página 12. Punto 6.2, Criterio 2**

Donde dice:

Nº	Descripción del criterio	Valor	Ponderación (puntos)
2	Diferencial de presión (respirabilidad) inferior al mínimo exigido certificada mediante resultados de ensayo según norma UNE-EN 14683:2025, sobre producto terminado	$\leq 30$ Pa/cm <sup>2</sup>	10
		$>30$ y $\leq 40$ Pa/cm <sup>2</sup>	6
		$>40$ y $\leq 50$ Pa/cm <sup>2</sup>	2
		$>50$ y $\leq 60$ Pa/cm <sup>2</sup>	1
		$> 250$ y $\leq 300$ Pa	1

Debe decir:

Nº	Descripción del criterio	Valor	Ponderación (puntos)
2	Diferencial de presión (respirabilidad) inferior al mínimo exigido certificada mediante resultados de ensayo según norma EN 14683:2025, sobre producto terminado	$\leq 150 \text{ Pa/cm}^2$	10
		$>150 \text{ y } \leq 200 \text{ Pa/cm}^2$	6
		$>200 \text{ y } \leq 250 \text{ Pa/cm}^2$	2
		$>250 \text{ y } \leq 300 \text{ Pa/cm}^2$	1

**Página 12. Punto 6.2, Criterio 4**

*Donde dice: "Limpieza microbiana (biocarga) inferior al mínimo exigido certificada mediante el ensayo EN 14683:2019+AC:2019, EN 14683:2025, sobre producto terminado"*

Debe decir: "Limpieza microbiana (biocarga) inferior al mínimo exigido certificada mediante el ensayo **EN 14683:2025**, sobre producto terminado"

**SEGUNDO.** – Ampliar el plazo de recepción de ofertas, así como las fechas de celebración de las correspondientes Mesas de Contratación, a las siguientes fechas:

- Plazo de recepción de ofertas: hasta el día 22/05/2026.
- Mesa de Apertura de documentación administrativa: 27/05/2026.
- Mesa de Apertura de criterios de valorables por aplicación de fórmula y de oferta económica: 3/06/2026.

**TERCERO.** - Acordar la inserción de los anuncios en los respectivos Boletines y Diarios Oficiales que corresponda, así como en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

A fecha de firma

EL CONSEJERO DELEGADO DE LA AGENCIA DE CONTRATACIÓN SANITARIA  
(Acuerdo de 27 de agosto de 2024 BOCM nº 210 de 03/09/2024)

Firmado digitalmente por: JOSE NIEVES GONZALEZ - \*\*\*3929\*\*  
Fecha: 2026.05.14 16:05