

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

P.AS. 3/2026 HUP
(A/SUM-047055/2025)

“SET DE TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS PARA EL HOSPITAL DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO”

Lote	Bien/Producto	Cantidad	Tipo Ud.	BASE IMPONIBLE (IVA EXCLUIDO)	IVA (10 %)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	SET DE TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (103605): Membrana biocompatible tratada con Polietilenimina, y con alta capacidad adsorbtiva Set de un solo uso, premontado, que incluya filtro, líneas arterial y venosa, líneas de reposición y diálisis, y bolsa de recogida de ultrafiltrado. Superficie en pacientes adultos: igual o mayor a 1,3 m². UCI: 256 REA7: 128 HDI: 6	390	Ud.	171,35 €	17,135 €	188,485 €	73.509,15 €

MÁQUINAS PARA TÉCNICAS CONTINUAS DE REEMPLAZO RENAL

La oferta debe incluir la puesta a disposición de 10 consolas para aplicación y monitorización de las técnicas de reemplazo renal continuo y otras terapias de purificación sanguínea extracorpórea.

La solución de las averías debe realizarse en un período máximo de 24 horas.

Características principales y configuración mínima:

- Interface de usuario de fácil utilización e interpretación.
- Pantalla Táctil para monitorización del proceso y regulación de los parámetros establecidos.
- Monitorización continua de las presiones:
 - De acceso a la sangre.
 - De la sangre a la entrada del filtro.
 - De la sangre de retorno.
 - De la salida de líquido efluente.
- Dispositivo que minimice las interferencias sobre el electrocardiograma.
- Línea adicional para anticoagulación regional con citrato o como línea de infusión. Con corrección regional de los niveles de Ca antes del retorno de la sangre al paciente, cuando la anticoagulación sea con citrato.
- Triple detector de seguridad (aire, sangre y línea de retorno).

Modalidades terapéuticas:

- Ultrafiltración lenta continua.
- Hemofiltración venovenosa continua.
- Hemodiálisis venovenosa continua.
- Hemodiafiltración venovenosa continua con posibilidad de suministrar el líquido de reposición pre filtro y/o post filtro con el mismo set y sin necesidad de manipular las líneas del circuito, controlándolo desde el software de la consola.
- Hemoperfusión.
- Eliminación Extracorpórea de CO₂ (ECOO₂R sola o combinada con TCRR)

Al presente pliego le será de aplicación la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, publicada en el BOCM número 97, de 24 de abril.

CONFORME:

Madrid, a fecha de la firma

EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

EL JEFE DE SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA

CANABAL
BERLANGA
ALFONSO -

03840972H AUTH

Firmado digitalmente por
CANABAL BERLANGA
ALFONSO - 03840972H
AUTH
Fecha: 2026.01.27 14:41:16
+01'00'

Fdo.: Dr. Alfonso CANABAL BERLANGA

EL JEFE DE SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA - REANIMACIÓN

RAMASCO
RUEDA
FERNANDO -

13775509G

Firmado digitalmente
por RAMASCO RUEDA
FERNANDO -
13775509G
Fecha: 2026.01.28
13:16:03 +01'00'

Fdo.: Dr. Fernando RAMASCO RUEDA