

Rdo. Informe técnico-económico del expediente PASAPC SUMINISTRO DE SISTEMA DE TROMBECTOMÍA MECÁNICA PARA GRANDES VASOS PARA RADIOLOGIA VASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE. PASAPC A/SUM-007595/2026 RAV							CUMPLE/NO CUMPLE con el PPT		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS				Punt. ECONÓMICA	Punt. TOTAL
Lote	Descripción Lote	Proveedor	IMPORTE LICITACIÓN SIN IVA	IMPORTE OFERTA SIN IVA					CRITERIO	Valor ofertado	Punt. Criterio	Punt. Total criterios fórmulas		
1	Sistema de reperusión con microprocesador para control de volumen extraído, con detección y aspiración de trombos con señales acústicas y luminosas. Construcción del hipotubo en acero inoxidable cortado a laser multi-pitch recubierto con distintos polímeros. Calibre de 16 Fr. Catéter disponible en formas HTORQ (de 80, 100 y 115 cm) y XTORQ (100 cm).	MERCE V ELECTROMEDICINA S.L.	58.800,00	58.800,00	Cumple con requisitos técnicos		los		¿Constituye depósito de material en el centro?	SI	30	30	0	30

Getafe,

JEFA SECCIÓN CONTRATACIÓN

Este documento es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.