

RdA. Informe técnico del expediente: PASAPAT SUMINISTRO DE SISTEMA DE TROMBECTOMÍA MECÁNICA PARA GRANDES VASOS PARA RADIOLOGÍA VASCULAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE. PASAPAT A/SUMI.007595/ANZE.004V				CUMPLE/NO CUMPLE con el ppt
Lote	Descripción Lote	Proveedor		
1	Sistema de reperusión con microprecisador para control de volumen extraído, con extracción y aspiración de trombos con señales acústicas y luminosas. Construcción del hipotubo en acero inoxidable cortado a laser multi pliegue recubierto con discos poliméricos. Calibre de 16 Fr. Caster disponible en formas HYTORQ (de 80, 100 y 115 cm) y XTORQ (100 cm).	MERCE Y ELECTROMEDICINA S.L.	cumple con los requisitos técnicos	

Getafe,

Fdo.: Dr. Morales García, Miguel
Radiología Vascular Intervencionista

Dr. Cuesta Perez, Juan Julian
J. Sección Radiología

Sanchez Reyes, Jorge Mario
J. Servicio Radiología

Este documento es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.