

Rdo. Informe Médico del expediente PAPO A/SUM-049596/2025 SUMINISTRO DE IMPLANTES Y DIVERSO MATERIAL FUNCIONABLE PARA ARTROSCOPIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE			CUMPLE NO CUMPLE con el PM
Lot	Descripción de lote	Proveedor	
1	Artroscopia de hombro	ARTHREX ESPAÑA, S.L.	CUMPLE
2	Implante tenodesta proximal	CONMED IBERIA, S.L.	CUMPLE
		PLANIFICACIÓN IQX CONRADO, S.L.	NO CUMPLE: No encontramos en ficha técnica, implantes de biotenodesta de diámetros de 5.0 y 8.0mm. Se solicitan fichas técnicas y vuelven a presentar las mismas fichas técnicas en las que NO se encuentran implantes de biotenodesta de diámetros de 5.0 y 8.0 mm con las características exigidas en el concurso, por lo que NO CUMPLEN
3	Belón subacromial	STRYKER IBERIA, S.L.	CUMPLE
4	artroscopia de rodilla	PLANIFICACIÓN IQX CONRADO, S.L.	NO CUMPLE: No dispone de trofina de 11mm de diametro para la extracción del tendón del cuádriceps.
		ARTHREX ESPAÑA, S.L.	CUMPLE
5	Sistema de sutura meniscal múltiples puntos	PLANIFICACIÓN IQX CONRADO, S.L.	NO CUMPLE: No presenta sistema de suturas con múltiples puntos en sus fichas técnicas. Se solicitan fichas técnicas y vuelven a presentar lo mismo por lo que NO CUMPLEN con las características exigidas en el concurso
		CONMED IBERIA, S.L.	CUMPLE
6	Sistema de sutura meniscal un solo punto	MEDCOMTECH, S.A.	NO CUMPLE: No presenta en ficha técnica herramienta dobladora ni codificación por código de colores según curvatura de la aguja, que son los que se especifican en el concurso. Se solicitan fichas técnicas y confirman que el sistema ofertado no reutiliza doblador por lo que no cumple con lo exigido en el concurso
		PLANIFICACIÓN IQX CONRADO, S.L.	NO CUMPLE: No presenta en ficha técnica herramienta dobladora ni confirmación por sonido de la colocación del implante. Se solicitan fichas técnicas y vuelven a presentar las mismas fichas técnicas, por lo que NO CUMPLEN con las características técnicas exigidas en el concurso
		SMITH&NEPHEW, S.A.U.	CUMPLE
		CONMED IBERIA, S.L.	CUMPLE
		ARTHREX ESPAÑA, S.L.	CUMPLE
7	Sistema de reparación de la raíz meniscal	PLANIFICACIÓN IQX CONRADO, S.L.	NO CUMPLE: No se encuentra documentación en ficha técnica sobre el producto. Se solicitan fichas técnicas y vuelven a presentar lo mismo en sus fichas técnicas que no son sistemas de reparación de la raíz meniscal, según lo requerido en el concurso, por lo que NO CUMPLEN con lo exigido en el concurso
		SMITH&NEPHEW, S.A.U.	CUMPLE
8	Dardos condrales	CONMED IBERIA, S.L.	CUMPLE
		PLANIFICACIÓN IQX CONRADO, S.L.	NO CUMPLE: lo ofertado no son dardos condrales si no Instrumental para microfracturas
9	Artroscopia de cadera	CONMED IBERIA, S.L.	CUMPLE
10	Pasadores de sutura para cierre de capsula articular de cadera	CONMED IBERIA, S.L.	CUMPLE
11	Implante de colágeno acetabular	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	CUMPLE
12	Artroscopia de muñeca	ARTHREX ESPAÑA, S.L.	CUMPLE
13	Anclajes del tendón el hueso	PLANIFICACIÓN IQX CONRADO, S.L.	CUMPLE
		SMITH&NEPHEW, S.A.U.	CUMPLE
		CONMED IBERIA, S.L.	CUMPLE
14	Artroscopia de tobillo (Inestabilidad)	PLANIFICACIÓN IQX CONRADO, S.L.	NO CUMPLE: No presenta en ficha técnica implantes roscados CON nudos, ni impactados con diametro de 3.0mm requeridos en el concurso. Se solicitan fichas técnicas y por segunda voz, vuelven a presentar la misma ficha técnica de sus productos, que no cumplen con lo exigido en el concurso
		ARTHREX ESPAÑA, S.L.	CUMPLE

Rdo. Informe técnico del expediente PAPC A/SUM-049596/2025 SUMINISTRO DE IMPLANTES Y DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA ARTROSCOPIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE.			CUMPLE/NO CUMPLE con el PPT
Lote	Descripción lote	Proveedor	
15	Material fungible para motor artroscopia	STRYKER IBERIA, S.L.	LOTE DESISTIDO
		SMITH&NEPHEW, S.A.U.	
		CONMED IBERIA, S.L.	
		ARTHREX ESPAÑA, S.L.	
16	Material fungible para bomba artroscopia	ARTHREX ESPAÑA, S.L.	CUMPLE
		SMITH&NEPHEW, S.A.U.	NO CUMPLE: No presenta en ficha tecnica modo de trabajo de VACIO en la bomba ni sistemas de tubos de bomba de extension requeridos en el concurso. Por segunda vez, vuelven a presentar lo mismo en ficha tecnica, por lo que no cumplen con los requisitos especificados en el concurso
		CONMED IBERIA, S.L.	NO CUMPLE: No presenta en ficha tecnica tubos de bomba de extension requeridos en el concurso
17	Vaporizadores de artroscopia	SMITH&NEPHEW, S.A.U.	CUMPLE

Getafe,

S. Traumatología y Cirugía Ortopédica

J. S. Traumatología y Cirugía Ortopédica