

Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

INFORME TÉCNICO EXPEDIENTE MIC PACU 2025-1-3 SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE SEROLOGIA Y MICROBIOLOGIA				
LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	NIF PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALORACION (CUMPLE/NO CUMPLE)
1	Paneles y reactivos para la determinación de sensibilidad de microorganismos multirresistentes, micobacterias no tuberculosas de crecimiento rápido, microorganismos anaerobios y levaduras/hongos filamentosos.	B62014485	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.L.U	CUMPLE
2	Test rápido para detección de carbapenemasas	A08632010	RAL TÉCNICA PARA EL LABORATORIO, S.A.	CUMPLE
		B81235426	MASTER-LABOR, S.L.	CUMPLE
		A28114742	WERFEN ESPAÑA SAU	CUMPLE
		B66099029	CONCILE DIAGNOSTICS S.L.	CUMPLE
3	Test rápido para detección de betalactamasas de espectro extendido de la familia CTX-M	A08632010	RAL TÉCNICA PARA EL LABORATORIO, S.A.	CUMPLE
		A28114742	WERFEN ESPAÑA SAU	CUMPLE
4	Inmunoensayo cromatográfico	B58882952	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS HEALTHCARE, S.L	CUMPLE
5	Placas A.Saboureaud con gentamicina y cloranfenicol	A50140706	BECTON DICKINSON, S.A.U	NO CUMPLE. Se ha presentado la referencia 254096 que tiene formato de 120 placas. Utilizamos formatos de 20 placas
		B62014485	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.L.U	CUMPLE
6	Placas A.columbia CNA con sangre de carnero	A50140706	BECTON DICKINSON, S.A.U	CUMPLE
		B62014485	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.L.U	CUMPLE
7	Placas A.chocolate enriquecido con Isovitalex	A50140706	BECTON DICKINSON, S.A.U	CUMPLE
		B62014485	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.L.U	CUMPLE
8	Agar BHI-vancomicina	NO SE HAN PRESENTADO OFERTAS		
9	Tubos de medio e cultivo básico. Tubos para el aislamiento e identificación de microorganismos	A50140706	BECTON DICKINSON, S.A.U	CUMPLE
		B62014485	THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.L.U	CUMPLE
10	Tubo de medio de cultivo de micosel	NO SE HAN PRESENTADO OFERTAS		
11	Tubos para congelar microorganismos	NO SE HAN PRESENTADO OFERTAS		
12	Medio líquido con tapón de rosca para el aislamiento de micobacterias de muestras clínicas con sistema automático de detección	A50140706	BECTON DICKINSON, S.A.U	CUMPLE
13	Método de inmunocromatografía para detección de M. tuberculosis	B58882952	ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS HEALTHCARE, S.L	CUMPLE
		A50140706	BECTON DICKINSON, S.A.U	CUMPLE
		A28114742	WERFEN ESPAÑA SAU	CUMPLE
14	Anticuerpos específicos frente Treponema pallidum	NO SE HAN PRESENTADO OFERTAS		
15	Kit para concentración de parásitos	B25039850	MONLAB, SL,	CUMPLE
16	Medio selectivo para aislamiento de anaerobios	NO SE HAN PRESENTADO OFERTAS		
17	PCR en tiempo real de SARS-CoV-2 técnica rápida en muestra directa	A81625345	DIASORIN IBERIA S.A	CUMPLE
18	Detección de interferón gamma (IGRA) para diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis.	B-63229611	QIAGEN IBERIA, S.L.	CUMPLE
19	PCR en tiempo real de Bordetella	A81625345	DIASORIN IBERIA S.A	CUMPLE
		A50140706	BECTON DICKINSON, S.A.U	NO CUMPLE. El equipo requiere volumen de muestra de 200 uL y una de las condiciones en los pliegos es volumen menor de 60 uL
20	Coprocultivo molecular	A28114742	WERFEN ESPAÑA SAU	CUMPLE

Getafe a 07/05/2026

