



**Hospital Universitario
Infanta Cristina**

EXPEDIENTE P.A.SUM 2026-01/HUIC. "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA MESA QUIRÚRGICA PARA LOS QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA", A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURARIDAD DE CRITERIOS.

Empresa licitante: GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U., se evalúan a continuación los criterios técnicos objetivos de carácter automático.

LOTE UNICO: Mesa quirúrgica.

Criterios cualitativos/técnicos de valoración objetiva. Evaluable de forma automática:

Ponderación: 30 puntos.

a) Dispone de un frenado de la mesa mediante la retracción de las ruedas, de forma que cuando esté frenada, deberá apoyar el chasis directamente en el suelo, para conseguir la máxima estabilidad y seguridad.

El equipo propuesto dispone del sistema de frenado descrito: Puntuación: 10 puntos.

b) Es posible instalar en la mesa quirúrgica el dispositivo de extensiones para realizar tracciones en procedimientos de traumatología existente en el bloque quirúrgico: referencia 1419.01JC de la marca GETINGE.

El equipo propuesto permite instalar el dispositivo descrito. Puntuación: 10 puntos.

c) El modelo propuesto dispone de un temporizador de decúbito con tiempo ajustable, que permite recordar al usuario cuando se debe recolocar a un paciente durante los procedimientos quirúrgicos de larga duración, evitando la úlcera por decúbito.

El equipo propuesto no dispone del temporizador descrito.

Puntuación: 0 puntos.

d) La base es sin angulaciones, para permitir una fácil desinfección y evitar focos de infección. El equipo propuesto es sin angulaciones en su base.

Puntuación: 5 puntos.

Puntuación total: 25 puntos.

Empresa licitante: PRIM, S.A., se evalúan a continuación los criterios técnicos objetivos de carácter automático.

LOTE UNICO: Mesa quirúrgica.

Criterios cualitativos/técnicos de valoración objetiva. Evaluable de forma automática:

Ponderación: 30 puntos.

a) Dispone de un frenado de la mesa mediante la retracción de las ruedas, de forma que cuando esté frenada, deberá apoyar el chasis directamente en el suelo, para conseguir la máxima estabilidad y seguridad.

El equipo propuesto dispone del sistema de frenado descrito: Puntuación: 10 puntos.

b) Es posible instalar en la mesa quirúrgica el dispositivo de extensiones para realizar tracciones en procedimientos de traumatología existente en el bloque quirúrgico: referencia 1419.01JC de la marca GETINGE.

La documentación técnica presentada la empresa licitante no acredita que el dispositivo se pueda instalar. Respecto a este criterio, la propuesta señala que el modelo ofertado es "aparentemente compatible. Comprobado mediante evaluación gráfica del sistema".

Añade que "en caso de no ser compatible, PRIM se compromete a aportar un carro de tracción". El PCAP no prevé esta evaluación alternativa de este criterio de adjudicación.

Puntuación: 0 puntos.

c) El modelo propuesto dispone de un temporizador de decúbito con tiempo ajustable, que permite recordar al usuario cuando se debe recolocar a un paciente durante los procedimientos quirúrgicos de larga duración, evitando la úlcera por decúbito.

El equipo propuesto no dispone del temporizador descrito.

Puntuación: 0 puntos.

d) La base es sin angulaciones, para permitir una fácil desinfección y evitar focos de infección.

El equipo propuesto es sin angulaciones en su base.

Puntuación: 5 puntos.

Puntuación total: 15 puntos.

EMPRESA LICITANTE	Apartado a) Sistema de frenado (Máx. 10 puntos)	Apartado b) Posibilidad de instalación existente en procedimientos de traumatología (Máx. 10 puntos).	Apartado c) Temporizador de decúbito por tiempo ajustable (Máx. 5 puntos).	Apartado D) Base sin angulaciones. (Máx. 5 puntos)	Puntuación total
GETINGE GROUP SPAIN, S.L	10,00	10,00	0,00	5,00	25,00
PRIM, S.A	10,00	0,00	0,00	5,00	15,00

En Parla, a 26 de mayo de 2026.

Silvia Morel



Directora de Enfermería

Víctor Morcillo.



Ingeniero Electromedicina