

ANEXO III.

DECLARACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (PUNTO 7.2.1 DE LA CLÁUSULA 1 DE ESTE PCAP) **(AUTOEVALUACIÓN):**

EXPEDIENTE: P.A.S.A SUMINISTRO MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA.

CRITERIOS DE CALIDAD EVALUABLES POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS LOTES 1 Y 2	VALOR	Autoevaluación	N.º pág. donde se justifica.
Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE) superior al mínimo exigido certificada mediante resultados de análisis según norma EN 14683: 2025, sobre producto terminado.	>99% 10 PUNTOS		
	>98 y ≤99% 4 PUNTOS		
Diferencial de presión (respirabilidad) inferior al mínimo exigido certificada mediante resultados de ensayo según norma EN 14683: 2025, sobre producto terminado	≤ 150 Pa 10 PUNTOS		
	>150 y ≤200 6 PUNTOS		
	>200 y ≤250 2 PUNTOS		
	>250 y ≤300 1 PUNTO		
Resistencia a salpicaduras superior al mínimo exigido certificada mediante resultados de ensayo con sangre sintética según norma ISO 22609:2004, sobre producto terminado	≥ 18,0 kPa 10 PUNTOS		
	> 16,0 y <18,0 kPa 4 PUNTOS		
Limpieza microbiana (biocarga) inferior al mínimo exigido certificada mediante el ensayo ISO 11737-1:2018, sobre producto terminado	≤ 5 UFC/g 10 PUNTOS		
	>5 y ≤ 10 UFC/g 6 PUNTOS		
	>10 y ≤ 20 UFC/g 2 PUNTOS		
	>20 y < 30 UFC/g 1 PUNTO		
TOTAL			

Por la empresa:

Fdo.: