

ACTA RELATIVA A LA APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE CITÓMETRO DE FLUJO DIGITAL CON ANÁLISIS AUTOMATIZADO DE CÉLULAS CAR T PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ICI23/00041 "ADMINISTRACIÓN INTRATUMORAL DE CÉLULAS T MODIFICADAS CON EL RECEPTOR QUIMÉRICO (CAR) FRENTE AL ANTÍGENO P32 EN GLIOMAS DE ALTO GRADO EN PROGRESIÓN, ENSAYO CLÍNICO FASE 1 CON ESCALADA DE DOSIS FINANCIADO POR EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) Y COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

EXPEDIENTE FIB 2026/002

DILIGENCIA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN. APERTURA SOBRE DOS

La Comisión de Evaluación relativa al contrato arriba referenciado, se reunió el 17 de abril de 2026, a las 11:41 horas de la mañana, en la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre para la apertura del sobre uno. Tras el pertinente análisis de la documentación administrativa presentada por el único licitador, se concluyó que la misma era correcta.

El día 17 de abril de 2026, a las 13:42 horas de la tarde, la Comisión de Evaluación se reúne para la apertura del sobre dos, relativo a los criterios evaluables mediante fórmulas.

La Comisión de Evaluación está formada por las siguientes personas:

- Secretaria de la Comisión: Ana Gallego Sánchez
 - Vocal 1: Eva Montero Sánchez
 - Vocal 2: Consuelo Azahara García Jiménez
 -
 - Se procede del modo que sigue:
- **Primero.** – Descryptado del sobre, se procede a la apertura de la oferta económica del único licitador MILTENYI BIOTEC S.L.

A) OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica que adjunta el licitador es la siguiente:

OFERTA ECONÓMICA			
CONCEPTO	BASE IMPONIBLE	IVA	PRECIO TOTAL
CITÓMETRO DE FLUJO DIGITAL CON ANÁLISIS AUTOMATIZADO DE CÉLULAS CAR-T	94.500,00€	19.845,00€	114.345,00€

Tras ello, podemos advertir que la oferta económica de la única oferta presentada obtiene una valoración de 80 puntos.

B) OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS

OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS	SI	NO
Ampliación del mantenimiento por un año más		X

Segundo. – Tras la lectura del contenido del sobre 2 relativo a los criterios automáticos del único licitador se le atribuye la siguiente puntuación: 0 puntos.

VALORACIÓN FINAL DE LOS CRITERIOS AUTOMÁTICOS

CRITERIO	PUNTUACIÓN
Económico: Precio	80
Otros criterios automáticos: Ampliación del mantenimiento por un año más	0
TOTAL	80

C) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

El licitador presenta una memoria técnica del equipo ofertado la cual se dio traslado para su valoración al técnico correspondiente, cuyo informe fue recibido el 21 de abril del 2026, confirmándose el cumplimiento de dichos requisitos y se deja unido a esta acta

Por lo expuesto, se acuerda:

Elevar la propuesta de adjudicación a favor de MILTENYI BIOTEC S.L., por el precio ofertado, IVA excluido, de acuerdo con su propuesta económica y con las condiciones técnicas obrantes en su oferta, así como en el pliego de condiciones administrativas particulares y en el pliego de condiciones técnicas.

Madrid, a fecha de firma electrónica

Fdo.: Ana Gallego Sánchez

Fdo.: Eva Montero Sánchez

Fdo.: Consuelo Azahara García Jiménez

INFORME TÉCNICO

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUMINISTRO DE UN CITÓMETRO DE FLUJO DIGITAL CON ANÁLISIS AUTOMATIZADO DE CÉLULAS CAR T PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ICI23/00041"ADMINISTRACIÓN INTRATUMORAL DE CÉLULAS T MODIFICADAS CON EL RECEPTOR QUIMÉRICO (CAR) FRENTE AL ANTÍGENO P32 EN GLIOMAS DE ALTO GRADO EN PROGRESIÓN, ENSAYO CLÍNICO FASE 1 CON ESCALADA DE DOSIS FINANCIADO POR EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) Y COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

EXPEDIENTE FIB 2026/002

Valoración de la oferta técnica presentada en el Sobre 2 por el único licitador, en cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

OFERTA PRESENTADA POR

CONCEPTO	CUMPLE SI/NO
Equipo digital compacto de sobremesa (60 × 35 × 40 cm ±15 cm)	X
Capacidad mínima de 14 canales fluorescentes	X
Medición fluorescente en escala logarítmica ≥ 5 décadas	X
Detección SSC derivada de láser violeta (405 nm)	X
Intercambio de buffer sin detener adquisición	X
Arrastre entre muestras < 0,01%	X
Recuento celular absoluto volumétrico (CV < 7%)	X
Programas automáticos de inicio, apagado y limpieza	X
Configuraciones transferibles entre equipos	X
Configuración y calibración automatizadas	X
Software tipo MACSQuantify™ o equivalente	X
Software para análisis CAR-T (composición inmune)	X
Software para análisis CAR-T (transducción)	X
Software para análisis CAR-T (persistencia)	X
Análisis automatizado e informes	X

Visualización multiparamétrica	X
Servicio técnico remoto de software	X
Actualizaciones de software sin coste en garantía	X
Cumplimiento normativa (eléctrica, EMC, bioseguridad)	X
Suministro de ordenador y accesorios	X
Instalación y puesta en marcha incluida	X
Verificación de funcionamiento realizada	X
Instalación validada por responsable técnico	X
Manual de instrucciones (electrónico, español)	X
Manual de mantenimiento	X
Plan de instalación detallado	X
Actualización de documentación	X
Descripción de sistemas de control presentada	X
Incluye suministro, transporte, instalación y asistencia	X
Garantía mínima de 3 años	X
Mantenimiento incluido durante garantía	X
Asistencia técnica remota y/o in situ	X

Una vez examinada la documentación técnica aportada por el licitador en el SOBRE 2, se informa que cumple con los requisitos anteriormente indicados y aporta la documentación exigida.

Para que así conste se firma el presente informe.

En Madrid, a fecha de firma electrónica

Firmado por SEGURA COLLAR BERTA - ***2231** el día
20/04/2026 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios