

EXPEDIENTE Nº: 2026- 0-015 (A/SUM-011634/2026)

"ADQUISICIÓN DE FUNGIBLE DESECHABLE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR (20 LOTES)".

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En el siguiente cuadro, se enuncian las empresas licitadoras y los lotes a los que éstas han presentado oferta:

Licitador	Razón social	LOTES																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	MEDTRONIC IBERICA, S.A.				X					X	X	X						X			
2	APPLIED MEDICAL ESPAÑA, S.L.				X	X	X	X								X		X	X		
3	MBA INCORPORADO, S.L.	X	X		X		X			X	X			X			X				
4	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.																				X
5	DISMEVAL, S.L.	X	X	X						X	X	X				X					
6	PROTESIS HOSPITALARIAS, S.A.	X	X							X	X	X	X	X	X	X			X		
7	STRYKER IBERIA, S.L.																			X	
8	PALEX MEDICAL, S.A.	X	X							X	X				X						
9	B. BRAUN SURGICAL, S.A.														X		X	X			
10	TELEFLEX MEDICAL, S.A.								X									X			
11	SUMINISTROS MEDICOS MEP, S.L.														X				X		
12	BIOCLAR, S.L.								X												
13	PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL, S.L.	X	X		X				X	X	X				X	X	X		X		
14	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.						X							X	X	X					
15	AMEVISA, S.A.						X		X												
16	SUMEDEX, S.A.	X	X		X					X				X							X
17	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.														X						
18	ASSUT EUROPE IBERICA, S.L.	X	X		X	X									X		X		X		
19	HORTAS SUMINISTROS, S.L.	X	X							X	X										
20	DGM VASCULAR, S.L.								X	X				X				X			
21	PRIM, S.A.	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X		X					

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestiona.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación:

Licitador	Razón social	LOTES																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22	CAHNOS S.L., DISTRIBUIDORA PRODUCTOS SANITARIOS	X	X			X				X	X				X						
23	MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.									X	X				X				X		
24	PANAVAL, S.L.													X	X			X	X		

Para la evaluación de los criterios técnicos, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

Se comprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT, tomando en consideración tanto la documentación técnica como las muestras presentadas por los licitadores, con el siguiente resultado:

1. Acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas:

- MEDTRONIC IBERICA, S.A.: LOTE 4,10,11,12 y 17
- APPLIED MEDICAL ESPAÑA, S.L.: LOTE 4,5,6,7,15,17 y 18
- MBA INCORPORADO, S.L.: LOTE 1, 2 4, 6, 9, 10, 13 y 16
- KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.: LOTE 20
- DISMEVAL, S.L.: LOTE 1,2,11,15
- PROTESIS HOSPITALARIAS, S.A.: LOTE: 1,2, 12
- STRYKER IBERIA, S.L.: LOTE 19
- PALEX MEDICAL, S.A.: LOTE 1, 2
- TELEFLEX MEDICAL, S.A.: LOTE 8.
- PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL, S.L.: LOTE 1, 2
- MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L: LOTE 6
- AMEVISA, S.A.: LOTE 6
- SUMEDEX, S.A: LOTE 1, 2, 5, 9, 20
- COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.: LOTE 14
- ASSUT EUROPE IBERICA, S.L: LOTE 1, 2, 4, 16
- DGM VASCULAR, S.L.: LOTE 9, 13, 17
- PRIM, S.A.: LOTE 1, 2, 4, 5, 6, 13
- MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L: LOTE 9

2. No acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas por los motivos que a continuación se indican:

licitador	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
DISMEVAL, S.L.	3	Nº DE ORDEN 3.1. TROCAR PUNTA ROMA 10MM± 0,5 MM CON BALÓN SIN LATEX	En la documentación técnica presentada la longitud es de 12mm
		Jeringa inflado balón.	Con la muestra se comprueba que no lleva jeringa
	9	Con dos mangos ergonómicos con cremallera.	Tanto con la documentación como con la muestra presentada se comprueba que carece de cremallera
	10	310mm ± 5mm de longitud y extremo recto	En la documentación técnica presentada la longitud es de 330mm
		Mango ergonómico con mecanismo de cremallera	Tanto con la documentación como con la muestra presentada se comprueba que carece de cremallera
PROTESIS HOSPITALARIAS, S.A.	9	Mandíbulas fuertes de acero quirúrgico de grado médico, fenestradas con dientes atraumáticos uniformes y doble articulación	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que los dientes no son atraumáticos
		Con dos mangos ergonómicos con cremallera.	Tanto con la documentación como con la muestra presentada se comprueba que carece de cremallera
	10	310mm ± 5mm de longitud y extremo recto.	En la documentación técnica presentada la longitud es de 330mm
		Mango ergonómico con mecanismo de cremallera	Tanto con la documentación como con la muestra presentada se comprueba que carece de cremallera
		Las mandíbulas miden 19mm ± 1mm de longitud y tienen una apertura máxima de 23mm ± 1mm.	El tamaño de las mandíbulas son de 21mm y la apertura ">26"
	11	Longitud de eje 290mm ± 5mm.	La longitud del eje es de 30cm
	13	Llave de paso de flujo alto	En la documentación técnica presentada no se acredita
		Punta viselada	Con la muestra presentada se comprueba que no es biselada
	14	Tubo de conexión de 300cm ±5 cm, compuesto de 2 tubos contiguos y pelables con diámetro internos de 6,4mm ± 0,1mm y externo de 9,5mm ± 0,1mm.	En la documentación técnica presentada el diámetro es de 8,8mm
		Dimensiones de la cánula: o Diámetro de 5mm ± 0.5mm. o Longitud de 350mm ± 5mm	En la documentación técnica presentada el diámetro de la cánula es de 330mm

licitador	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
		Nº de orificios: 6.	El número de orificios es de 8
	15	Mango transparente y ergonómico.	Con la muestra presentada se comprueba que el mango no es transparente
	18	Longitud vástago de 290mm ±5mm.	En la documentación técnica presentada la longitud es de 300mm
		Para trocar de 12mm.	En la documentación técnica presentada " >10 "
PALEX MEDICAL, S.A.	9	Mandíbulas fuertes de acero quirúrgico de grado médico, fenestradas con dientes atraumáticos uniformes y doble articulación.	Con la muestra presentada se comprueba que los dientes no son atraumáticos
		Con dos mangos ergonómicos con cremallera.	Tanto con la documentación como con la muestra presentada se comprueba que carece de cremallera
	10	310mm ± 5mm de longitud y extremo recto	En la documentación técnica presentada la longitud es de 33cm
		Mango ergonómico con mecanismo de cremallera	Tanto con la documentación como con la muestra presentada se comprueba que carece de cremallera
		Las mandíbulas miden 19mm ± 1mm de longitud y tienen una apertura máxima de 23mm ± 1mm.	La mandíbula mide 21 mm y la apertura ">26"
	14	Tubo de conexión de 300cm ±5 cm, compuesto de 2 tubos contiguos y pelables con diámetro internos de 6,4mm ± 0,1mm y externo de 9,5mm ± 0,1mm.	En la documentación técnica presentada la longitud es de 3,2m. El diámetro presentado es de 5mm,3mm y 10mm
		Dimensiones de la cánula: o Diámetro de 5mm ± 0.5mm. o Longitud de 350mm ± 5mm	En la documentación técnica presentada la longitud es de 33cm
		Nº de orificios: 6.	El número de orificios es de 8
B. BRAUN SURGICAL, S.A.	14	Tubo de conexión de 300cm ±5 cm, compuesto de 2 tubos contiguos y pelables con diámetro internos de 6,4mm ± 0,1mm y externo de 9,5mm ± 0,1mm.	En la documentación técnica presentada la longitud del tubo es de 330mm y el diámetro interno de 7mm
		Nº de orificios: 6	En la documentación técnica presentada el número de orificios es de 8
	16	Bolsa de 200ml de volumen.	En la documentación técnica presentada la bolsa es de 210ml
		Longitud de 330mm ±5mm.	En la documentación técnica presentada la longitud es de 160mm

licitador	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
	17	Anillo metálico de apertura y cierre fabricado en nitinol	En la documentación técnica presentada el material del anillo de apertura es de Titanio recubierto de PTFE
		Dispositivo autodesplegable	No en ft
		Longitud de 180mm ±5mm.	En la documentación técnica presentada la longitud es de 150mm
		Bolsa de 200ml de volumen	En la documentación técnica presentada la bolsa es de 260ml
		Diámetro de apertura de boca de 50mm ± 5mm.	En la documentación técnica presentada el diámetro es de 30cm
		Dispositivo de apertura y cierre fabricado en nitinol	En la documentación técnica presentada el material es de acero inoxidable
TELEFLEX MEDICAL,S.A.	17	BOLSA RECOGIDA MATERIAL LAPAROSCOPIA PARA TROCAR 10 MM BOCA Ø 50MM± 5 MM	No presenta muestra
SUMINISTROS MEDICOS MEP, S.L.	14	Tubo de conexión de 300cm ±5 cm, compuesto de 2 tubos contiguos y pelables con diámetro internos de 6,4mm ± 0,1mm y externo de 9,5mm ± 0,1mm.	En la documentación técnica el diámetro externo es de 9mm
		Dimensiones de la cánula: o Diámetro de 5mm ± 0.5mm. o Longitud de 350mm ± 5mm.	En la documentación técnica presentada la longitud de la cánula es de 330mm
	18	Longitud vástago de 290mm ±5mm	En la documentación técnica presentada la longitud es de 300mm
BIOCLAR, S.L.	8	Clase producto sanitario: III.	En la documentación técnica presentada la clasificación es IIb
PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL, S.L	4	Longitud de 100mm ± 10mm.	En la documentación técnica presentada la longitud es de 117mm
		Doble válvula de sellado.	En la documentación técnica presentada no lo acredita
	8	Clase producto sanitario: III	En la documentación técnica presentada el material es presenta una clasificación IIb
	9	Mandíbulas fuertes de acero quirúrgico de grado médico, fenestradas con dientes atraumáticos uniformes y doble articulación	En la documentación técnica presentada el material es de acero inoxidable
		Con dos mangos ergonómicos con cremallera.	Tanto con la documentación como con la muestra presentada se comprueba que carece de cremallera
	10	310mm ± 5mm de longitud y extremo recto.	En la documentación técnica presentada la longitud es de 330mm

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
		Mango ergonómico con mecanismo de cremallera	Tanto con la documentación como con la muestra presentada se comprueba que carece de cremallera
	14	Dimensiones de la cánula: o Diámetro de 5mm $\pm$ 0.5mm. o Longitud de 350mm $\pm$ 5mm.	En la documentación técnica presentada la longitud de la cánula es de 360mm
		Nº de orificios: 6.	En la documentación técnica presentada el número de orificios es de 8
	15	Dimensiones de la cánula: o Diámetro de 5mm $\pm$ 0.5mm. o Longitud de 350mm $\pm$ 5mm.	En la documentación técnica presentada la longitud de la cánula es de 360mm
		Mango transparente y ergonómico	Con la muestra presentada se comprueba que el mango no es transparente
	16	Bolsa de 200ml de volumen.	En la documentación técnica presentada contiene varias referencias de bolsas, pero ninguna tiene el volumen requerido en el ppt
		Longitud de 330mm $\pm$ 5mm.	En la documentación técnica presentada la longitud es de 300mm
		Anillo metálico de apertura y cierre fabricado en nitinol	En la documentación técnica presentada el material del anillo es de acero inoxidable
	13	Sin látex.	
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	14	Dimensiones de la cánula: o Diámetro de 5mm $\pm$ 0.5mm. o Longitud de 350mm $\pm$ 5mm.	
		Nº de orificios: 6.	
	15	Mango transparente y ergonómico.	
AMEVISA, S.A.	8	Clase producto sanitario: III.	
SUMEDEX, S.A.	13	Llave de paso de flujo alto	En la documentación técnica presentada no acredita que sea de alto flujo
ASSUT EUROPE IBERICA, S.L.	14	Dimensiones de la cánula: o Diámetro de 5mm $\pm$ 0.5mm. o Longitud de 350mm $\pm$ 5mm.	En la documentación técnica la longitud de la cánula es de 330mm
		Libre de látex.	En la documentación técnica no lo acredita

Se censura toda la información declarada confidencial por los licitadores.

Se censura toda la información declarada confidencial por los licitadores.

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
HORTAS SUMINISTROS, S.L.	1	Clase producto sanitario: IIb.	Se censura toda la información declarada confidencial por los licitadores.
	2	Clase producto sanitario: IIb.	
	9	Clase producto sanitario: IIb.	
	10	310mm ± 5mm de longitud y extremo recto.	
DGM VASCULAR,S.L.	8	Clase producto sanitario: III.	En la documentación técnica presentada, la clasificación es IIb
PRIM, S.A.	8	Clase producto sanitario: III.	En la documentación técnica presentada, la clasificación es IIb
	9	Con dos mangos ergonómicos con cremallera.	Tanto con la documentación como con la muestra presentada se comprueba que carece de cremallera
		Mandíbulas fuertes de acero quirúrgico de grado médico, fenestradas con dientes atraumáticos uniformes y doble articulación	En la documentación técnica presentada el material es de acero inoxidable
	10	310mm ± 5mm de longitud y extremo recto.	En la documentación técnica presentada la longitud es de 330mm
	11	Longitud de eje 290mm ± 5mm.	En la documentación técnica presentada la longitud es de 30cm
	15	Longitud 330mm ± 5mm.	En la documentación técnica presentada la longitud es de 320mm
CAHNOS S.L., DISTRIBUIDORA PRODUCTOS SANITARIOS	1	Eje rotatorio 360º y conexión monopolar	Con la muestra presentada se comprueba que el eje no gira 360º
		Clase producto sanitario: IIb.	En la documentación técnica presentada no lo acredita
	2	Eje rotatorio 360º y conexión monopolar	Con la muestra presentada se comprueba que el eje no gira 360º
		Clase producto sanitario: IIb.	En la documentación técnica presentada no lo acredita
	5	Clase producto sanitario: IIa.	En la documentación técnica presentada no lo acredita
	9	Mandíbulas fuertes de acero quirúrgico de grado médico, fenestradas con dientes atraumáticos uniformes y doble articulación	En la documentación técnica presentada sólo indica "acero inoxidable de alta calidad" y no es atraumática
		Clase producto sanitario: IIb.	En la documentación técnica presentada no lo acredita

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
	10	Eje rotatorio de 360º	Con la muestra presentada se comprueba que el eje no gira 360º
		310mm ± 5mm de longitud y extremo recto	En la documentación técnica presentada la longitud es de 330mm
		Mango ergonómico con mecanismo de cremallera	Tanto con la documentación como con la muestra presentada se comprueba que carece de cremallera
		Clase producto sanitario: IIa.	En la documentación técnica presentada no lo acredita
	14	Tubo de conexión de 300cm ±5 cm, compuesto de 2 tubos contiguos y pelables con diámetro internos de 6,4mm ± 0,1mm y externo de 9,5mm ± 0,1mm.	En la documentación técnica presentada no lo acredita
		Dimensiones de la cánula: o Diámetro de 5mm ± 0.5mm. o Longitud de 350mm ± 5mm.	En la documentación técnica presentada la longitud de la cánula es de 330mm
		Clase producto sanitario: IIa.	En la documentación técnica presentada no lo acredita
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.	10	310mm ± 5mm de longitud y extremo recto.	Se censura toda la información declarada confidencial por los licitadores.
		Las mandíbulas miden 19mm ± 1mm de longitud y tienen una apertura máxima de 23mm ± 1mm.	
	14	Dimensiones de la cánula: o Diámetro de 5mm ± 0.5mm. o Longitud de 350mm ± 5mm.	
	18	Longitud vástago de 290mm ±5mm.	
PANAVALLE, S.L.	14	Tubo de conexión de 300cm ±5 cm, compuesto de 2 tubos contiguos y pelables con diámetro internos de 6,4mm ± 0,1mm y externo de 9,5mm ± 0,1mm.	En la documentación técnica presentada la longitud del tubo de conexión es de 3,7m
		Dimensiones de la cánula: o Diámetro de 5mm ± 0.5mm. o Longitud de 350mm ± 5mm.	En la documentación técnica presentada la longitud de la cánula es de 330mm, el diámetro externo de 9mm y el diámetro interno de 6,7
		Nº de orificios: 6.	En la documentación técnica presentada el número de orificios es de 12
	17	Longitud de 180mm ±5mm.	En la documentación técnica presentada la longitud es de 385mm

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
		Diámetro de apertura de boca de 50mm $\pm$ 5mm	En la documentación técnica presentada el diámetro de apertura de boca es de 80mm
		Bolsa de 200ml de volumen.	En la documentación técnica presentada el volumen de la bolsa es de 300ml
		Dispositivo de apertura y cierre fabricado en nitinol	En la documentación técnica presentada no lo acredita
		Sin látex.	En la documentación técnica presentada no lo acredita
	18	Longitud vástago de 290mm $\pm$ 5mm.	En la documentación técnica presentada la longitud es de 385mm
		Para trocar de 12mm.	En la documentación técnica presentada el diámetro de la cánula es de 10mm
		Sin látex.	En la documentación técnica presentada no lo acredita

3. Han presentado, con carácter confidencial, la documentación técnica las siguientes empresas:

- MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.
- AMEVISA, S.A.
- HORTAS SUMINISTROS, S.L.
- MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.

4. No se valoran las ofertas de los siguientes licitadores por los motivos que se indican a continuación:

- PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL, S.L para el Lote 8 por presentar la muestra fuera de plazo y, el Lote 18 por ofertar un precio superior al de licitación.
- ASSUT EUROPE IBERICA, S.L. para el Lote 18 por presentar la muestra fuera de plazo y, el Lote 5 por ofertar un precio superior al de licitación.
- PANAVALLE, S.L., para el Lote 13, no puede valorarse ya que no presenta muestra.

5. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se indica en color rojo las empresas propuestas para su exclusión de la licitación por incumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en color verde, las empresas propuestas admitidas:

LICITADOR	RAZÓN SOCIAL	LOTE																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	MEDTRONIC IBERICA, S.A.				X						X	X	X					X			
2	APPLIED MEDICAL ESPAÑA, S.L.				X	X	X	X								X		X	X		
3	MBA INCORPORADO, S.L.	X	X		X		X			X	X			X			X				
4	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, S.A.																				X
5	DISMEVAL, S.L.	X	X	X						X	X	X				X					
6	PROTESIS HOSPITALARIAS, S.A.	X	X							X	X	X	X	X	X	X			X		
7	STRYKER IBERIA, S.L.																			X	
8	PALEX MEDICAL, S.A.	X	X							X	X				X						
9	B. BRAUN SURGICAL, S.A.														X		X	X			
10	TELEFLEX MEDICAL, S.A.							X										X			
11	SUMINISTROS MEDICOS MEP, S.L.														X				X		
12	BIOCLAR, S.L.								X												
13	PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL, S.L.	X	X		X				X	X	X				X	X	X		X		
14	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.					X								X	X	X					
15	AMEVISA, S.A.					X		X													
16	SUMEDEX, S.A.	X	X		X					X				X							X
17	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.														X						
18	ASSUT EUROPE IBERICA, S.L.	X	X		X	X									X		X		X		
19	HORTAS SUMINISTROS, S.L.	X	X							X	X										
20	DGM VASCULAR, S.L.								X	X				X				X			
21	PRIM, S.A.	X	X		X	X	X		X	X	X	X		X		X					
22	CAHNOS S.L., DISTRIBUIDORA	X	X		X					X	X				X						

LICITADOR	RAZÓN SOCIAL	LOTE																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PRODUCTOS SANITARIOS																				
23	MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.																				
24	PANAVAL, S.L.																				

En Madrid, a

JEFA DEL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO

Firmado digitalmente por: PASEIRO CRESPO GLORIA
Fecha: 2026.06.25 16:32

Fdo.: Gloria Paseiro Crespo

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestiona.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación: