

EXPEDIENTE: 2026-0-015 (A/SUM-011634/2026)



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE: “ADQUISICIÓN DE FUNGIBLE DESECHABLE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR” (20 LOTES).

PRIMERA. -DEFINICIÓN DEL OBJETO

Las prescripciones técnicas que, de acuerdo con el artículo 124 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, han de regir la contratación y ejecución del Acuerdo Marco cuyo objeto es la adquisición de fungible desechable para cirugía laparoscópica para el Hospital Universitario Infanta Leonor.

División en Lotes: SI

Número y denominación de los Lotes: 20

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCIÓN
1	1.1	117193	DISECTOR CURVO MONOPOLAR
2	2.1	117283	TIJERA CURVA
3	3.1	102150	TROCAR PUNTA ROMA 10MM± 0,5 MM CON BALÓN SIN LATEX
	3.2	102151	TROCAR PUNTA ROMA 10MM ± 0,5 MM CORTO CON BALÓN
4	4.1	109917	TROCAR CON CUCHILLA DE Ø 5,5MM ± 0,5 MM
	4.2	104790	TROCAR CON CUCHILLA DE Ø 10,5MM ± 0,5 MM
	4.3	101692	TROCAR CON CUCHILLA DE Ø 12MM ± 0,5 MM
5	5.1	105902	TROCAR PRIMERA INCISIÓN Ø 5MM ± 0,5 MM CON BALÓN
	5.2	105903	TROCAR PRIMERA INCISIÓN Ø 10MM ± 0,5 MM CON BALÓN
6	6.1	104697	PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO S
	6.2	103942	PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO M
	6.3	104080	PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO L
	6.4	117219	PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO XL
	6.5	109879	PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO XXL
	6.6	121855	PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO S CON TAPA.
7	7.1	131278	PROTECTOR-RETRACTOR ORTOPÉDICO SINM
	7.2	131279	PROTECTOR-RETRACTOR ORTOPÉDICO M/L
8	8.1	102748	CLIP DE LIGADURA DE POLÍMERO MEDIANO/GRANDE.
	8.2	102193	CLIP DE LIGADURA DE POLÍMERO GRANDE.
	8.3	103808	CLIP DE LIGADURA DE POLÍMERO EXTRAGRANDE.
9	9.1	117262	PINZA DE AGARRE ATRAUMATICA MONOPOLAR
10	10.1	101928	PINZA AGARRE CON DIENTES ATRAUMATICA MONOPOLAR

LOTE	Nº ORDEN	NEXUS	DESCRIPCIÓN
11	11.1	102064	APLICADOR ENDOSCOPICO CLIPS MEDIANO/GRANDE
12	12.1	104287	APLICADOR ENDOSCOPICO FIJADORES NO ABSORBIBLES
13	13.1	102199	AGUJA DE VERESS NEUMOPERITONEO
14	14.1	101992	CÁNULA IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN LAPAROSCOPIA SIN ADAPTADOR MONOPOLAR
15	15.1	121662	CÁNULA IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN LAPAROSCOPIA DOBLE TUBO
16	16.1	102461	BOLSA RECOGIDA MATERIAL LAPAROSCOPIA PARA TROCAR 10 MM
17	17.1	105367	BOLSA RECOGIDA MATERIAL LAPAROSCOPIA PARA TROCAR 10 MM BOCA Ø 50MM ± 5 MM
18	18.1	101921	BOLSA RECOGIDA MATERIAL LAPAROSCOPIA PARA TROCAR 12 MM
19	19.1	120741	TUBO INSUFLADOR CO2 CON FILTRO
	19.2	120742	TUBO INSUFLADOR-EVACUADOR CO2 CON FILTRO HEPA
20	20.1	116982	TUBO INSUFLACIÓN LAPAROSCOPIA CON FILTRO GAS CALENTADOR
	20.2	109276	TUBO INSUFLACIÓN LAPAROSCOPIA CON FILTRO GAS

SEGUNDA. -PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Los productos del presente contrato deben cumplir las siguientes características técnicas mínimas:

LOTE 1. DISECTOR CURVO MONOPOLAR (117193)

- Disector de 330mm ±10 mm de longitud y 5mm ±0,1mm de diámetro.
- Punta curva.
- Eje rotatorio 360° y conexión monopolar.
- Desechable.
- Libre de látex.
- Clase producto sanitario: IIB.

LOTE 2. TIJERA CURVA (117283)

- Tijera curva, tipo “Maryland” de 330mm ±10 mm de longitud y 5mm ±1mm de diámetro.
- Eje rotatorio 360°.
- Adaptador monopolar.
- Desechable.
- Libre de látex.
- Clase producto sanitario: IIB.



LOTE 3. TROCARES DE PUNTA ROMA

- De un obturador romo conectado a un mango y un cuerpo de válvula.
- Longitud de 100mm \pm 10mm.
- El cuerpo de válvula contiene una válvula de mariposa interna y un sello para impedir la fuga de gas.
- Incluye convertidores incorporados.
- Extremo distal del manguito tiene un balón complementado por el conjunto proximal de esponja/collar de espuma.
- Jeringa inflado balón.
- Desechable.
- Diferentes tamaños:
 - **Nº DE ORDEN 3.1.** TROCAR PUNTA ROMA 10MM \pm 0,5 MM CON BALÓN SIN LATEX **(102150)**
 - **Nº DE ORDEN 3.2.** TROCAR PUNTA ROMA 10MM \pm 0,5 MM CORTO CON BALÓN **(102151)**
- Clase producto sanitario: IIa.

LOTE 4. TROCARES CON CUCHILLA

- Trocar con cuchilla con cubierta protectora.
- Longitud de 100mm \pm 10mm.
- Doble válvula de sellado.
- Cánula transparente.
- Desechable.
- Sin látex.
- Clase producto sanitario: IIa.
- Diferentes tamaños:
 - **Nº DE ORDEN 4.1.** TROCAR CON CUCHILLA DE Ø 5,5MM \pm 0,5 MM **(109917)**
 - **Nº DE ORDEN 4.2.** TROCAR CON CUCHILLA DE Ø 10,5MM \pm 0,5 MM **(104790)**
 - **Nº DE ORDEN 4.3.** TROCAR CON CUCHILLA DE Ø 12MM \pm 0,5 MM **(101692)**

LOTE 5. TROCAR PARA PRIMERA INCISION

- Trocar óptico
- Longitud de 100mm \pm 10mm.
- Sin cuchilla.
- Con balón.
- Sin látex.

- Clase producto sanitario: IIa.
- Diferentes tamaños:
 - **Nº DE ORDEN 5.1.** TROCAR PRIMERA INCISIÓN Ø 5MM ± 0,5 MM CON BALÓN (105902)
 - **Nº DE ORDEN 5.2.** TROCAR PRIMERA INCISIÓN Ø 10MM ± 0,5 MM CON BALÓN (105903)

LOTE 6. PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO

- Los dos anillos son flexibles.
- Anillos unidos por camisa o lámina transparente.
- Desechable.
- Sin látex.
- Clase producto sanitario: IIa.
- Diferentes tamaños:
 - **Nº DE ORDEN 6.1.** PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO S (104697)
 - **Nº DE ORDEN 6.2.** PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO M (103942)
 - **Nº DE ORDEN 6.3.** PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO L (104080)
 - **Nº DE ORDEN 6.4.** PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO XL (117219)
 - **Nº DE ORDEN 6.5.** PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO XXL (109879)
 - **Nº DE ORDEN 6.6.** PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO S CON TAPA. (121855)

LOTE 7. PROTECTOR-RETRACTOR ORTOPÉDICO

- Con un anillo de retracción rígido para una máxima retracción y un anillo de retracción flexible.
- Desechable.
- Sin látex.
- Clase producto sanitario: IIa
- Diferentes tamaños:
 - **Nº DE ORDEN 7.1.** PROTECTOR-RETRACTOR ORTOPÉDICO S/M (131278)
 - **Nº DE ORDEN 7.2.** PROTECTOR-RETRACTOR ORTOPÉDICO M/L (131279)

LOTE 8. CLIP DE LIGADURA DE POLIMERO.

- Mecanismo de bloqueo distal con cierre seguro y confirmación táctil y auditiva.
- La composición del polímero biocompatible, no reabsorbible, no tóxico, radio lúcido y no absorbible y la bisagra flexible han de permitir atravesar un puerto más pequeño.
- Sistema de ligadura en frío.
- Los clips deben disponer de resaltes contrapeados para prevenir el deslizamiento de los clips.
- El adjudicatario deberá suministrar sin coste los aplicadores endoscópicos necesarios para la fijación de los clips de ligadura del presente lote. La cantidad y modelo de aplicadores que deberán ser aportados, vendrá marcada por las necesidades del servicio. Dichos aplicadores deben ser desmontables en mango, vaina e inserto para facilitar su limpieza y esterilización.
- Sin látex.
- Desechable.
- Clase producto sanitario: III.
- Diferentes tamaños:
 - **Nº DE ORDEN 8.1. CLIP DE LIGADURA DE POLÍMERO MEDIANO/GRANDE. (102748)**
 - **Nº DE ORDEN 8.2. CLIP DE LIGADURA DE POLÍMERO GRANDE. (102193)**
 - **Nº DE ORDEN 8.3. CLIP DE LIGADURA DE POLÍMERO EXTRAGRANDE. (103808)**

LOTE 9. PINZA DE AGARRE ATRAUMATICA MONOPOLAR (117262)

- Con vástago de 5mm \pm 0,1mm de diámetro y 330mm \pm 10mm de longitud, totalmente aislado.
- Mandíbulas fuertes de acero quirúrgico de grado médico, fenestradas con dientes atraumáticos uniformes y doble articulación.
- Con dos mangos ergonómicos con cremallera.
- Conexión monopolar universal.
- Sin látex.
- Desechable.
- Clase producto sanitario: IIb.

LOTE 10. PINZA AGARRE CON DIENTES ATRAUMATICA MONOPOLAR (101928)

- Pinza de tracción endoscópica laparoscópica desechable, atraumática, ranurada, con dientes.
- Eje rotatorio de 360°.
- 310mm \pm 5mm de longitud y extremo recto.
- Mango ergonómico con mecanismo de cremallera
- Mecanismo de bloqueo y desbloqueo mediante gatillo que permite liberar las mandíbulas,
- Las mandíbulas miden 19mm \pm 1mm de longitud y tienen una apertura máxima de 23mm \pm 1mm.
- Mandíbulas fenestradas.
- Desechable.
- Sin látex.
- Clase producto sanitario: IIa.

LOTE 11. APLICADOR ENDOSCOPICO CLIPS MEDIANO/GRANDE (102064)

- Agarre de pistola.
- Precargado con al menos 20 clips de titanio tamaño M/L.
- Longitud de eje 290mm \pm 5mm.
- Sin látex.
- Desechable.
- Clase producto sanitario IIb.

LOTE 12. APLICADOR ENDOSCOPICO FIJADORES NO ABSORBIBLES (104287)

- Endoaplicador de 5 mm con 30 fijadores helicoidales de titanio.
- Los fijadores tienen un diámetro de 4 mm \pm 0,1mm y una longitud aproximada de 3,8 mm \pm 0,1mm.
- La longitud total del eje es de aproximadamente 355 mm \pm 5mm.
- Sin látex.
- Desechable.
- Clase producto sanitario: IIb.

LOTE 13. AGUJA DE VERESS NEUMOPERITONEO (102199)

- Punta biselada
- Indicador rojo de seguridad
- Llave de paso de flujo alto.
- Montante de muelle con avisador audible.
- Sin látex.
- Desechable.
- Clase producto sanitario: IIa.

LOTE 14. CÁNULA IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN LAPAROSCOPIA SIN ADAPTADOR MONOPOLAR (101992)

- Empuñadura ergonómica con dos botones (irrigación y aspiración).
- Cánula de irrigación- aspiración con orificios en la extremidad distal.
- Tubo de conexión de 300cm \pm 5 cm, compuesto de 2 tubos contiguos y pelables con diámetro internos de 6,4mm \pm 0,1mm y externo de 9,5mm \pm 0,1mm.
- Cánula, asa y tubo de irrigación protegidos por cubiertas protectoras retirables.
- Dimensiones de la cánula:
 - Diámetro de 5mm \pm 0.5mm.
 - Longitud de 350mm \pm 5mm.
- N° de orificios: 6.
- Libre de látex.
- Desechable.
- Clase producto sanitario: IIa.

LOTE 15. CANULA IRRIGACION/ASPIRACION LAPAROSCOPIA DOBLE TUBO (121662)

- Evacuador de humo incorporado.
- Botones con código de colores.
- Mango transparente y ergonómico.
- Tubo flexible.
- Sondas incorporadas de fácil conexión.
- Diámetro 5mm.
- Longitud 330mm \pm 5mm.
- Libre de látex.
- Desechable.
- Clase producto sanitario: IIa.

**LOTE 16. BOLSA RECOGIDA MATERIAL LAPAROSCOPIA PARA TROCAR
10 MM (102461)**

- Automática con anillo
- Bolsa de 200ml de volumen.
- Longitud de 330mm \pm 5mm.
- Para trocar de 10mm.
- Anillo metálico de apertura y cierre fabricado en nitinol.
- Desechable.
- Sin látex.
- Clase producto sanitario: IIa.

**LOTE 17. BOLSA RECOGIDA MATERIAL LAPAROSCOPIA PARA TROCAR
10 MM BOCA Ø 50MM \pm 5 MM (105367)**

- Dispositivo autodesplegable, transparente, imperable y antidesgarro.
- Longitud de 180mm \pm 5mm.
- Diámetro de apertura de boca de 50mm \pm 5mm.
- Para trocar de 10mm.
- Bolsa de 200ml de volumen.
- Bolsa fabricada en poliuretano.
- Dispositivo de apertura y cierre fabricado en nitinol.
- Desechable.
- Sin látex.
- Clase producto sanitario: IIa.

**LOTE 18. BOLSA RECOGIDA MATERIAL LAPAROSCOPIA PARA TROCAR
12MM (101921)**

- Longitud vástago de 290mm \pm 5mm.
- Para trocar de 12mm.
- La oliva guía permite la reapertura y cierre de la bolsa.
- Desechable.
- Sin látex.
- Clase producto sanitario: IIa.

LOTE 19. TUBOS DE INSUFLACION DE CO2 PARA PNEUMOCLEAR**○ N° DE ORDEN 19.1. TUBO INSUFLADOR CO2 CON FILTRO PARA PNEUMOCLEAR (120741)**

- Debe contar con la tecnología de transpondedor (RFID) que detecta automáticamente el tipo de tubo, la validez, así como la fiabilidad del juego de tubos.
- Debe ser compatible con el insuflador de Co2 Pneumoclear de la empresa Stryker Iberia, S.L.
- Con filtro incorporado.
- Envase unitario y estéril.
- Desechable.
- Clase de producto sanitario: IIa.

○ N° DE ORDEN 19.2. TUBOS INSUFLADOR-EVACUADOR CO2 CON FILTRO HEPA (120742)

- Debe contar con la tecnología de transpondedor (RFID) que detecta automáticamente el tipo de tubo, la validez, así como la fiabilidad del juego de tubos.
- Debe ser compatible con el insuflador de Co2 Pneumoclear de la empresa Stryker Iberia, S.L.
- Tubo con filtro, calentamiento, humidificación y evacuación de humos para insuflación de CO2.
- Con filtro ULPA (0,1 µ) y HEPA (0,051µ) incorporados.
- Circuitos de insuflación y desuflación independientes con filtro en ambos.
- Con conexión Luer-Lock compatible con todos los trócares del mercado.
- Con sistema de humidificación incorporado.
- Conservar fuera del alcance de la luz solar.
- Conservar en un ambiente libre de humedad.
- Envase unitario y estéril.
- Desechable.
- Clase de producto sanitario: IIa.

LOTE 20. TUBOS DE INSUFLACIÓN LAPAROSCOPIA PARA INSUFLADOR

Nº DE ORDEN 20.1 TUBO INSUFLACIÓN LAPAROSCOPIA CON FILTRO GAS CALENTADOR (116982)

- Set de tubos con filtro de gas para insuflación caliente.
- Longitud de 3m \pm 0,2 m.
- Flujo de gas de hasta 50 l/min.
- Conexión al equipo mediante conector ISO.
- Conexión al paciente mediante Luer-Lock macho.
- Hidrófobo por ambos lados.
- Filtración efectiva del $>99.995\%$.
- Debe ser compatible con insuflador de Co2 Endoflator 50 de la empresa Karl Storz.
- Desechable.
- Estéril.
- Clase de producto sanitario: IIa.

Nº DE ORDEN 20.2 TUBO INSUFLACION LAPAROSCOPIA CON FILTRO GAS (109276)

- Tubo de insuflación hidrofóbico en ambos extremos.
- Eficacia del filtro de $>99.99\%$.
- Para uso con unidades de insuflación con un flujo de gas máximo de 30l/min.
- Debe ser compatible con insuflador de Co2 Endoflator 50 de la empresa Karl Storz.
- Estéril
- Desechable
- Clase de producto sanitario: IIa.

TERCERA. -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES PARA TODOS LOS NÚMEROS DE ORDEN:

- Tendrán que cumplir con la legislación española y comunitaria vigente. Siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación.
- Los productos tendrán su correspondiente Marcado CE, Declaración de Conformidad y la certificación del Organismo Notificador, si procede, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios.

CUARTA. - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Dentro de las actividades de este centro sanitario, ocupa un lugar destacado la protección del Medio Ambiente. Por este motivo, es fundamental que las empresas que ofrezcan sus productos y/o servicios adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

Conforme al artículo 12 de la ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, el adjudicatario adquirirá los siguientes compromisos ambientales:

a) Normativa interna medioambiental.

- No se puede realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos.
- Obligación de cumplir con los requisitos legales aplicables en el desarrollo de la actividad.
- Obligación de informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad.
- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.
- Reducción de ruidos y olores.
- Realizar un uso controlado de la energía y optimizar el consumo de recursos naturales.
- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el manejo, transporte, preparación, utilización y eliminación final de los mismos fundamentalmente cuando se trate de residuos peligrosos.
- Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que genere su actividad haciendo uso de unas buenas prácticas ambientales.

b) Condiciones particulares sobre residuos

- Los residuos serán segregados en origen, los contenedores que los contienen estarán perfectamente identificados y etiquetados.
- Los residuos urbanos (papel, cartón, orgánicos, etc.) serán gestionados en los contenedores municipales o a través de gestores autorizados.
- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energía, etc.) y la minimización, reutilización y reciclado de los residuos.
- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como peligrosos.
- En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red de saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto.

c) Buenas prácticas ambientales

- Retirada y adecuada gestión de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, prestando especial atención a los residuos peligrosos que pudieran generarse.
- No malgastar el agua.
- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

Madrid a día de la fecha
POR LA ADMINISTRACIÓN,
LA DIRECTORA GERENTE

Firmado digitalmente por: PANTOJA ZARZA MARIA DEL CARMEN
Fecha: 2026.03.18 19:24

Fdo.: M^a del Carmen Pantoja Zarza

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación:



ANEXO 1. RELACIÓN DE BIENES/ ARTÍCULOS Y LOTES EN QUE SE AGRUPAN

Lote	Orden	NEXUS	Descripción	Precio máximo unitario sin IVA	Precio máximo unitario con IVA	Cant 12 meses	Presupuesto base de licitación	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
1	1.1	117193	DISECTOR CURVO MONOPOLAR	23,38	28,29	930	21.743,40	21	4.566,11	26.309,51
TOTAL LOTE 1							21.743,40		4.566,11	26.309,51
2	2.1	117283	TIJERA CURVA	20,60	24,93	1.250	25.750,00	21	5.407,50	31.157,50
TOTAL LOTE 2							25.750,00		5.407,50	31.157,50
3	3.1	102150	TROCAR PUNTA ROMA 10MM± 0,5 MM CON BALÓN SIN LATEX	33,99	41,13	350	11.896,50	21	2.498,27	14.394,77
	3.2	102151	TROCAR PUNTA ROMA 10MM ± 0,5 MM CORTO CON BALÓN	32,65	39,51	1.110	36.241,50	21	7.610,72	43.852,22
TOTAL LOTE 3							48.138,00		10.108,99	58.246,99
4	4.1	109917	TROCAR CON CUCHILLA DE Ø 5,5MM ± 0,5 MM	16,48	19,94	1.770	29.169,60	21	6.125,62	35.295,22
	4.2	104790	TROCAR CON CUCHILLA DE Ø 10,5MM ± 0,5 MM	17,51	21,19	700	12.257,00	21	2.573,97	14.830,97
	4.3	101692	TROCAR CON CUCHILLA DE Ø 12MM ± 0,5 MM	19,57	23,68	370	7.240,90	21	1.520,59	8.761,49
TOTAL LOTE 4							48.667,50		10.220,18	58.887,68
5	5.1	105902	TROCAR PRIMERA INCISIÓN Ø 5MM ± 0,5 MM CON BALÓN	15,45	18,69	920	14.214,00	21	2.984,94	17.198,94
	5.2	105903	TROCAR PRIMERA INCISIÓN Ø 10MM ± 0,5 MM CON BALÓN	20,09	24,31	220	4.419,80	21	928,16	5.347,96
TOTAL LOTE 5							18.633,80		3.913,10	22.546,90
6	6.1	104697	PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO S	23,18	28,05	30	695,40	21	146,03	841,43
	6.2	103942	PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO M	25,24	30,54	25	631,00	21	132,51	763,51
	6.3	104080	PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO L	32,96	39,88	130	4.284,80	21	899,81	5.184,61

Lote	Orden	NEXUS	Descripción	Precio máximo unitario sin IVA	Precio máximo unitario con IVA	Cant 12 meses	Presupuesto base de licitación	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
	6.4	117219	PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO XL	42,13	50,98	30	1.263,90	21	265,42	1.529,32
	6.5	109879	PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO XXL	43,26	52,34	28	1.211,28	21	254,37	1.465,65
	6.6	121855	PROTECTOR-RETRACTOR QUIRÚRGICO S CON TAPA.	61,80	74,78	130	8.034,00	21	1.687,14	9.721,14
TOTAL LOTE 6							16.120,38		3.385,28	19.505,66
7	7.1	131278	PROTECTOR-RETRACTOR ORTOPÉDICO S/M	101,76	123,13	120	12.211,20	21	2.564,35	14.775,55
	7.2	131279	PROTECTOR-RETRACTOR ORTOPÉDICO M/L	96,41	116,66	15	1.446,15	21	303,69	1.749,84
TOTAL LOTE 7							13.657,35		2.868,04	16.525,39
8	8.1	102748	CLIP DE LIGADURA DE POLÍMERO MEDIANO/GRANDE.	31,38	34,52	350	10.983,00	10	1.098,30	12.081,30
	8.2	102193	CLIP DE LIGADURA DE POLÍMERO GRANDE.	31,38	34,52	434	13.618,92	10	1.361,89	14.980,81
	8.3	103808	CLIP DE LIGADURA DE POLÍMERO EXTRAGRANDE.	31,38	34,52	826	25.919,88	10	2.591,99	28.511,87
TOTAL LOTE 8							50.521,80		5.052,18	55.573,98
9	9.1	117262	PINZA DE AGARRE ATRAUMATICA MONOPOLAR	41,72	50,48	420	17.522,40	21	3.679,70	21.202,10
TOTAL LOTE 9							17.522,40		3.679,70	21.202,10
10	10.1	101928	PINZA AGARRE CON DIENTES ATRAUMATICA MONOPOLAR	30,90	37,39	2.000	61.800,00	21	12.978,00	74.778,00
TOTAL LOTE 10							61.800,00		12.978,00	74.778,00
11	11.1	102064	APLICADOR ENDOSCOPICO CLIPS MEDIANO/GRANDE	56,65	62,32	100	5.665,00	10	566,50	6.231,50
TOTAL LOTE 11							5.665,00		566,50	6.231,50
12	12.1	104287	APLICADOR ENDOSCOPICO FIJADORES NO ABSORBIBLES	161,71	177,88	24	3.881,04	10	388,10	4.269,14

Lote	Orden	NEXUS	Descripción	Precio máximo unitario sin IVA	Precio máximo unitario con IVA	Cant 12 meses	Presupuesto base de licitación	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
TOTAL LOTE 12							3.881,04		388,10	4.269,14
13	13.1	102199	AGUJA DE VERESS NEUMOPERITONEO	3,75	4,54	140	525,00	21	110,25	635,25
TOTAL LOTE 13							525,00		110,25	635,25
14	14.1	101992	CÁNULA IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN LAPAROSCOPIA SIN ADAPTADOR MONOPOLAR	73,79	89,29	840	61.983,60	21	13.016,56	75.000,16
TOTAL LOTE 14							61.983,60		13.016,56	75.000,16
15	15.1	121662	CÁNULA IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN LAPAROSCOPIA DOBLE TUBO	26,78	32,40	150	4.017,00	21	843,57	4.860,57
TOTAL LOTE 15							4.017,00		843,57	4.860,57
16	16.1	102461	BOLSA RECOGIDA MATERIAL LAPAROSCOPIA PARA TROCAR 10 MM	16,38	19,82	750	12.285,00	21	2.579,85	14.864,85
TOTAL LOTE 16							12.285,00		2.579,85	14.864,85
17	17.1	105367	BOLSA RECOGIDA MATERIAL LAPAROSCOPIA PARA TROCAR 10 MM BOCA Ø 50MM ± 5 MM	29,87	36,14	200	5.974,00	21	1.254,54	7.228,54
TOTAL LOTE 17							5.974,00		1.254,54	7.228,54
18	18.1	101921	BOLSA RECOGIDA MATERIAL LAPAROSCOPIA PARA TROCAR 12 MM	47,38	57,33	50	2.369,00	21	497,49	2.866,49
TOTAL LOTE 18							2.369,00		497,49	2.866,49
19	19.1	120741	TUBO INSUFLADOR CO2 CON FILTRO	65,92	79,76	408	26.895,36	21	5.648,03	32.543,39
	19.2	120742	TUBOS INSUFLADOR-EVACUADOR CO2 CON FILTRO HEPA	247,20	299,11	10	2.472,00	21	519,12	2.991,12
TOTAL LOTE 19							29.367,36		6.167,15	35.534,51

Lote	Orden	NEXUS	Descripción	Precio máximo unitario sin IVA	Precio máximo unitario con IVA	Cant 12 meses	Presupuesto base de licitación	TIPO DE IVA %	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
20	20.1	116982	TUBO INSUFLACIÓN LAPAROSCOPIA CON FILTRO GAS	88,27	106,81	250	22.067,50	21	4.634,18	26.701,68
	20.2	109276	TUBO INSUFLACIÓN LAPAROSCOPIA CON FILTRO GAS	14,30	17,30	500	7.150,00	21	1.501,50	8.651,50
TOTAL LOTE 20							29.217,50		6.135,68	35.353,18
TOTAL							477.839,13		93.738,77	571.577,90

