

ANEXO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS:

El licitador deberá cumplimentar el presente anexo como autoevaluación.

D./Dña....., con DIN/NIEen nombre propio o en representación de la empresa, con NIF nº, en calidad de, en relación con el contrato de **SUMINISTRO DE: MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO** DECLARA que:

CRITERIOS DE CALIDAD EVALUABLES POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS LOTES 1 Y 2	VALOR	PUNTOS	AUTOEVALUACIÓN
Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE) superior al mínimo exigido certificada mediante resultados de análisis según norma ISO 26610:2006, sobre producto terminado	>99%	10	
	>98 y ≤99%	4	
Diferencial de presión (respirabilidad) inferior al mínimo exigido certificada mediante resultados de ensayo según norma EN 14683, sobre producto terminado	≤ 150 Pa	10	
	>150 y ≤200	6	
	>200 y ≤250	2	
	>250 y ≤300	1	
Resistencia a salpicaduras superior al mínimo exigido certificada mediante resultados de ensayo con sangre sintética según norma ISO 22609:2004, sobre producto terminado	≥ 18,0 kPa	10	
	> 16,0 y <18,0 kPa	4	
Limpieza microbiana (biocarga) inferior al mínimo exigido certificada mediante el ensayo ISO 11737-1:2018, sobre producto terminado	≤ 5 UFC/g	10	
	>5 y ≤ 10 UFC/g	6	
	>10 y ≤ 20 UFC/g	2	
	>20 y < 30 UFC/g	1	
Total:			

FECHA Y FIRMA DEL LICITADOR