

Exp.: A/SUM-013473/2026

D^a MARIA LUISA GARCÍA GONZALEZ, Directora Gerente del Hospital Universitario del Tajo, según Resolución de 29 de octubre de 2021 de la Directora General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud y en virtud de las atribuciones conferidas según Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusiones, y en el Director-Gerente del SUMMA-112 (B.O.C.M. nº 222, de fecha de 17 de septiembre de 2021).

ANTECEDENTES:

PRIMERO. Mediante Resolución de 25 de marzo de 2026 se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Expediente para el Suministro de mascarillas quirúrgicas con destino al Hospital Universitario del Tajo. A/SUM-013473/2026.

SEGUNDO. Se ha detectado error material en el apartado 7.2 “Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas” de la Cláusula 1, y Anexo IV (AUTOEVALUACIÓN), en el apartado referente a “*Diferencial de presión (respirabilidad)*” en el siguiente sentido:

Teniendo en cuenta que para el requisito de “diferencial de presión (respirabilidad)”, en los ensayos realizados según la Norma UNE EN 14683:2025 (Cláusula 5.2.3) los resultados pudieran venir expresados mediante valores en la unidad de medida “Pa”, en lugar de “Pa/cm²”, tal y como se requería en la versión anterior (UNE EN 14683:2019), siendo que se mantienen los mismos parámetros y requisitos de ensayo en ambas Normas, esto es, área sometida a ensayo (4.9cm²) y caudal (8l/min), ello no supone un cambio de funcionalidad técnica con respecto a este aspecto, únicamente varían los valores dados por razón de la unidad de medida.

En base a esta premisa y dado que se han mencionado erróneamente, los valores expresados en “Pa/cm²”, en lugar de en unidad de medida “Pa”, como se define en la nueva versión de la Norma, se viene a corregir mediante esta Resolución dicha discrepancia.

Se trata de un error material, o, de hecho, al que se refiere el artículo 122.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

De conformidad con los artículos 122.1 y 124 de la Ley 9/2017, y artículo 109 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tratándose de una mera rectificación material, en garantía de los derechos de los licitadores, y en uso de las atribuciones indicadas en la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejera de Asistencia sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud,



1- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Donde dice:

7.2- Criterios de carácter técnico (diferente del precio): 40

CRITERIOS DE CALIDAD EVALUABLES POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS LOTE UNICO	VALOR	PUNTOS
Diferencial de presión (respirabilidad) inferior al mínimo exigido certificada mediante resultados de ensayo según norma EN 14683, sobre producto terminado	$\leq 30 \text{ Pa/cm}^2$	10
	$>30 \text{ y } \leq 40$	6
	$>40 \text{ y } \leq 50$	2
	$>50 \text{ y } \leq 60$	1

Debe decir:

7.2- Criterios de carácter técnico (diferente del precio): 40

CRITERIOS DE CALIDAD EVALUABLES POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS LOTE UNICO	VALOR	PUNTOS
Diferencial de presión (respirabilidad) inferior al mínimo exigido certificada mediante resultados de ensayo según norma EN 14683:2025, sobre producto terminado	$\leq 150 \text{ Pa}$	10
	$>150 \text{ y } \leq 200$	6
	$>200 \text{ y } \leq 250$	2
	$>250 \text{ y } \leq 300$	1

2- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Donde dice:

DOS. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

LOTE UNICO - MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE CON GOMAS DE SUJECCIÓN (TIPO IIR)

- Medidas según EN 14683:
- Diferencial de presión (respirabilidad) $< 60 \text{ Pa/cm}^2$

Debe decir:

DOS. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

LOTE UNICO - MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE CON GOMAS DE SUJECCIÓN (TIPO IIR)

- Medidas según EN 14683: 2025
- Diferencial de presión (respirabilidad) $< 60 \text{ Pa/cm}^2$ ((EN 14683: 2025 o equivalente)



**3- ANUNCIO DE LICITACIÓN EN EL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN
PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.**

Donde dice:

17. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2026 – 23:59 horas

Debe decir:

17. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2026 – 23:59 horas.

Aranjuez, 17 de abril de 2026
LA DIRECTORA GERENTE,

Fdo.: M^a Luisa García Gonzalez

