

INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO EXPEDIENTE IAP PASPCA A/SUM-02652/2026 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE LAPAROSCOPIA INFORME TÉCNICO REALIZADO POR JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA										
LOTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE LICITACIÓN (SIN IVA)	IMPORTE OFERTA (SIN IVA)	PROVEEDOR	VALORACIÓN	PUNTUACIÓN TÉCNICA			PUNTUACIÓN ECONÓMICA	PUNTUACIÓN TOTAL
						Criterio	Valor	Puntuación		
1	TROCAR QUIRÚRGICO, CON CÁNULA Y PASADOR, DE PUNTA ÓPTICA DE 12 MM	13.000,00	12.750,00	APPLIED MEDICAL ESPAÑA, S.L.	CUMPLE	1. Cabezal redondo y desmontable	SI	15,00	70,00	100,00
						2. Válvula de insuflación- reducción con obturador válido para instrumentos de 5, 11 y 12 mm de diámetro	SI	15,00		
						NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT				
						NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT				
						NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT				
2	TROCAR QUIRÚRGICO FIJACIÓN AVANZADA MEDIANTE BALÓN EN PUNTA	3.150,00	3.142,50	APPLIED MEDICAL ESPAÑA, S.L.	CUMPLE	Cabezal redondo y desmontable	SI	15,00	70,00	100,00
						Cánula radiotransparente	SI	15,00		
			DISMEVAL, S.L.			NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT				
			SUMEDEX, S.A.			NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT				
			PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL			NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT				
			ASSUT EUROPE IBÉRICA, S.L.U.			NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT				
			PRIM, S.A.			NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT				
			DISMEVAL, S.L.			NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT				
			SUMEDEX, S.A.			NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT				
			PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL			NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT				
ASSUT EUROPE IBÉRICA, S.L.U.			NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT							

PRIM: S.A.		NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT						
10.500,00	DISMEVAL, S.L.	CUMPLE	Cabezal plano, de bajo perfil, inferior a 20 mm	NO	0,00	57,97	62,97	
			Cánula biselada transparente en toda su longitud	SI	5,00			
			Orificio en la punta del trocar que permita la insuflación de gas durante la inserción percutánea	NO	0,00			
10.475,00	APPLIED MEDICAL ESPAÑA, S.L.	CUMPLE	Cabezal plano, de bajo perfil, inferior a 20 mm	NO	0,00	58,44	83,44	
			Cánula biselada transparente en toda su longitud	SI	5,00			
			Orificio en la punta del trocar que permita la insuflación de gas durante la inserción percutánea	SI	20,00			
9.500,00	PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	CUMPLE	Cabezal plano, de bajo perfil, inferior a 20 mm	NO	0,00	69,62	74,62	
			Cánula biselada transparente en toda su longitud	SI	5,00			
			Orificio en la punta del trocar que permita la insuflación de gas durante la inserción percutánea	NO	0,00			
9.500,00	PRÓTESIS HOSPITALARIAS, S.A.	CUMPLE	Cabezal plano, de bajo perfil, inferior a 20 mm	NO	0,00	69,62	74,62	
			Cánula biselada transparente en toda su longitud	SI	5,00			

HASSON		DISMEVAL, S.L		NO CUMPLE: Fijación neumática no efectiva porque el balón es de pequeño calibre y se protuye durante la minilaparotomía fugando el neumoperitoneo						
		PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL		NO CUMPLE: El trocar ofertado es de 10 mm y en el PPT se exige 12 mm						
		ASSUT EUROPE IBÉRICA, S.L.U.		NO CUMPLE: No tiene fijación neumática según PPT						
5	AGUJA VERRES 120 MM 14G	2.760,00	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	CUMPLE	Manejo e introducción en la cavidad sin curvarse	SI	30,00	41,22	71,22	
		2.400,00	DISMEVAL, S.L	CUMPLE	Manejo e introducción en la cavidad sin curvarse	SI	30,00	60,50	90,50	
		2.200,00	SUMEDEX, S.A.	CUMPLE	Manejo e introducción en la cavidad sin curvarse	SI	30,00	64,73	94,73	
		2.400,00	PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	CUMPLE	Manejo e introducción en la cavidad sin curvarse	SI	30,00	60,50	90,50	
		1.840,00	PRÓTESIS HOSPITALARIAS, S.A.	CUMPLE	Manejo e introducción en la cavidad sin curvarse	SI	30,00	70,00	100,00	
		2.360,00	DGM VASCULAR, S.L.U.	CUMPLE	Manejo e introducción en la cavidad sin curvarse	SI	30,00	61,47	91,47	
6	KIT DE HERNIOPLASTIA LAPAROSCOPICA PREPERITONEAL	2.200,00	PRIM, S.A.	CUMPLE	Manejo e introducción en la cavidad sin curvarse	SI	30,00	64,73	94,73	
		1.940,00	PANAVALE, S.L	CUMPLE	Manejo e introducción en la cavidad sin curvarse	SI	30,00	68,73	98,73	
6		4.650,00	APPLIED MEDICAL ESPAÑA, S.L	CUMPLE	Balón inflable esférico	SI	15,00	70,00	100,00	
					Balón inflable transparente	SI	15,00			
7	TROCAR TORÁCICO	680,00	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	CUMPLE	Punta afilada atraumática	SI	30,00	70,00	100,00	
		PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL		NO CUMPLE: El trocar ofertado es de 10 mm de diámetro x 117 mm de longitud y se exige en el PPT 11,5 x 100 mm						
	PINZA DESECHABLE CON SISTEMA DE ACABADO TORO PARA CORTAR EN LAS	3.980,00	PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	CUMPLE	Con adaptador monopolar	SI	30,00	70,00	100,00	

8	AGARRE TIPO ENDUPLICHI EN LAS PALAS, CON SISTEMA DE FIJACIÓN	4.400,00	DGM VASCULAR, S.L.U.	CUMPLE	Con adaptador monopolar	SI	30,00	61,86	91,86
		4.140,00	PRIM, S.A.	CUMPLE	Con adaptador monopolar	SI	30,00	64,62	94,62
		3.980,00	PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	CUMPLE	Extremo distal con almohadilla atraumática	NO	0,00	70,00	70,00
					Vástago con marcas de medidas centimétricas	NO	0,00		
		4.200,00	DGM VASCULAR, S.L.U.	CUMPLE	Extremo distal con almohadilla atraumática	NO	0,00	67,22	67,22
					Vástago con marcas de medidas centimétricas	NO	0,00		
		4.140,00	PRIM, S.A.	CUMPLE	Extremo distal con almohadilla atraumática	NO	0,00	68,04	68,04
					Vástago con marcas de medidas centimétricas	NO	0,00		
		1.050,00	DGM VASCULAR, S.L.U.	CUMPLE	Con adaptador monopolar	SI	30,00	70,00	100,00
10	PINZA DESECHABLE DISECTORA CURVA CON RECUBRIMIENTO EXTERNO AISLANTE HASTA LA PUNTA QUE IMPIDA LA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA SALVO EN LA PUNTA PARA EVITAR QUEMADURAS (APLICADAS CONDICIONES DE PREFERENCIA EN ADJUDICACIÓN)	1.350,00	PRIM, S.A.	CUMPLE	Con adaptador monopolar	SI	30,00	70,00	100,00
		5.000,00	SUMEDEX, S.A.	CUMPLE	Con adaptador monopolar	SI	10,00	67,01	77,01
					Mango ergonómico con almohadillas extraíbles	NO	0,00		
		5.750,00	APPLIED MEDICAL ESPAÑA, S.L.	CUMPLE	Con adaptador monopolar	SI	10,00	53,18	83,18
					Mango ergonómico con almohadillas extraíbles	SI	20,00		
11	TIJERA DE CORTE CON FILO DE 12-16 MM DE LONGITUD Y APERTURA DE 12 MM O 60º. TIPO METZEMBAUN CON PUNTA COMPLETAMENTE AISLADA	6.000,00	PRÓTESIS HOSPITALARIAS, S.A.	CUMPLE	Con adaptador monopolar	SI	10,00	61,10	71,10
		5.425,00			Mango ergonómico con almohadillas extraíbles	NO	0,00		

			4.700,00	PRIM, S.A.	CUMPLE	Con adaptador monopolar	SI	10,00	70,00	80,00
						Mango ergonómico con almohadillas extraíbles	NO	0,00		
			NO CUMPLE: La apertura solicitada no es la exigida en el PPT							
			PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL							
			DGM VASCULAR, S.L.U.							
			780,00	APPLIED MEDICAL ESPAÑA, S.L.	CUMPLE	Con adaptador monopolar	SI	10,00	49,50	79,50
						Mango ergonómico con almohadillas extraíbles	SI	20,00		
			570,00	PRIM, S.A.	CUMPLE	Con adaptador monopolar	SI	10,00	70,00	80,00
						Mango ergonómico con almohadillas extraíbles	NO	0,00		
			NO CUMPLE: La apertura solicitada no es la exigida en el PPT							
			PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL							
			DGM VASCULAR, S.L.U.							
			4.250,00	DISMEVAL, S.L.	CUMPLE	Color negro anti-reflectante	SI	20,00	70,00	100,00
						Instrumento no desmontable	SI	10,00		
			NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT							
			SUMEDEX, S.A.							
			PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL							
			DGM VASCULAR, S.L.U.							
			PRIM, S.A.							
			NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT							
			4.250,00	DISMEVAL, S.L.	CUMPLE	Color negro anti-reflectante	SI	20,00	70,00	100,00
						Instrumento no desmontable	SI	10,00		
			NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT							
			SUMEDEX, S.A.							
			PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL							
			DGM VASCULAR, S.L.U.							
			PRIM, S.A.							
			NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT							
			4.300,00	PINZA DESECABLE CON SISTEMA DE AGARRE ATRAUMÁTICO, CON OPCIÓN DE UN SISTEMA DE FIJACIÓN EFICAZ QUE PERMITA LA TRACCIÓN DE LOS TEJIDOS Y CON UNA APERTURA DE 60º Y LONGITUD DE BOCA DE 19MM.	CUMPLE	Color negro anti-reflectante	SI	20,00	70,00	100,00
						Instrumento no desmontable	SI	10,00		
			NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT							
			SUMEDEX, S.A.							
			PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL							
			DGM VASCULAR, S.L.U.							
			PRIM, S.A.							
			NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT							
			4.300,00	PINZA DE AGARRE MODELO ROMA CON MANGO CON CREMALLERA DE 33 CM DE LONGITUD Y 19 CM DE ANCHO DE BOCAL	CUMPLE	Color negro anti-reflectante	SI	20,00	70,00	100,00
						Instrumento no desmontable	SI	10,00		
			NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT							
			SUMEDEX, S.A.							
			PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL							
			DGM VASCULAR, S.L.U.							
			PRIM, S.A.							
			NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT							

		PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT	
		DGM VASCULAR, S.L.U.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT	
		PRIM, S.A.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT	
15	PINZA DE AGARRE INTESTINAL ATRAUMÁTICA CON MANGO CON CREMALLERA DE 33 CM DE LONGITUD Y 5 MM DE DIÁMETRO	2.125,00 DISMEVAL, S.L.	CUMPLE	Color negro anti-reflectante SI 20,00 Instrumento no desmontable SI 10,00 70,00 100,00
		SUMEDEX, S.A.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT	
		PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT	
		DGM VASCULAR, S.L.U.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT	
		PRIM, S.A.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT	
16	PINZA DISECTOR TIPO MARYLAND CURVADO DE 33 CM DE LONGITUD Y 5 MM DE DIÁMETRO	2.125,00 DISMEVAL, S.L.	CUMPLE	Color negro anti-reflectante SI 20,00 Instrumento no desmontable SI 10,00 0,00 30,00
		SUMEDEX, S.A.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT	
		PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT	
		DGM VASCULAR, S.L.U.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT	
		PRIM, S.A.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT	
17	PINZA DISECTOR ÁNGULO RECTO DE 33 CM DE LONGITUD Y 5 MM DE DIÁMETRO	2.125,00 DISMEVAL, S.L.	CUMPLE	Color negro anti-reflectante SI 20,00 Instrumento no desmontable SI 10,00 70,00 100,00
		SUMEDEX, S.A.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT	
		PRIM, S.A.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT	

Getafe, 26 de mayo de 2026
JEFA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN



