


INFORME TÉCNICO EXPEDIENTE LAP PASPC A/SUM-012652/2026 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE LAPAROSCOPIA			
LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	PROVEEDOR	REQUISITOS EXIGIDOS EN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (CUMPLE/NO CUMPLE)
1	TROCAR QUIRÚRGICO, CON CÁNULA Y PASADOR, DE PUNTA ÓPTICA DE 12 MM	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT
		DISMEVAL, S.L.	NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT
		APPLIED MEDICAL ESPAÑA, S.L.	CUMPLE
		PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT
		ASSUT EUROPE IBÉRICA, S.L.U.	NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT
		PRIM, S.A.	NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT
2	TROCAR QUIRÚRGICO FIJACIÓN AVANZADA MEDIANTE BALÓN EN PUNTA	DISMEVAL, S.L.	NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT
		SUMEDEX, S.A.	NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT
		APPLIED MEDICAL ESPAÑA, S.L.	CUMPLE
		PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT
		ASSUT EUROPE IBÉRICA, S.L.U.	NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT
		PRIM, S.A.	NO CUMPLE: No tiene orificio en la punta del trocar según PPT
3	TROCAR QUIRÚRGICO, CON CÁNULA Y PASADOR, DE PUNTA ÓPTICA DE 5 MM	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	NO CUMPLE: No tiene " fijadores a pared" según PPT
		DISMEVAL, S.L.	CUMPLE
		APPLIED MEDICAL ESPAÑA, S.L.	CUMPLE
		PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	CUMPLE
		PRÓTESIS HOSPITALARIAS, S.A.	CUMPLE
		ASSUT EUROPE IBÉRICA, S.L.U.	CUMPLE
		PRIM, S.A.	CUMPLE
		PANAVALLE, S.L.	NO CUMPLE: No tiene " fijadores a pared" según PPT

4	TROCAR QUIRÚRGICO ACCESO PUNTA ROMA FIJACIÓN NEUMÁTICA TIPO HASSON	DISMEVAL, S.L.	NO CUMPLE: Fijación neumática no efectiva porque el balón es de pequeño calibre y se protuye durante la minilaparotomía fugando el neumoperitoneo
		APPLIED MEDICAL ESPAÑA, S.L.	CUMPLE
		PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	NO CUMPLE: El trocar ofertado es de 10 mm y en el PPT se exige 12 mm
		ASSUT EUROPE IBÉRICA, S.L.U.	NO CUMPLE: No tiene fijación neumática según PPT
		PRIM, S.A.	CUMPLE
5	AGUJA VERRES 120 MM 14G	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	CUMPLE
		DISMEVAL, S.L.	CUMPLE
		SUMEDEX, S.A.	CUMPLE
		PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	CUMPLE
		PRÓTESIS HOSPITALARIAS, S.A.	CUMPLE
		DGM VASCULAR, S.L.U.	CUMPLE
		PRIM, S.A.	CUMPLE
		PANAVAL, S.L.	CUMPLE
6	KIT DE HERNIOPLASTIA LAPAROSCOPICA PREPERITONEAL.	APPLIED MEDICAL ESPAÑA, S.L.	CUMPLE
7	TROCAR TORÁCICO	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	CUMPLE
		PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	NO CUMPLE: El trocar ofertado es de 10 mm de diámetro x 117 mm de longitud y se exige en el PPT 11,5 x 100 mm
8	PINZA DESECHABLE CON SISTEMA DE AGARRE TIPO ENDOCLINCH EN LAS PALAS, CON SISTEMA DE FIJACIÓN	PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	CUMPLE
		DGM VASCULAR, S.L.U.	CUMPLE
		PRIM, S.A.	CUMPLE
9	PINZA DESECHABLE CON SISTEMA DE AGARRE ATRAUMÁTICO, CON OPCIÓN DE UN SISTEMA DE FIJACIÓN EFICAZ QUE PERMITA LA TRACCIÓN DE LOS TEJIDOS Y CON UNA APERTURA DE 60º Y LONGITUD DE BOCA DE 19MM	PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	CUMPLE
		DGM VASCULAR, S.L.U.	CUMPLE
		PRIM, S.A.	CUMPLE

10	PINZA DESECHABLE DISECTORA CURVA CON RECUBRIMIENTO EXTERNO AISLANTE HASTA LA PUNTA QUE IMPIDA LA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA SALVO EN LA PUNTA PARA EVITAR QUEMADURAS	DGM VASCULAR, S.L.U.	CUMPLE
		PRIM, S.A.	CUMPLE
11	TIJERA DE CORTE CON FILO DE 12-16 MM DE LONGITUD Y APERTURA DE 12 MM O 60º. TIPO METZEMBAUN CON PUNTA COMPLETAMENTE AISLADA	SUMEDEX, S.A.	CUMPLE
		APPLIED MEDICAL ESPAÑA, S.L.	CUMPLE
		PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	NO CUMPLE: La apertura es 8 mm y 30º cuando se se exigen 12mm o 60º en el PPT
		PRÓTESIS HOSPITALARIAS, S.A.	CUMPLE
		DGM VASCULAR, S.L.U.	NO CUMPLE: La apertura es 8 mm y 30º cuando se se exigen 12mm o 60º en el PPT
		PRIM, S.A.	CUMPLE
12	TIJERA DE CORTE CON FILO DE 12-16 MM DE LONGITUD Y APERTURA DE 12MM O 60º. TIPO METZEMBAUN CON PUNTA COMPLETAMENTE AISLADA	APPLIED MEDICAL ESPAÑA, S.L.	CUMPLE
		PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	NO CUMPLE: La apertura es 8 mm y 30º cuando se se exigen 12mm o 60º en el PPT
		DGM VASCULAR, S.L.U.	NO CUMPLE: La apertura es 8 mm y 30º cuando se se exigen 12mm o 60º en el PPT
		PRIM, S.A.	CUMPLE
13	PINZA DESECHABLE CON SISTEMA DE AGARRE ATRAUMÁTICO, CON OPCIÓN DE UN SISTEMA DE FIJACIÓN EFICAZ QUE PERMITA LA TRACCIÓN DE LOS TEJIDOS Y CON UNA APERTURA DE 60º Y LONGITUD DE BOCA DE 19MM.	DISMEVAL, S.L.	CUMPLE
		SUMEDEX, S.A.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT
		PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT
		DGM VASCULAR, S.L.U.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT
		PRIM, S.A.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT
14	PINZA DE AGARRE MODELO ROMA CON MANGO CON CREMALLERA DE 33 CM DE LONGITUD Y 5 MM DE DIÁMETRO	DISMEVAL, S.L.	CUMPLE
		SUMEDEX, S.A.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT
		PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT
		DGM VASCULAR, S.L.U.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT
		PRIM, S.A.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT

15	PINZA DE AGARRE INTESTINAL ATRAUMÁTICA CON MANGO CON CREMALLERA DE 33 CM DE LONGITUD Y 5 MM DE DIÁMETRO	DISMEVAL, S.L.	CUMPLE
		SUMEDEX, S.A.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT
		PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT
		DGM VASCULAR, S.L.U.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT
		PRIM, S.A.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT
16	PINZA DISECTOR TIPO MARYLAND CURVADO DE 33 CM DE LONGITUD Y 5 MM DE DIÁMETRO	DISMEVAL, S.L.	CUMPLE
		SUMEDEX, S.A.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT
		PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNATIONAL	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT
		DGM VASCULAR, S.L.U.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT
		PRIM, S.A.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT
17	PINZA DISECTOR ÁNGULO RECTO DE 33 CM DE LONGITUD Y 5 MM DE DIÁMETRO	DISMEVAL, S.L.	CUMPLE
		SUMEDEX, S.A.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT
		PRIM, S.A.	NO CUMPLE: No acredita el voltaje de salida máximo exigido en el PPT

Getafe,



JEFE DE SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA