

CONSULTA Nº 4

ASUNTO: Consulta Procedimiento abierto PA 2025-7-518 (ASUM-0124132026) SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SUSPENDIDA Y DE LOS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN PARA EL NUEVO BLOQUE QUIRÚRGICO DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA, EN EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DE MADRID

La persona solicitante actúa como

☐ Interesado/a
 ☒ Representante
 ☐ Autorizado/a para presentación (no es interesado/a ni representante)

Datos de la persona interesada

NIF/NIE:								
Nombre:				Apellido 1:			Apellido 2:	
Tipo de vía:	CALLE			Nombre de vía:				
Número/Km:		Piso:		Puerta:		Código postal:		
Provincia:				Municipio:				
Otros datos de localización:								
e-mail:				Teléfono 1:			Teléfono 2:	

Datos de la persona o entidad representante

NIF/NIE				Razón social/Entidad:	Olympus Iberia, S.A.U.			
Tipo de vía:	CALLE			Nombre de vía:	Pl. Europa, 10 2ª planta			
Número/Km:		Piso:		Puerta:		Código postal:	08902	
Provincia:	Barcelona			Municipio:	L'Hospitalet de Llobregat			
Otros datos de localización:								
e-mail:	monserrat.lafuente@olympus.com			Teléfono 1:	933941326		Teléfono 2:	
En calidad de:								

Medio de notificación

<input checked="" type="radio"/> Interesado/a	<input type="radio"/> Representante	(Indique a quién desea que se envíe la notificación)
<input checked="" type="radio"/> Deseo ser notificado/a de forma electrónica	<input type="radio"/> Deseo ser notificado/a por correo certificado	

Si selecciona notificación electrónica, debe tener una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid. Puede darse de alta accediendo a [este enlace](#)

Relación de documentos que aportará junto a la solicitud (Estos documentos se adjuntarán después de enviar la solicitud a registro)

Escrito comentado las dudas

Expone

En relación al expediente PA 2025-7-518 (ASUM-0124132026)

Solicita

Den respuesta a las consultas planteadas

FECHA:

En	Madrid	a	14/04/2026
----	--------	---	------------

FIRMA**DESTINATARIO**

DIRECCIÓN ORGANISMO:	GENERAL /	Hospital Clínico san Carlos
----------------------	-----------	-----------------------------

CONSEJERÍA:	Consejería de Sanidad
-------------	-----------------------

PREGUNTAS:

En el pliego se solicita un sistema abierto y de alta velocidad para la distribución (enrutamiento de video), estas prestaciones también se consiguen con un sistema de conmutación 12G-SDI que solicitamos se considere también válido ya que además esto permite que la solución de integración disponga de menos puntos de fallo en la electrónica al no ser necesarios conversores IP. Con ello, los monitores deberían de aceptar conexiones 12G-SDI alternativamente al slot de conexiones IP.”

RESPUESTAS:

A continuación, se da respuesta a la consulta planteada:

Referente a la infraestructura de transmisión de datos y conexiones, se valorarán sistemas de transmisión equivalentes, tal y como indica en el siguiente apartado del PPT:

“El Sistema de gestión de vídeo, datos y audio para el quirófano deberá proporcionar un sistema abierto, que permita que cualquier elemento generador de imagen en quirófano sea integrado y permita su utilización en cualquiera de las salas que integren el sistema. Deberá incluir todos los elementos y accesorios para gestionar el enrutamiento de las imágenes y datos generados dentro y fuera del quirófano, integrar un registro de paciente, archivo de imágenes, etc. Para garantizar un sistema abierto y de alta velocidad la infraestructura deberá estar montada sobre un cableado de FO OM3 (o equivalente en cuanto a velocidad de transmisión de datos) y proporcionar conmutación IP.”

Fdo.: P.O. Responsable Ingeniería. Equipamiento y Alta Tecnología.

Firmado por GÓMEZ GARVÍN ALEJANDRO - [REDACTED] el día 20/04/2026 con un certificado emitido por SIA SUB01

Subdirección de Gestion Área Técnica