

## **ACLARACIÓN A CONSULTAS DE LICITADORES**

**Expediente A/SUM-006108/2026**

### **SUMINISTRO DE TUBOS ENDOTRAQUEALES PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN.**

Para general conocimiento de los interesados en la licitación se publica la respuesta dada por la Unidad Promotora de este expediente, a la consulta realizada por la empresa:

#### **MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.**

En el **Pliego de Prescripciones Técnicas** respecto al lote 7, se detalla lo siguiente:

**LOTE 7. TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN PACIENTE ADULTO**

#### **Características técnicas:**

- Fabricado en PVC de grado médico atóxico transparente.
- Marcas centimetradas de profundidad
- Diseño ergonómico que facilite la inserción.
- Con espiral metálica longitudinal que refuerce el interior del tubo, resistente al acodamiento.
- Línea longitudinal radiopaca hasta el extremo distal.
- Extremo distal abierto con punta biselada totalmente atraumática, con balón inflable conectado a balón piloto exterior con conexión luer y válvula anti-retorno.
- Extremo proximal con conector universal de 15 mm, fijo para evitar desconexiones inadvertidas a sistema de ventilación mecánica y línea de inflado.

Pues bien, respecto al lote 7 señalado, no indicando nada. ¿se entiende que el producto solicitado es SIN OJO de Murphy?:

#### **Respuesta:**

En el lote 7 no se solicita orificio Murphy.

Madrid, 24 de abril de 2026

**LA JEFA DE SECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
ADMINISTRATIVA**

Firmado digitalmente por: CARRION SANCHEZ MARIA DE LAS NIEVES  
Fecha: 2026.04.24 10:13

Fdo.: Nieves Carrión Sánchez



La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestiona.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación: **0964221316982687557410**