

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma autentica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría acceder al original.

EXPEDIENTE: 2026-0-018 (A/SUM-013447/2026)

"ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE GRAPADO QUIRÚRGICO, DISPOSITIVOS DE ENERGÍA ULTRASÓNICA Y APLICADORES DE CLIPS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR" (11 LOTES)

INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación se enuncian las empresas licitadoras y los lotes a los que éstas han presentado su oferta:

Licitador	Razón social	LOTES										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DEXTROMEDICA, S.L.										X	
2	DISMEVAL, S.L.								X	X		
3	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	X	X	X		X		X				
4	JOHNSON & JOHNSON, S.A.				X			X	X	X	X	X
5	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		X				X					

Para la evaluación de los criterios técnicos, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

Se comprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, tomando en consideración tanto la documentación técnica como las muestras presentadas por los licitadores con el siguiente resultado:

1 Acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas:

- MEDTRONIC IBERICA, S.A.: LOTE 1, 2,3, 5 y 7.
- JOHNSON & JOHNSON, S.A.: LOTE 4, 7, 8, 9, 10 y 11
- B. BRAUN SURGICAL, S.A.: LOTE 6

La empresa JOHNSON & JOHNSON, S.A, ha aportado la documentación "Evidencia clínica" que, no ha sido requerida en la licitación. No obstante, dicha documentación ha sido declarada de carácter confidencial.

La empresa B. BRAUN SURGICAL, S.A, presenta con carácter confidencial la documentación técnica del Lote 6.

2 No acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas por los motivos que a continuación se indican:

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
DEXTROMEDICA, S.L.	10	Diámetro del eje: 12 ± 0.5 mm.	En la documentación técnica presentada no se acredita.
		Articulación distal: ±55°	En la documentación técnica presentada no se acredita.
		Apertura de mandíbula: 22,8 ±0.2 mm.	En la documentación técnica presentada no se acredita.
		Máximo: 12 disparos por instrumento.	En la documentación técnica presentada no se acredita.
		Disparo y articulación motorizados.	En la documentación técnica presentada no se acredita.
DISMEVAL, S.L.	8	o <u>Nº de orden 8.1.-</u> Tijera manual para bisturí ultrasónico 5mm diámetro eje y 36cm longitud con hemostasia avanzada. 117141	En la documentación técnica presentada la longitud es de 35cm
		o <u>Nº de orden 8.2.-</u> Tijera manual para bisturí ultrasónico 5mm diámetro eje y 20cm longitud con hemostasia avanzada. 117140	En la documentación técnica presentada la longitud es de 21cm
	9	Pala activa de 16mm de longitud y pala de soporte revestida en teflón.	En la documentación técnica presentada la longitud es de 17mm
		Corte y coagulación simultáneas de tejidos blandos y vasos de hasta 5mm de diámetro mediante liberación de energía exclusivamente harmónica.	En la documentación técnica presentada el corte y coagulación simultáneas de tejidos blandos y vasos es de "hasta 7 mm"

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
B.BRAUN SURGICAL, S.A.	2	Grapas de sección rectangular	Las grapas no son de sección rectangular

3 En consecuencia con lo anteriormente expuesto, en el Anexo I se indica en color rojo las empresas propuestas para su exclusión de cada lote de la licitación por incumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos en el Pliego de Proscripciones Técnicas y, en color verde, los lotes de las empresas propuestas como admitidas.

En Madrid,

Fdo.: Carolina Clemente Valera

Firmado digitalmente por: CLEMENTE VALERA CAROLINA
Fecha: 2026.06.19 15:32

SUPERVISORA DE ENFERMERÍA DE RECURSOS MATERIALES

ANEXO I

Licitador	Razón social	LOTES										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DEXTROMEDICA, S.L.										X	
2	DISMEVAL, S.L.								X	X		
3	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	X	X	X		X		X				
4	JOHNSON & JOHNSON, S.A.				X			X	X	X	X	X
5	B.BRAUN SURGICAL, S.A.		X				X					