

EVALUACIÓN DE LOS IMPLANTES OFERTADOS PARA ENCLAVADO DE FRACTURAS DE CADERA Y TROCANTÉREO-DIAFISARIAS DE FÉMUR CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL EN BASE AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (P.P.T.)

LOTE ÚNICO: CLAVO INTRAMEDULAR EN TITANIO PARA FRACTURAS TROCANTÉREAS Y TROCANTÉREODIAFISARIAS DE FÉMUR

JOHNSON & JOHNSON S.A. (DE PUY SYNTHES): No reúne los requisitos requeridos en el P.P.T. (página 6, párrafo 5) por no disponer de implantes con angulación céntricodiarisaria de 120º

SMIDTH & NEPHEW S.A.U.: No reúne los requisitos requeridos en el P.P.T. (página 6, párrafo 5) por no disponer de implantes con angulación céntricodiarisaria de 120º

San Lorenzo de El Escorial, 12 de mayo de 2026

Fdo.: Raúl Carretero Calzón

Jefe Sección C.O.T. H.U.E.E.

**CARRETERO
CALZON RAUL**

-

Firmado digitalmente
por CARRETERO CALZON
RAUL - [REDACTED]
Fecha: 2026.05.12
12:33:55 +02'00'