

**Nº EXPEDIENTE: A/SUM-009752/2026**

**DENOMINACIÓN: SUMINISTRO DE PRÓTESIS DE CADERA CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL.**

**EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL LOTE 1 (PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA Y CERÁMICA)**

**PROTECTRAUMA S. L.:** No cumple los criterios exigidos en el PPT por:

- El cotilo no dispone de una macroestructura exterior dentada (dientes afilados para asegurar la estabilidad primaria) en ninguno de los modelos ofertados, como se pide en el PPT.
- El modelo JUMP TRASER no dispone de diámetro de 42 mm.
- El modelo JUMP System no dispone de diámetros mayores de 70 mm.
- Los vástagos no tienen opción con collar ni disponen de un mínimo de 13 tallas (tanto en los modelos estándar como en los lateralizados), como se pide en el PPT.
- No disponen de cabezas metálicas de 40 mm y la de 36 mm sólo dispone de 4 tamaños de cuello, incumpliendo los requisitos del PPT.

**SMITH & NEPHEW:** No cumple los criterios exigidos en el PPT por:

- El cotilo no dispone de una macroestructura exterior dentada (dientes afilados para asegurar la estabilidad primaria), como se pide en el PPT.
- El vástago sólo dispone de 10 tallas en las versiones estándar y de 8 tallas en la versión lateralizada (se piden un mínimo de 13 tallas de vástago en el PPT para cada una de las versiones referidas).

**ZIMMER BIOMET SPAIN:** Cumple los requisitos exigidos en el PPT.

Evaluación de los Criterios Técnicos:

- Criterio 1: .....9 puntos
- Criterio 2: .....3 puntos
- Criterio 3: .....9 puntos
- Criterio 4: .....3 puntos
- Criterio 5: .....3 puntos
- Criterio 6: .....3 puntos

**TOTAL: 30 PUNTOS**

## EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL LOTE 2 (PRÓTESIS BIPOLAR DE CADERA NO CEMENTADA)

**ADVITA ORTHO IBERICA S.L.U.:** Cumple los requisitos exigidos en el PPT

Evaluación de los Criterios Técnicos:

- Criterio 1: .....7 puntos
- Criterio 2: .....7 puntos
- Criterio 3: .....16 puntos

TOTAL: 30 PUNTOS

**PROTECTRAUMA S.L.:** Cumple los requisitos exigidos en el PPT

Evaluación de los Criterios Técnicos:

- Criterio 1: .....7 puntos
- Criterio 2: .....7 puntos
- Criterio 3: .....16 puntos

TOTAL: 30 PUNTOS

## EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL LOTE 3 (SISTEMA DE REVISIÓN DE PRÓTESIS TOTAL DE CADERA)

**PROTECTRAUMA S. L.:** No cumple los criterios exigidos en el PPT por:

- El cotilo no dispone de tallas inferiores a 48 mm (en el PPT se piden tamaños de 38 a 70 mm).
- Los vástagos no son monoblock, como se pide en el PPT.
- No disponen de cabezas metálicas de 40 mm y la de 36 mm sólo dispone de 4 tamaños de cuello, incumpliendo los requisitos exigidos en el PPT.

**ZIMMER:** Cumple los requisitos exigidos en el PPT.

Evaluación de los Criterios Técnicos:

- Criterio 1: .....3,75 puntos
- Criterio 2: .....3,75 puntos
- Criterio 3: .....3,75 puntos
- Criterio 4: .....3,75 puntos
- Criterio 5: .....3,75 puntos
- Criterio 6: .....3,75 puntos
- Criterio 7: .....3,75 puntos
- Criterio 8: .....3,75 puntos

TOTAL: 30 PUNTOS

Fdo. EL JEFE DE TRAUMATOLOGÍA

CARRETERO  
CALZON RAUL

Firmado digitalmente  
por CARRETERO CALZON

RAUL - [REDACTED]

Fecha: 2026.06.09

08:51:43 +02'00'

- [REDACTED]