

EXPEDIENTE Nº: 2026-0-024 (A/SUM-015909/2026)

"ADQUISICIÓN DE AGUJAS Y SONDAS DE ECOBRONCOSCOPIA Y OTROS FUNGIBLES DE NEUMOLOGÍA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR" (22 LOTES)

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En el Anexo I, se indican las empresas licitadoras y los lotes a los que éstas han presentado oferta.

Para la evaluación de los criterios técnicos, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

Se comprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT, tomando en consideración tanto la documentación técnica como las muestras presentadas por los licitadores, con el siguiente resultado:

1. Acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas:

- COOK ESPAÑA, S.L.: LOTE: 8.
- LELEMAN, S.L.: LOTE: 5.
- HELIANTHUS MEDICAL, S.L.: LOTE: 14 Y 18.
- PALEX MEDICAL, S.A.: LOTE: 4.
- SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.: LOTE: 1 Y 4.
- INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.: LOTE: 18 Y 21.
- ASENS, S.L.: LOTE: 1, 4 Y 6.
- SANROSAN, S.A.: LOTE: 11, 15, 20 Y 22.

2. No acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas por los motivos que a continuación se indican:

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
GVB-SPES ESPO S.L	16	Cable de 122cm	Tanto con la documentación como con la muestra presentada se comprueba que la longitud del cable es de 150cm.

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
LOGSA ENDOMEDICAL, S.L.	5	Aguja de acero inoxidable para punción biopsia con sistema semiautomático para facilidad de uso con una sola mano	En la documentación presentada no acredita el material de la aguja.
		Aguja con punta tipo Quincke con triple bisel, Con marcas cada 1cm para fijar su posicionamiento, con 11mm de penetración	En la documentación presentada no acredita el tipo de punta de la aguja ni la profundidad de las marcas.
		Equipadas con jeringa de vacío ajustable, admitiéndose entre 5 y 30cc	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que carece de dicha jeringa
OXIGEN SALUD S.A.	11	Longitud de la manguera de 60cm	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que la longitud de la manguera es de 50cm
AB MEDICA GROUP,S.A.	18	Compatible con espirómetro DATOS PIR TOUCH SPIROMETER SIBLEMED, ubicado en la consulta de Alergias del CEP Vicente Soldevilla.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que no es compatible con dicho inspirómetro.
	19	El filtro bacteriano consta de sensor de flujo y pinza nasal	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que carece de pinza nasal
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	1	Compatible con ecobroncospio propiedad del Hospital.	Con las muestras presentadas se comprueba que el producto presentado no es compatible con el ecobroncospio del Hospital.
	6	Aguja histológica para ecobroncoscopia compatible con ecobroncospio PENTAX® existente en el servicio de Neumología	Con las muestras presentadas se comprueba que el producto presentado no es compatible con el ecobroncospio del Hospital.

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
		Extensión de aguja ajustable de 0 a 4 cm con longitud de la vaina ajustable.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que la extensión de aguja ajustable es de 0 a 6cm con longitud de la vaina ajustable
		Aguja histológica para ecobroncoscopia compatible con ecobroncoscopio PENTAX® existente en el servicio de Neumología	En ficha técnica indica que es compatible con el ecobroncoscopio Olympus.
		Sistema de bloqueo con giro tipo twist-lock.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que el sistema de bloqueo con giro es tipo luer lock.
		Para usar con crioonda flexible.	En la documentación técnica no se indica que cumpla dicho criterio.
SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A	2	Balón ecobroncoscopio para ecoprocesador Ebus	Con las muestras presentadas se comprueba que el producto presentado no es compatible con el ecobroncoscopio del Hospital.
	6	Sistema de bloqueo con giro tipo twist-lock.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que carece de dicho sistemas de bloqueo.
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	12	Tubo de 32 cm longitud.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que el tubo mide 35cm.
		Puntas nasales de elastómero termoplástico suave y flexible.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que las puntas nasales son rígidas.
		Almohadillas para mejillas antideslizantes	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
			carece de almohadillas antideslizantes para las mejillas.

3. Han presentado, con carácter confidencial, la documentación técnica la siguiente empresa:

➤ SANROSAN, S.A.: Fichas técnicas.

4. En consecuencia, con lo anteriormente expuesto, en el Anexo II, se indica en color rojo las empresas propuestas para su exclusión de la licitación por incumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en color verde, las empresas propuestas admitidas:

En Madrid, a 18 de agosto de 2026

La Jefa de Sección de Neumología

María Jesús Buendía García

Firmado por ALCORTA MESAS AFRICA - ***3416** el día 18/08/2026 con un certificado emitido por SIA SUB01

P. A.: Dra. África Alcorta Mesas

F.E.A Neumología

ANEXO I

LOTES																							
LICITADOR	RAZÓN SOCIAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	GVB-SPES ESPO S.L																X						
2	COOK ESPAÑA,S.L.								X														
3	LELEMAN, S.L.					X																	
4	HELIANTHUS MEDICAL, S.L.														X				X				
5	OXIGEN SALUD S.A.											X											
6	LOGSA ENDOMEDICAL, S.L.					X																	
7	PALEX MEDICAL, S.A.				X																		
8	AB MEDICA GROUP,S.A.																		X	X			
9	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	X					X																
10	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	X	X		X		X																
11	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.												X						X			X	
12	ASENS, S.L.	X			X		X																
13	SANROSAN, S.A.											X				X					X		X

ANEXO II

LOTES																							
LICITADOR	RAZÓN SOCIAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	GVB-SPES ESPO S.L																X						
2	COOK ESPAÑA,S.L.								X														
3	LELEMAN, S.L.					X																	
4	HELIANTHUS MEDICAL, S.L.														X				X				
5	OXIGEN SALUD S.A.											X											
6	LOGSA ENDOMEDICAL, S.L.					X																	
7	PALEX MEDICAL, S.A.				X																		
8	AB MEDICA GROUP,S.A.																		X	X			
9	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	X					X																
10	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	X	X		X		X																
11	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.												X						X			X	
12	ASENS, S.L.	X			X		X																
13	SANROSA, S.A.											X				X					X		X

