



Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid  
CONSEJERÍA DE SANIDAD

**SOLICITUD ACLARACIÓN EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN AM SUM 42/2025 - A/SUM-045258/2025, «DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS IMPLANTABLES Y ELECTRODOS», CON DESTINO A LOS HOSPITALES PERTENECIENTES AL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS), A ADJUDICAR MEDIANTE ACUERDO MARCO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.**

En relación a la oferta presentada en el expediente de contratación, «DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS IMPLANTABLES Y ELECTRODOS», CON DESTINO A LOS HOSPITALES PERTENECIENTES AL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS), A ADJUDICAR MEDIANTE ACUERDO MARCO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, se solicitan las aclaraciones relacionadas con:

- el nombre del documento donde consta (en el caso de que no se haya aportado previamente, sea imbricado mediante la presente),
- y la página del mismo, resaltando en amarillo,

la siguiente relación de Características Técnicas de los Lotes y Números de Orden indicados a continuación conforme al PPT, con el objeto de verificar su cumplimiento:

LOTE	ABBOTT	
3	Nº de Orden 3.1 DESFIBRILADOR MONOCAMERAL AVANZADO	
	Terapia de taquicardias	Posibilidad de hasta al menos 6 descargas bifásicas de cardioversión y desfibrilación con energía entregada $\geq 40$ J desde la primera terapia.
	Algoritmo de detección de fibrilación auricular	Detección y registro de fibrilación auricular a través de la monitorización de la irregularidad en el RR.
7	No de Orden 7.1 DESFIBRILADOR BICAMERAL AVANZADO	
	Terapia de taquicardias	Posibilidad de hasta al menos 6 descargas bifásicas de cardioversión y desfibrilación con energía entregada $\geq 40$ J desde la primera terapia.
10	Nº de Orden 10.1: SISTEMA DE DESFIBRILADOR TRICAMERAL CON TERAPIA DE RESINCONCRINACIÓN CARDIACA AVANZADA	
	Terapia de resincronización cardíaca	Sensor hemodinámico para la programación automática de los parámetros de estimulación AV y VV tanto en reposo como en ejercicio.
	Terapia de taquicardias	Posibilidad de hasta al menos 6 descargas bifásicas de cardioversión y desfibrilación con energía entregada $\geq 40$ J desde la primera terapia.

La documentación solicitada deberán enviarla en el plazo de tres días hábiles desde el día siguiente a su notificación.

Firmado digitalmente por: ANA BELEN  
Fecha: 2026.06.24 14:41

Madrid, a fecha y firma

Fdo.: Directora de Compras

Madrid, a fecha y firma

Firmado digitalmente por: MAGIDE BLANCO MARIA CONCEPCION  
Fecha: 2026.06.25 12:10  
Verificación y validez por CSV: 1239837653738083936079  
La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>  
Referencia: 47788788 9/26

Fdo.: Directora de Contratación

Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid