

EXPEDIENTE Nº: 2026-0-023 (A/SUM-015526/2026)

"ADQUISICIÓN DE INFUSORES DE MEDICACIÓN Y OTROS MATERIALES DE FARMACIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR" (21 LOTES)

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En el Anexo I, se indican las empresas licitadoras y los lotes a los que éstas han presentado oferta.

Para la evaluación de los criterios técnicos, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

Se comprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT, tomando en consideración tanto la documentación técnica como las muestras presentadas por los licitadores, con el siguiente resultado:

1. Acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas:
 - DEXTROMEDICA, S.L.: LOTE: 19.
 - OIARSO SDAD. COOP.: LOTE: 14, 15 Y 17.
 - GRIFOLS MOVACO, S.A.: LOTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Y 18.
 - INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.: LOTE: 14
 - BAXTER, S.L.: LOTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Y 9.
 - ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPIT.SL: LOTE: 12.
 - B. BRAUN MEDICAL, S.A.: 1, 2, 5, 6, 8 Y 11.
2. No acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas por los motivos que a continuación se indican:

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL.	12	Conector luer macho cerrado que mantenga una barrera microbiana durante 7 días y un mínimo de 600 activaciones.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que la duración es de 72hrs y tienen como máximo 600 ativaciones.

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
VYGON, S.A.	12	Cumple la norma ISO 10993-1.	Con la documentación presentada no acredita dicho cumplimiento.
		Conector luer macho cerrado que mantenga una barrera microbiana durante 7 días y un mínimo de 600 activaciones.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que no tiene conexión luer macho cerrado, no especifica la duración ni las activaciones.
		Cumple la norma ISO 10993-1.	Con la documentación presentada no acredita dicho cumplimiento.
		Compatible con lípidos y quimioterápicos comunes.	Con la documentación presentada no acredita dicho cumplimiento.
		Composición: poliamida con un espesor de 20 micras ($\pm 8\%$) Polietileno de baja densidad de espesor de 60 micras ($\pm 8\%$)	Con la documentación presentada no acredita dicho cumplimiento.
		3 Orificios en la región proximal para facilitar el colgado.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que sólo tiene 1 orificio.
GRIFOLS MOVACO, S.A.	13	Abierta por extremos proximal y distal para facilitar la introducción del contenedor y la salida de la línea de infusión.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que no tiene apertura.
		Apta para uso alimentario.	Con la documentación presentada no acredita dicho cumplimiento.
		Apta para uso alimentario.	Con la documentación presentada no acredita dicho cumplimiento.

LICITADOR	LOTE/ Nº ORDEN	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	12	Apertura en extremo inferior que facilite la salida de la línea de infusión y facilite la colocación vertical de las bolsas de medicación.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que no tiene apertura.
		Medidas: 17 cm de ancho x 34cm (±5cm) de longitud.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que sus medidas son 18x40cm
		Conector luer macho cerrado que mantenga una barrera microbiana durante 7 días y un mínimo de 600 activaciones.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que no tiene conexión luer macho cerrado, especifica que tiene un mínimo de 200 activaciones.
		Composición: poliamida con un espesor de 20 micras (±8%) Polietileno de baja densidad de espesor de 60 micras (±8%)	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que está compuesta sólo de polietileno.
SANUSHEALTH TECH SOLUTIONS SL	1,2,3,5,6,8 y 9	3 Orificios en la región proximal para facilitar el colgado.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que sólo tiene 1 orificio.
	1,2,3,5,8 y 9	Bolsa de protección individual del infusor en cada envase.	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que carece de dicho cumplimiento.
IBERIAN CARE 2016, SL.	11	Clasificación sanitario: clase IIa. producto	Tanto con la documentación técnica como con la muestra presentada se comprueba que carece de dicho cumplimiento.
			Con la documentación presentada se comprueba que la clasificación sanitaria es Is.

3. No han declarado con carácter confidencial, ninguna documentación técnica ninguna de las empresas.
4. En consecuencia, con lo anteriormente expuesto, en el Anexo II, se indica en color rojo las empresas propuestas para su exclusión de la licitación por incumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en color verde, las empresas propuestas admitidas:

En Madrid, a

SUPERVISORA DE ENFERMERÍA DE RECURSOS MATERIALES

Firmado digitalmente por: CLEMENTE VALERA CAROLINA
Fecha: 2026.07.31 13:31

Carolina Clemente Valera

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestionia.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación:

ANEXO I

LICITADOR	Razón social	LOTES																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	DEXTROMEDICA, S.L.																			X		
2	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL.												X									
3	VYGON, S.A.												X									
4	OIARSO SDAD. COOP.														X	X		X				
5	GRIFOLS MOVACO, S.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X				X			
6	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.												X	X	X							
7	BAXTER, S.L.	X	X	X	X	X	X		X	X												
8	ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPIT.SL												X									
9	SANUSHEALTH TECH SOLUTIONS SL	X	X	X		X	X		X	X												
10	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	X	X			X	X		X			X										
11	IBERIAN CARE 2016, SL.	X	X	X		X			X	X		X										

ANEXO II

LICITADOR	Razón social	LOTES																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	DEXTROMEDICA, S.L.																			X		
2	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL.												X									
3	VYGON, S.A.												X									
4	OIARSO SDAD. COOP.														X	X		X				
5	GRIFOLS MOVACO, S.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X				X			
6	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.												X	X	X							
7	BAXTER, S.L.	X	X	X	X	X	X		X	X												
8	ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPIT.SL												X									
9	SANUSHEALTH TECH SOLUTIONS SL	X	X	X		X	X		X	X												
10	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	X	X			X	X		X			X										
11	IBERIAN CARE 2016, SL.	X	X	X		X			X	X		X										