

Exp. PA SUM 009-2026 (A/SUM-017758/2026)

## **CRITERIO TÉCNICOS DE VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SUMINISTRO DE LANCETAS PARA OBTENER MUESTRAS DE SANGRE DE LOS DONANTES DEL CENTRO DE TRANSFUSION DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**Puntuación máxima de criterios: Total 30 puntos**

### **JUSTIFICACIÓN**

Todos los criterios de valoración están vinculados directamente con el objeto del contrato, en cuanto que afectan a características específicas de los materiales convocados y suponen una mejora sobre las prestaciones base definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La puntuación máxima atribuida a estos criterios técnicos se establece en aplicación de la “Circular de criterios de homogeneización de la actividad contractual de la Comunidad de Madrid”, remitida por el Director General de Patrimonio de Hacienda de la Comunidad de Madrid con fecha 17 de enero de 2020, donde se recomienda establecer criterios de carácter automático para la fase técnica con un peso máximo del 30% de la puntuación.

Se ha mantenido el porcentaje de los criterios de adjudicación relacionados con la calidad del 30% con el fin de establecer un equilibrio entre la calidad que se pretende y el precio. A este respecto, en el pliego de prescripciones técnicas se han recogido las exigencias imprescindibles que debe cumplir el adjudicatario, dejando a valoración aquellas prestaciones añadidas que pueda ofertar el mercado

El Centro de Transfusión tiene como actividad fundamental la extracción de sangre a los donantes, así como su procesamiento y estudio analítico, para su posterior distribución a los Centros Hospitalarios.

El motivo de este concurso es la adquisición de las lancetas necesarias para la realización de pinchazo destinado a la extracción de sangre de los donantes para la determinación de Hemoglobina capilar.


El consumo anual se ha estimado de acuerdo con la estimación de donaciones y el histórico de consumos anuales realizados del mismo material, 275.000 lancetas para la obtención de muestra de sangre al año.

**CRITERIOS TÉCNICOS**

LANCETAS		Puntos
1.1	Aguja hueca para reducir el dolor durante la punción.	20
1.2	Sistema con 5 niveles de penetración ajustables, adaptable al tipo de piel de cada paciente	5
1.3	Profundidad mínima de penetración: 0,3 mm	5
TOTAL		30

Se dará la puntuación a aquellas propuestas que cumplan con el criterio exigido, en caso contrario obtendrán 0 puntos

En Madrid, a fecha de firma de huella

 **LUISA MARIA  
BAREA (R: S2800474E)**

Fdo.: Luisa Barea García  
DIRECTORA GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIÓN