

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DE NECESIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE “MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA, así como los equipos y accesorios necesarios para su implantación”, ASÍ COMO SOBRE LA ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y OTROS ASPECTOS REFERIDOS AL CONTRATO DE SUMINISTRO, CON DESTINO A LOS HOSPITALES PERTENECIENTES AL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS), A ADJUDICAR MEDIANTE ACUERDO MARCO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.**

(Nº Exp.: AM PA SUM 66/2025)

**ÍNDICE**

1.	MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD .....	1
2.	MEMORIA JUSTIFICATIVA DE TRAMITACIÓN MEDIANTE ACUERDO MARCO- PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS .....	2
5	MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PROFESIONAL O TÉCNICA.....	5
3.	MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.....	8
5	MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO .....	22
6	DIVISIÓN EN LOTES.....	25

La presente memoria justificativa se realiza a fin de dar cumplimiento a lo manifestado en el art 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), en el que se establecen los documentos justificativos que deberán aportarse el inicio de un expediente de contratación.

**1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD**

Este contrato se celebra para el cumplimiento y realización de fines asistenciales y garantiza la continuidad de la prestación.

El objeto de la presente memoria es, analizar la necesidad de la adquisición de MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA, así como los equipos y accesorios necesarios para su implantación,, en el caso de que proceda, con destino a los hospitales pertenecientes al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), de la Comunidad de Madrid (CM) en los términos que se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), con el fin de que los profesionales dispongan de los materiales con el objeto de dar continuidad y salvaguardar la calidad asistencial.

Justificación de la necesidad: Los «. Materiales para la Prevención de la trombosis venosa profunda» están indicados en pacientes hospitalizados con riesgo elevado de desarrollar Trombosis Venosa Profunda (TVP), especialmente en situaciones de inmovilidad prolongada, postoperatorios, unidades de cuidados intensivos y pacientes con factores predisponentes (cirugía ortopédica, abdominal, oncológica, obesidad, edad avanzada, antecedentes de trombosis).

Su utilización está respaldada por guías clínicas y evidencia científica, ya que contribuyen a mejorar el retorno venoso, reducir la estasis sanguínea y disminuir la incidencia de eventos trombóticos, garantizando la seguridad del paciente y la calidad asistencial.

Al contar con esta tecnología en los hospitales públicos, se garantiza la continuidad y accesibilidad de la prestación asistencial.

Los «materiales para la prevención de la trombosis venosa profunda, incluyendo sistemas de compresión neumática y medias de compresión gradual y los equipos que se precisan» son tecnología en constante evolución, y su continuidad en la contratación, en el marco de la prestación en la cartera de servicios del SNS, permitirá a los Hospitales de la Comunidad de Madrid mantenerse a la vanguardia de la tecnología sanitaria.

## 2. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE TRAMITACIÓN MEDIANTE ACUERDO MARCO- PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

De acuerdo con el artículo 218 y sucesivos de la LCSP, se propone celebrar Acuerdo Marco para racionalizar y ordenar la adjudicación del PROCEDIMIENTO ABIERTO de conformidad con el artículo 156 y sucesivos de la LCSP, con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse

los contratos que se pretenden adjudicar, tanto en lo que respecta a los precios como a las cantidades previstas, permitiendo a todo operador económico interesado presentar una proposición en aras de salvaguardar la libre competencia.

En concreto, se propone recurrir al Acuerdo Marco como sistema de racionalización del contrato debido a los siguientes motivos:

- La necesidad de homologación de pluralidad de proveedores para el suministro de distintos auditivos se justifica por las características inherentes al objeto del contrato citado y, por otro lado, la casuística de pacientes con una gran diversidad anatómica y de edad, hace imprescindible disponer de una amplia gama de modelos, que permitan adaptarse de forma específica a la anatomía del paciente.
- El acuerdo marco asegura el suministro continuo de estos productos, evitando interrupciones en el servicio que puedan afectar a su disponibilidad en aras de dar una mejor atención asistencial a los pacientes.
- Al contar con múltiples proveedores, se reduce el riesgo de escasez o interrupciones en el suministro debido a problemas específicos de un solo fabricante.
- Mediante el acuerdo marco se dota los hospitales del SERMAS de calidad y continuidad en la prestación asistencial.
- Mediante el acuerdo marco se dota a los Hospitales de la Comunidad de Madrid de calidad y continuidad en la prestación asistencial.
- La competencia entre los proveedores puede conducir a una reducción de los precios y a una mayor eficiencia en los procesos de adquisición.
- Al contar con múltiples operadores, las instituciones sanitarias pueden acceder a una mayor variedad de productos y tecnologías.

- Un acuerdo marco permite centralizar los procesos de compra, lo que simplifica la gestión administrativa y reduce la carga de trabajo de los profesionales sanitarios y de no sanitarios encargados de la gestión logística y de compras.
- La definición de un marco común para la adquisición de estos materiales facilita la comparación de ofertas y la selección de los proveedores más adecuados.
- El acuerdo marco posibilita ser lo suficientemente flexible para permitir la adaptación a las necesidades específicas de cada institución sanitaria y de los pacientes, contribuyendo claramente a mejorar la calidad de la atención a los pacientes y a optimizar la gestión de los recursos.

Cada hospital tramitará los contratos basados de acuerdo con lo previsto en el artículo 221 de la LCSP, apartado 4.a), sin necesidad de nueva licitación, por estar todos los términos del suministro fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), puesto que se prevén las condiciones objetivas para determinar la empresa que deberá ser adjudicataria del contrato basado y ejecutar la prestación.

Como conclusión, la convocatoria de acuerdos marco es una práctica contemplada en la LCSP como sistema de racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas, que en el presente expediente no se efectúa de forma abusiva ni obstaculiza la libre competencia. Supone una herramienta eficaz para mejor gestión de los recursos sanitarios, y garantía de acceso de los pacientes a tratamientos de elevada complejidad tecnológica en condiciones de equidad. En definitiva, es un instrumento integrador de eficiencia del gasto público y reducción de carga administrativa.

Los productos objeto del presente expediente, se encuentran incluidos en la presente orden de centralización:

- Orden .....



## 5 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PROFESIONAL O TÉCNICA

El artículo 74.1 de la LCSP establece que *«Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación.»*

La acreditación de la solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse de acuerdo con el art 87.1.a) mediante: *«Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato (...) Cuando un contrato se divida en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con cada uno de los lotes».*

### Criterios de selección:

El licitador deberá acreditar, por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito, un volumen anual de negocios que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser una vez y media el valor anual medio del contrato del lote al que se licite.

El valor anual medio, coincide con el importe del contrato sin IVA, por tratarse de un contrato de previsto para 48 meses, contando la opción de prórroga.

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA			
Lote	Total contrato	Valor anual Medio	1,5
1	7.920,00 €	7.920,00	11.880,00
2	357.500,00 €	357.500,00	536.250,00
3	1.800.000,00 €	1.800.000,00	2.700.000,00
4	13.300,00 €	13.300,00	19.950,00

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA			
Lote	Total contrato	Valor anual Medio	1,5
5	408.000,00 €	408.000,00	612.000,00
6	15.500,00 €	15.500,00	23.250,00
7	12.560,00 €	12.560,00 €	18.840,00 €

El importe anual solicitado para la solvencia económica se ha calculado en cada lote teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 87.1.a) y 87.3.a) de la LCSP, en el que se indica que el volumen de negocios mínimo anual exigido será al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. Se ha tomado el importe anual sin IVA de cada lote y se ha multiplicado por una vez y media.

A fin de dar cumplimiento a la LCSP, garantizando la no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, sin que suponga un obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas empresas, si por razones justificadas el licitador no está en condiciones de presentar la referencia solicitada, podrá acreditar su solvencia aportando la documentación correspondiente a su patrimonio neto, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior, al menos, a una vez y media el valor anual medio del contrato en función de los lotes a los que licite.

La acreditación de la solvencia técnica o profesional deberá acreditarse por uno o varios de los medios establecidos en el artículo 89.1:

Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público. Cuando el destinatario sea un sujeto privado se acreditará mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los documentos obrantes en el poder de éste que acrediten la realización de la prestación.

Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se atenderá a los 3 primeros dígitos del CPV indicado en el PCAP.

**Criterios de selección:**

- a) La acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de los principales suministros realizados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato de cada uno de los lotes a los que licite, de acuerdo con los importes relacionados a continuación:

<u>SOLVENCIA TÉCNICA</u>		
Lote	Total contrato	70%
1	7.920,00 €	5.544,00 €
2	357.500,00 €	250.250,00 €
3	1.800.000,00 €	1.260.000,00 €
4	13.300,00 €	9.310,00 €
5	408.000,00 €	285.600,00 €
6	15.500,00 €	10.850,00 €
7	12.560,00 €	8.792,00 €

Presentación de al menos tres certificados de buena ejecución de suministro de material, de naturaleza análoga al objeto del contrato (identificado por el CPV), suministrado en los últimos tres años, indicando importes, expedidos o visados por el órgano competente. Los certificados deben incluir el objeto del servicio lo más detallado posible, el importe por periodos anuales, las fechas y el destinatario, público o privado de los mismos.

El importe anual solicitado para la solvencia Técnica o profesional se ha calculado teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 89.3 de la LCSP, en el que se indica que, el importe anual acumulado de los suministros efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, debe ser igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.

Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales: NO

#### Integración de la solvencia con medios externos

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incurso en una prohibición de contratar y de acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 75 LCSP.

### 3. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Al tratarse de un procedimiento abierto, y de conformidad con el apartado 2 del artículo 157 de la LCSP, *«Cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, los licitadores deberán presentar la proposición en dos sobres o archivos electrónicos: uno con la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor, y el otro con la documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas»*,

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se definen los criterios de adjudicación con los requisitos exigidos en la LCSP, art. 145, utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio; vinculados al objeto del contrato, objetivos y respetando los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada.

Asimismo, de conformidad con la Directiva Europea de contratación 2014/24, se pretende conseguir una adjudicación basada en la mejor calidad/precio desde el punto de vista técnico, alejándose la selección basada únicamente en precio.



Cada uno de los criterios cualitativos seleccionados, están relacionado con el objeto del contrato y se ha formulado teniendo en cuenta que el material contratado es susceptible de ser mejorado, fijando unos criterios que mejoran la calidad en beneficio tanto del paciente como del profesional que lo utiliza, y de la organización sanitaria en su conjunto.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa, se atenderá a una pluralidad de criterios en base a la mejor calidad-precio, con arreglo a criterios cualitativos y económicos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 145 de la LCSP. Con ello se pretende asegurar la máxima objetividad en la valoración al referirse a características que mejoren las prestaciones del contrato y que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes.

La ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoración se define en el Pliego de Cláusulas Administrativas, y, puesto que el presente expediente se articula en varias fases, se definen qué criterios se aplican en cada una de ellas.

Puntuación total máxima: 100 puntos:

- Oferta económica: máximo 60 puntos
- Criterios de calidad de carácter técnico: máximo 40 puntos

**Justificación:** Los dispositivos para prevenir la tromboembolia venosa profunda (TVP), como los sistemas de compresión neumática y las medias de compresión gradual, son tecnologías sanitarias que requieren cumplir criterios técnicos muy concretos para garantizar su eficacia. Estas características son esenciales porque influyen directamente en la seguridad del paciente, en la efectividad del tratamiento y en su correcta utilización.

La estrategia de compra pública basada en valor, impulsada por el Sistema Nacional de Salud, recomienda dar prioridad a criterios que aporten beneficios clínicos, sostenibilidad y eficiencia. Por ello, aumentar el peso de los criterios técnicos (40

puntos) permite seleccionar productos que aseguren altos estándares de calidad, garantizando transparencia, igualdad y eficiencia en el proceso de contratación.

Los criterios para valorar la mejor relación calidad precio son:

1. Criterios relacionados con los costes, en los que se valorará el precio del material ofertado, asignando una ponderación de 60 puntos.

El criterio que se valorará en este apartado será la oferta económica que realicen los licitadores. Por ofertar un importe igual o inferior al establecido en el pliego se podrán otorgar hasta 60 puntos, que se asignarán en función de la baja (\*) en la oferta presentada de las admitidas a licitación. Partiendo de dicha oferta se hallará la mayor baja económica a la que se asignará la máxima puntuación. A la oferta coincidente con el precio de licitación, se le asignarán 0 puntos. El resto de las puntuaciones se otorgarán proporcionalmente entre estos dos valores de acuerdo a la fórmula que se indica a continuación:

$$PL = (60) \times (BL / BM)$$

Donde:

PL = Puntuación otorgada al licitador.

BL = Baja del licitador.

BM = mayor baja de todas las presentadas.

Siendo: Baja = Precio de licitación – oferta económica del licitador.

La aplicación de la fórmula anterior penalizará proporcionalmente en la puntuación obtenida a las ofertas menos ventajosas económicamente.

La valoración de la oferta se hará en relación al “precio unitario de licitación de cada lote”. Este criterio se valorará una vez abierto el sobre 3.

2. Con respecto a los criterios cualitativos, se ha optado por incluir unos criterios técnicos objetivos evaluables mediante aplicación de fórmulas, asignando una ponderación de 40 puntos.

Se han establecido los siguientes criterios técnicos, que serán evaluados una vez abierto el sobre 3:

CRITERIOS LOTE 1: MEDIAS/FUNDAS DE COMPRESION NEUMATICA COMPRESIÓN PLANTAR	PUNTUACIÓN	JUSTIFICACIÓN
1. Permite el inflado de las medias de forma alternativa simulando los movimientos de deambulación, primero un miembro y después el otro.	SI..... 8 Puntos NO..... 0 Puntos	Este sistema reproduce el patrón fisiológico de la marcha, favoreciendo el retorno venoso y reduciendo el riesgo de TVP. Aporta mayor eficacia clínica frente a inflado simultáneo, mejorando la seguridad y el confort del paciente.
2. Autonomía de la batería, duración en horas (máximo 8 puntos):	≥18h.....8 puntos De 12h a 17 h.....4 puntos De 8h a 11h..... 2 puntos < 8h..... 0 puntos	Permite el uso continuo sin interrupciones, especialmente en pacientes encamados o en quirófano, reduciendo riesgos por falta de terapia y optimizando la gestión hospitalaria
3. Diseño de la tubuladura: Sin hendiduras	SI..... 8 Puntos NO..... 0 Puntos	Facilita la limpieza y desinfección, disminuyendo el riesgo de infecciones nosocomiales y mejorando la seguridad del paciente.
4. Aporta estudios sobre la transpirabilidad y el confort de las fundas que acrediten una alta transpirabilidad del material (por ejemplo, resistencia térmica, presencia de microperforaciones, etc.), así como tecnologías que mejoren el confort del paciente (tejidos deportivos, sistemas de ventilación, etc).	SI..... 8 Puntos NO..... 0 Puntos	Garantiza que el material evita acumulación de calor y humedad, reduciendo lesiones cutáneas y aumentando la adherencia del paciente al tratamiento
5. Dispone de una plataforma de gestión de los equipos en cesión para tramitar altas, bajas, cambios e incidencias.	SI..... 8 Puntos NO..... 0 puntos	Permite trazabilidad completa, control de incidencias y optimización de recursos, aportando valor en términos de eficiencia y seguridad.
<b>TOTAL LOTE 1</b>	<b>40 PUNTOS</b>	
CRITERIOS LOTE 2: MEDIAS/FUNDAS DE COMPRESION NEUMATICA PANTORRILLA	PUNTUACIÓN	JUSTIFICACIÓN
1. Permite el inflado de las medias de forma alternativa simulando los movimientos de deambulación, primero un miembro y después el otro.	SI..... 5 Puntos NO.....0 Puntos	Este sistema reproduce el patrón fisiológico de la marcha, favoreciendo el retorno venoso y reduciendo el riesgo de TVP. Aporta mayor eficacia clínica frente a

		inflado simultáneo, mejorando la seguridad y el confort del paciente.
2. Autonomía de la batería, duración en horas (máximo 5 puntos):	<p>≥18h.....5 puntos</p> <p>De 12h a 17 h...3 puntos</p> <p>De 8h a 11h..... 2 puntos</p> <p>&lt; 8h..... 0 puntos</p>	Permite el uso continuo sin interrupciones, especialmente en pacientes encamados o en quirófano, reduciendo riesgos por falta de terapia y optimizando la gestión hospitalaria
3. Presenta detección automática del retorno venoso y aporta al menos dos estudios con evidencia clínica sólida que demuestren su eficacia.	<p>SI..... 5 Puntos</p> <p>NO.....0 Puntos</p>	La detección automática del retorno venoso permite ajustar el ciclo compresivo en función de las características hemodinámicas del paciente personalizando la terapia y optimizando la eficacia clínica. Este criterio precisa ser respaldado por la evidencia científica presentando estudios que lo demuestren. Este diseño reproduce la acción fisiológica de “ordeñar las venas”, favoreciendo el retorno venoso de forma más eficaz que sistemas con presión uniforme. El valor añadido radica en el incremento del flujo sanguíneo y reducción del riesgo de TVP y mayor efectividad en pacientes con alto riesgo vascular.
4. Las fundas están compuestas por tres cámaras independientes que se inflan de manera secuencial. Cada cámara se infla a una presión diferente para maximizar el flujo sanguíneo.	<p>SI..... 5 Puntos</p> <p>NO.....0 Puntos</p>	
5. Tallaje de las fundas (máximo 5 puntos. Se ofertarán al mismo precio del resto del lote):	<p>Supergrande y superpequeña...5 puntos</p> <p>Supergrande.....2 puntos</p> <p>Superpequeña...1 puntos</p> <p>Estándar.....0 puntos</p>	Un tallaje amplio permite adaptar la terapia a diferentes anatomías, evitando el efecto torniquete y garantizando la correcta aplicación de la presión. Esto aporta seguridad clínica al mantener el gradiente de compresión adecuado, confort para el paciente, reduciendo lesiones cutáneas, inclusión de pacientes con anatomías especiales, mejorando la equidad asistencial
6. Diseño de la tubuladura: Sin hendiduras.	<p>SI..... 5 Puntos</p> <p>NO.... 0 Puntos</p>	Facilita la limpieza y desinfección, disminuyendo el riesgo de infecciones nosocomiales y mejorando la seguridad del paciente.
7. Aporta estudios sobre la transpirabilidad y el confort de las fundas que acrediten una alta transpirabilidad del material (por ejemplo, resistencia térmica, presencia de microperforaciones, etc.), así como tecnologías que mejoren el confort del	<p>SI..... 5 Puntos</p> <p>NO.... 0 Puntos</p>	Garantiza que el material evita acumulación de calor y humedad, reduciendo lesiones cutáneas y aumentando la adherencia del paciente al tratamiento



paciente (tejidos deportivos, sistemas de ventilación, etc).		
8. Dispone de una plataforma de gestión de los equipos en cesión para tramitar altas, bajas, cambios e incidencias.	SI..... 5 Puntos NO.... 0 Puntos	Permite trazabilidad completa, control de incidencias y optimización de recursos, aportando valor en términos de eficiencia y seguridad.
<b>TOTAL LOTE 2</b>	<b>40 PUNTOS</b>	
<b>CRITERIOS LOTE 3: MEDIAS/FUNDAS DE COMPRESION NEUMATICA MUSLO O PIERNA COMPLETA</b>	<b>PUNTUACIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
1. Permite el inflado de las medias de forma alternativa simulando los movimientos de deambulación, primero un miembro y después el otro.	SI..... 5 Puntos NO.... 0 Puntos	Este sistema reproduce el patrón fisiológico de la marcha, favoreciendo el retorno venoso y reduciendo el riesgo de TVP. Aporta mayor eficacia clínica frente a inflado simultáneo, mejorando la seguridad y el confort del paciente.
2. Autonomía de la batería, duración en horas (máximo 5 puntos):	≥18h.....5 puntos De 12h a 17 h.....3 puntos De 8h a 11h..... 2 puntos < 8h..... 0 puntos	Permite el uso continuo sin interrupciones, especialmente en pacientes encamados o en quirófano, reduciendo riesgos por falta de terapia y optimizando la gestión hospitalaria
3. Presenta detección automática del retorno venoso y aporta al menos dos estudios con evidencia clínica sólida que demuestren su eficacia.	SI.....4 Puntos NO.....0 Puntos	La detección automática del retorno venoso permite ajustar el ciclo compresivo en función de las características hemodinámicas del paciente, personalizando la terapia y optimizando la eficacia clínica. Este criterio precisa ser respaldado por la evidencia científica presentando estudios que lo demuestren.
4. Las fundas están compuestas por tres cámaras independientes que se inflan de manera secuencial. Cada cámara se infla a una presión diferente para maximizar el flujo sanguíneo.	SI..... 5 Puntos NO.....0 Puntos	Este diseño reproduce la acción fisiológica de “ordeñar las venas”, favoreciendo el retorno venoso de forma más eficaz que sistemas con presión uniforme. El valor añadido radica en el incremento del flujo sanguíneo y reducción del riesgo de TVP y mayor efectividad en pacientes con alto riesgo vascular.
5. Tallaje de las fundas (máximo 4 puntos Se ofertarán al mismo precio del resto del lote):	Supergrande y superpequeña.....4 puntos Supergrande.....2 puntos Superpequeña.....1 puntos	Un tallaje amplio permite adaptar la terapia a diferentes anatomías, evitando el efecto torniquete y garantizando la correcta aplicación de la presión. Esto aporta seguridad clínica al mantener el gradiente de compresión adecuado,



	Estándar.....0 puntos	confort para el paciente, reduciendo lesiones cutáneas, inclusión de pacientes con anatomías especiales, mejorando la equidad asistencial
6. En su diseño presenta hueco poplíteo libre.	SI..... 4 Puntos NO..... 0 Puntos	El diseño con hueco poplíteo libre mejora la transpirabilidad y el confort del paciente, evitando acumulación de calor y presión en la zona posterior de la rodilla. Este criterio aporta valor añadido porque reduce el riesgo de lesiones cutáneas y úlceras por presión, mejora la tolerancia del dispositivo en terapias prolongadas y favorece la movilidad parcial del paciente, aumentando la comodidad.
7. Diseño de la tubuladura: Sin hendiduras.	SI..... 4 Puntos NO.... 0 Puntos	Facilita la limpieza y desinfección, disminuyendo el riesgo de infecciones nosocomiales y mejorando la seguridad del paciente.
8. Aporta estudios sobre la transpirabilidad y el confort de las fundas que acrediten una alta transpirabilidad del material (por ejemplo, resistencia térmica, presencia de microperforaciones, etc.), así como tecnologías que mejoren el confort del paciente (tejidos deportivos, sistemas de ventilación, etc).	SI..... 5 Puntos NO.... 0 Puntos	Garantiza que el material evita acumulación de calor y humedad, reduciendo lesiones cutáneas y aumentando la adherencia del paciente al tratamiento
9. Dispone de una plataforma de gestión de los equipos en cesión para tramitar altas, bajas, cambios e incidencias.	SI.....4 Puntos NO.... 0 Puntos	Permite trazabilidad completa, control de incidencias y optimización de recursos, aportando valor en términos de eficiencia y seguridad.
<b>TOTAL LOTE 3</b>	<b>40 PUNTOS</b>	
<b>CRITERIOS LOTE 4: MEDIAS/FUNDAS DE COMPRESION NEUMATICA PANTORRILLA/PIE (BOTA)</b>	<b>PUNTUACIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
1. Permite el inflado de las medias de forma alternativa simulando los movimientos de deambulación, primero un miembro y después el otro.	SI..... 5 Puntos NO.....0 Puntos	Este sistema reproduce el patrón fisiológico de la marcha, favoreciendo el retorno venoso y reduciendo el riesgo de TVP. Aporta mayor eficacia clínica frente a inflado simultáneo, mejorando la seguridad y el confort del paciente.
2. Autonomía de la batería, duración en horas (máximo 5 puntos):	≥18h.....5 puntos De 12h a 17 h...3 puntos De 8h a 11h..... 2 puntos	Permite el uso continuo sin interrupciones, especialmente en pacientes encamados o en quirófano, reduciendo riesgos por falta

	< 8h..... 0 puntos	de terapia y optimizando la gestión hospitalaria
3. Presenta detección automática del retorno venoso y aporta al menos dos estudios con evidencia clínica sólida que demuestren su eficacia.	SI..... 5 Puntos NO.....0 Puntos	La detección automática del retorno venoso permite ajustar el ciclo compresivo en función de las características hemodinámicas del paciente, personalizando la terapia y optimizando la eficacia clínica. Este criterio precisa ser respaldado por la evidencia científica presentando estudios que lo demuestren.
4. Las fundas están compuestas por tres cámaras independientes que se inflan de manera secuencial. Cada cámara se infla a una presión diferente para maximizar el flujo sanguíneo.	SI: 5 Puntos NO: 0 Puntos	Este diseño reproduce la acción fisiológica de “ordeñar las venas”, favoreciendo el retorno venoso de forma más eficaz que sistemas con presión uniforme. El valor añadido radica en el incremento del flujo sanguíneo y reducción del riesgo de TVP y mayor efectividad en pacientes con alto riesgo vascular.
5. Tallaje de las fundas (máximo 5 puntos. Se ofertarán al mismo precio del resto del lote):	Supergrande y superpequeña...5 puntos Supergrande.....2 puntos Superpequeña...1 puntos Estándar.....0 puntos	Un tallaje amplio permite adaptar la terapia a diferentes anatomías, evitando el efecto torniquete y garantizando la correcta aplicación de la presión. Esto aporta seguridad clínica al mantener el gradiente de compresión adecuado, confort para el paciente, reduciendo lesiones cutáneas, inclusión de pacientes con anatomías especiales, mejorando la equidad asistencial
6. Diseño de la tubuladura: Sin hendiduras.	SI..... 5 Puntos NO.....0 Puntos	Facilita la limpieza y desinfección, disminuyendo el riesgo de infecciones nosocomiales y mejorando la seguridad del paciente.
7. Aporta estudios sobre la transpirabilidad y el confort de las fundas que acrediten una alta transpirabilidad del material (por ejemplo, resistencia térmica, presencia de microperforaciones, etc.), así como tecnologías que mejoren el confort del paciente (tejidos deportivos, sistemas de ventilación, etc).	SI..... 5 Puntos NO.....0 Puntos	Garantiza que el material evita acumulación de calor y humedad, reduciendo lesiones cutáneas y aumentando la adherencia del paciente al tratamiento
8. Dispone de una plataforma de gestión de los equipos en cesión para tramitar altas, bajas, cambios e incidencias.	SI..... 5 Puntos NO.....0 Puntos	Permite trazabilidad completa, control de incidencias y optimización de recursos, aportando valor en términos de eficiencia y seguridad.

TOTAL LOTE 4	40 PUNTOS	
CRITERIOS LOTE 5: MEDIAS DE COMPRESION GRADUAL PIERNA ENTERA	PUNTUACIÓN	JUSTIFICACIÓN
1. Presenta código de colores por talla para su rápida localización.	SI.....8 Puntos NO.....0 Puntos	Facilita la identificación rápida en entornos hospitalarios, reduciendo errores de selección y mejorando la eficiencia del personal.
2. Tallajes especiales de las medias (máximo 8 puntos. Se ofertarán al mismo precio del resto del lote):	Extragrande,extrapequeña y varias longitudes en tallas estándar (corta, media, larga) ..... 8 puntos  Extragrande y extrapequeña.....5 puntos  Varias longitudes en tallas estándar (corta, media, larga) .....5 puntos  Extrapequeña.....3 puntos  Extragrande.....3 puntos  Estándar.....0 puntos	Permite un ajuste anatómico correcto evitando efecto torniquete y garantizando la eficacia terapéutica. Amplía las posibilidades de su uso en pacientes con obesidad mórbida y pediátricos.
3. Presenta evidencia de que las medias mantienen el gradiente de compresión tras varios ciclos de lavado, asegurando la eficacia terapéutica y la sostenibilidad económica	SI.....8 Puntos NO.....0 Puntos	Asegura que la compresión se mantiene en el tiempo, reduciendo costes y garantizando la efectividad clínica.
4. Presenta evidencia de que la media aplica un gradiente de presión comprobado y clínicamente validado.	SI.....8 Puntos NO.....0 Puntos	Garantiza la eficacia terapéutica basada en evidencia, aportando seguridad y confianza en el tratamiento.
5. El color de las medias es blanco.	SI.....8 Puntos NO.....0 Puntos	El color blanco permite la detección inmediata de manchas, fluidos o suciedad, garantizando la correcta limpieza y sustitución de la prenda. Facilita la inspección visual del estado de la piel del paciente, permitiendo identificar signos de irritación, lesiones o alteraciones circulatorias sin interferencias cromáticas. El blanco es compatible con los protocolos hospitalarios de esterilidad y lavado a alta temperatura, evitando la pérdida de color

		y la transferencia de pigmentos. Además, al no requerir colorantes adicionales, se reduce el riesgo de reacciones cutáneas en pacientes sensibles, contribuyendo a la seguridad y confort del usuario.
<b>TOTAL LOTE 5</b>	<b>40 PUNTOS</b>	
<b>CRITERIOS LOTE 6: MEDIAS DE COMPRESION GRADUAL HASTA LA RODILLA</b>	<b>PUNTUACIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
1. Presenta código de colores por talla para su rápida localización.	SI.....8 Puntos NO.....0 Puntos	Facilita la identificación rápida en entornos hospitalarios, reduciendo errores de selección y mejorando la eficiencia del personal.
2. Tallajes especiales de las medias (máximo 8 puntos. Se ofertarán al mismo precio del resto del lote):	Extragrande, extrapequeña y varias longitudes en tallas estándar (corta, media, larga) ..... 8 puntos  Extragrande y extrapequeña.....5 puntos  Varias longitudes en tallas estándar (corta, media, larga) .....5 puntos  Extrapequeña.....3 puntos  Extragrande.....3 puntos  Estándar.....0 puntos	Permite un ajuste anatómico correcto, evitando efecto torniquete y garantizando la eficacia terapéutica. Amplía las posibilidades de su uso en pacientes con obesidad mórbida y pediátricos.
3. Presenta evidencia de que las medias mantienen el gradiente de compresión tras varios ciclos de lavado, asegurando la eficacia terapéutica y la sostenibilidad económica	SI.....8 Puntos NO.....0 Puntos	Asegura que la compresión se mantiene en el tiempo, reduciendo costes y garantizando la efectividad clínica.
4. Presenta evidencia de que la media aplica un gradiente de presión comprobado y clínicamente validado.	SI.....8 Puntos NO.....0 Puntos	Garantiza la eficacia terapéutica basada en evidencia, aportando seguridad y confianza en el tratamiento.
5. El color de las medias es blanco:	SI.....8 Puntos NO.....0 Puntos	El color blanco permite la detección inmediata de manchas, fluidos o suciedad, garantizando la correcta limpieza y sustitución de la prenda. Facilita la inspección visual del estado de la piel del paciente, permitiendo identificar signos de



TOTAL LOTE 6	40 PUNTOS	irritación, lesiones o alteraciones circulatorias sin interferencias cromáticas. El blanco es compatible con los protocolos hospitalarios de esterilidad y lavado a alta temperatura, evitando la pérdida de color y la transferencia de pigmentos. Además, al no requerir colorantes adicionales, se reduce el riesgo de reacciones cutáneas en pacientes sensibles, contribuyendo a la seguridad y confort del usuario.
CRITERIOS LOTE 7: MEDIAS DE COMPRESION GRADUAL HASTA LA CINTURA	PUNTUACIÓN	JUSTIFICACIÓN
1. Presenta código de colores por talla para su rápida localización.	SI.....8 Puntos NO.....0 Puntos	Facilita la identificación rápida en entornos hospitalarios, reduciendo errores de selección y mejorando la eficiencia del personal.
2. Tallajes especiales de las medias (máximo 8 puntos. Se ofertarán al mismo precio del resto del lote):	Extragrande,extrapequeña y varias longitudes en tallas estándar (corta, media, larga) ..... 8 puntos  Extragrande y extrapequeña.....5 puntos  Varias longitudes en tallas estándar (corta, media, larga) .....5 puntos  Extrapequeña.....3 puntos  Extragrande.....3 puntos  Estándar.....0 puntos	Permite un ajuste anatómico correcto, evitando efecto torniquete y garantizando la eficacia terapéutica. Amplía las posibilidades de su uso en pacientes con obesidad mórbida y pediátricos.
3. Presenta evidencia de que las medias mantienen el gradiente de compresión tras varios ciclos de lavado, asegurando la eficacia terapéutica y la sostenibilidad económica	SI.....8 Puntos NO.....0 Puntos	Asegura que la compresión se mantiene en el tiempo, reduciendo costes y garantizando la efectividad clínica.
4. Presenta evidencia de que la media aplica un gradiente de presión comprobado y clínicamente validado.	SI.....8 Puntos NO.....0 Puntos	Garantiza la eficacia terapéutica basada en evidencia, aportando seguridad y confianza en el tratamiento.



5. El color de las medias es blanco:	SI.....8 Puntos NO.....0 Puntos	El color blanco permite la detección inmediata de manchas, fluidos o suciedad, garantizando la correcta limpieza y sustitución de la prenda. Facilita la inspección visual del estado de la piel del paciente, permitiendo identificar signos de irritación, lesiones o alteraciones circulatorias sin interferencias cromáticas. El blanco es compatible con los protocolos hospitalarios de esterilidad y lavado a alta temperatura, evitando la pérdida de color y la transferencia de pigmentos. Además al no requerir colorantes adicionales, se reduce el riesgo de reacciones cutáneas en pacientes sensibles, contribuyendo a la seguridad y confort del usuario.
<b>TOTAL LOTE 7</b>	<b>40 PUNTOS</b>	

Las empresas presentarán un informe de autoevaluación de los citados criterios. En dicho informe indicarán el documento, página y párrafo de su oferta técnica o manuales de uso donde queda recogida dicha justificación. El informe será orientativo, siendo el emitido por nuestros técnicos el que dé soporte a la licitación.

Cabe destacar, que el acuerdo marco que se tramita establece todos los términos, sin necesidad de nueva licitación en los contratos basados, por lo que el criterio de valoración se aplicará en la celebración del acuerdo marco.

El criterio precio se tomará en consideración a efectos de apreciar, en su caso, si la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores «anormalmente bajos», siendo los límites para apreciar que se da esta circunstancia, los siguientes:

1. Si se presentase un único licitador se considerará que incurre en presunción de temeridad si su oferta es inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 Uds. porcentuales.
2. En el caso de que sean varias las ofertas, se considera que se encuentran incursas en presunción de anormalidad las ofertas que sean inferiores al presupuesto base de licitación en más de 20 unidades porcentuales, sin perjuicio de que el Órgano de

Contratación, previa solicitud de información a todas las entidades licitadoras supuestamente comprendidos en temeridad y el asesoramiento técnico correspondiente, pueda apreciar que la proposición es susceptible de un normal cumplimiento, en cuyo caso se exigirá a la entidad adjudicataria una garantía complementaria del 5% del importe de adjudicación.

La Administración solo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que establece el artículo 149 de la LCSP.

- Los licitadores podrán justificar dichas ofertas según los siguientes criterios: El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción.
- Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
- La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
- El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP, en cuanto a las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.
- La posible obtención de una ayuda del Estado.

Se considera que los criterios que sirven de base para la adjudicación del contrato cumplen los siguientes requisitos:

1. Están vinculados al objeto del contrato.
2. Han sido formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no confieren al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada.
3. Garantizan que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva, al acompañarse de especificaciones que permiten comprobar de manera fehaciente la información facilitada por los licitadores y así evaluar en qué medida las ofertas cumplen los criterios de adjudicación.

La ponderación escogida (60% económico 40% criterios técnicos) es conforme a lo establecido en el punto 2 del artículo 146 de la LCSP, en concreto: *«cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos».*

Los criterios técnicos valorables de forma automática por aplicación de fórmula establecidos en este expediente redundan en la calidad y seguridad de los dispositivos, y, por tanto, en la calidad de la atención al paciente, permitiendo seleccionar la propuesta más idónea tanto para pacientes como para los profesionales que los utilizan.

Acorde con el art 147 de la LCSP, se establecen criterios de desempate en el caso de que se produzca un empate entre dos o más ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación, que se resolverá mediante la aplicación, por orden, de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

- a. Mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas licitadoras, primando en caso de igualdad, el mayor número de personas trabajadoras fijas con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
- b. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las licitadoras.
- c. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las licitadoras.
- d. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

En la aplicación de estos criterios de desempate, tendrá prioridad la proposición de la entidad que reúna más de una característica. Los eventuales empates se resolverán a favor de la oferta que según el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuación en el criterio de adjudicación preferente.

La documentación acreditativa de los distintos criterios de desempate será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

A efectos de aplicación de estos criterios, las empresas licitadoras deberán acreditarlos, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

## 5 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El artículo 202 de la LCSP establece que *«Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unión Europea y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos. En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución definidas en el art 202.2 de la LCSP.»*

Asimismo, el citado artículo indica *«que en los pliegos correspondientes a los contratos cuya ejecución implique la cesión de datos por las entidades del sector público al contratista será obligatorio el establecimiento de una condición especial de ejecución que haga referencia a la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, advirtiéndose además al contratista de que esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211»*,

En la línea de dar cumplimiento art. 202 de la LCSP, para la ejecución de este contrato de suministro, se fijan las siguientes consideraciones de tipo social o relativas al empleo como condiciones especiales de ejecución del contrato que deberá aportar el licitador propuesto como adjudicatario como garante de una contratación socialmente responsable:

- El adjudicatario deberá favorecer la formación en el lugar de trabajo, que repercuta positivamente en la atención de los profesionales sanitarios y de los pacientes. Esta



formación podrá materializarse prestando apoyo intra o postoperatorio cuando así se requiera por el órgano de contratación.

- El adjudicatario deberá aplicar los criterios de sostenibilidad y protección ambiental en la medida que tengan relación con el objeto del contrato y atendiendo a la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid. Por ello, y en base a esta normativa, se solicita el cumplimiento de las prescripciones relacionadas con la gestión de residuos y el reciclaje, mediante la retirada de todos los embalajes terciarios y secundarios que sea posible, y se exija, para los productos objeto del suministro, y que en la fabricación de los productos objeto del contrato no se hayan empleado sustancias tóxicas para el medio ambiente. Se exige el cumplimiento de toda la legislación medioambiental vigente que sea de aplicación al suministro, debiendo responder de cualquier incidente medioambiental por ellos causados.
- El adjudicatario deberá promover medidas para el reciclado de productos y el uso de envases reutilizables. Todos los licitadores deberán presentar una declaración responsable donde se determinen claramente alguna línea de actuación dirigida a la implementación de estrategias de gestión medioambiental, tal y como queda detallado en el Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde indiquen detalladamente los planes dirigidos a la protección del medioambiente, vinculados con la prestación del servicio que se oferta, como puede ser:
  - Línea Estratégica 1: dirigida en base a la incorporación de criterios de sostenibilidad en la línea de utilizar productos respetuosos con el medio ambiente en la fase de fabricación de los productos objeto de este contrato.
  - Línea Estratégica 2: se refiere directamente con las mejoras introducidas en el ciclo de vida del producto, para que este sea respetuoso con el medioambiente incorporando tanto en sus envases primarios, secundarios y/o cajas de embalaje de material reciclado o bien que haga factible su posterior reciclaje.

Esta obligación tiene la consideración de obligación contractual esencial a efectos de lo dispuesto en el artículo 211.1.f) de la LCSP, por lo que su incumplimiento constituirá causa de



resolución del contrato. El mencionado artículo establece las causas de resolución del contrato, e indica:

1. Son causas de resolución del contrato:

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.

Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documento descriptivo, cuando concurran los dos requisitos siguientes:

1.º Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34 establece para la libertad de pactos.

2.º Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general.

Las condiciones especiales vinculadas al objeto del contrato, son consideradas como una condición esencial de ejecución y su incumplimiento constituirá causa de resolución del contrato.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, así como del Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se establece la reserva de contratos públicos a favor de ciertas entidades de la economía social y se impulsa la utilización de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública de la Comunidad de Madrid, dará lugar a lo establecido en la cláusula del PCAP relativa a la Resolución del contrato, dado que son consideradas como condiciones esenciales de ejecución de acuerdo con el art 202 de la LCSP.

Corresponde a la Unidad Promotora del Acuerdo Marco establecer las medidas de comprobación del cumplimiento por los adjudicatarios de las condiciones esenciales establecidas, con carácter anual, mediante declaración responsable. Asimismo, en los contratos basados, corresponderá a las gerencias de cada hospital, la comprobación del cumplimiento por los adjudicatarios de las condiciones esenciales establecidas, con carácter anual, mediante declaración responsable.

## 6 DIVISIÓN EN LOTES

División en lotes: SI

El presente expediente preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes (art. 99 de la LCSP).

El presente expediente prevé 7 lotes con diferentes números de orden.

Los componentes de los lotes son los siguientes:

LOTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN
1	1	Medias de compresión neumática compresión plantar
2	2	Medias de compresión neumática pantorrilla Talla pequeña
2	3	Medias de compresión neumática pantorrilla Talla mediana
2	4	Medias de compresión neumática pantorrilla Talla grande y/o bariátrica
3	5	Medias de compresión neumática pierna entera Talla pequeña
3	6	Medias de compresión neumática pierna entera Talla mediana
3	7	Medias de compresión neumática pierna entera Talla grande y/o bariátrica
4	8	Medias de compresión neumática pantorrilla/pie (bota)
5	9	Media compresion gradual pierna entera t/pequeña
5	10	Media compresion gradual pierna entera t/mediana
5	11	Media compresion gradual pierna entera t/grande y/o bariátrica
6	12	Media compresion gradual rodilla t/pequeña
6	13	Media compresion gradual rodilla t/mediana
6	14	Media compresion gradual rodilla t/grande y/o bariátrica
7	15	Media compresion gradual hasta cintura t/pequeña

LOTE	ORDEN	DESCRIPCIÓN
7	16	Media compresion gradual hasta cintura t/mediana
7	17	Media compresion gradual hasta cintura t/grande y/o bariátrica

En el caso del lote con diferentes números de orden, las empresas tendrán que ofertar a la totalidad del lote. Serán excluidas aquellas proposiciones técnicas que no incluyan la totalidad de los productos o componentes definidos en cada lote.

División en lotes: SI

Fdo.:

Firmado digitalmente por: DEL PRADO CATALINA ANA BELEN  
Fecha: 2026.03.12 14:55