

INFORME TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS

“A/SUM-019862/2026 - CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA RESONANCIA MAGNETICA MOVIL CON DESTINO EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE”

1.- INTRODUCCION

El presente informe tiene por objeto analizar las ofertas presentadas por las distintas empresas licitadoras en el marco del procedimiento de contratación arriba indicado, cuyas especificaciones se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas. La evaluación se ha llevado a cabo conforme a los **criterios evaluables automáticamente mediante la aplicación de fórmulas**, según lo establecido en el apartado 8.2.1 Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

2.- EMPRESAS QUE SE EVALUAN

- MEDALTE GLOBE SL
- VIVO DIAGNÓSTICO SL

3.- METODOLOGÍA

Se realiza una puntuación que corresponde con el análisis de las ofertas según los criterios indicados en la cláusula 1, apartado 8.2.1 Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, del PCAP desglosado a continuación

Nº	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PUNTUACIÓN MEDALTE GLOBE	
1	1. Disponibilidad operativa y capacidad de sustitución (hasta 8 puntos) El licitador dispone de una flota de, al menos, 2 equipos móviles equivalentes al ofertado: • Sí 8 puntos • No 0 puntos	0	No se acredita explícitamente una flota ≥ 2 equipos simultáneamente disponible
2	2. Mejora de la accesibilidad y confort del paciente (hasta 6 puntos) Se valorará el diámetro útil del túnel del equipo: • ≥ 60 cm 0 puntos • ≥ 65 cm 3 puntos • ≥ 70 cm 6 puntos	3	“diámetro interno útil de 65 cm”
3	3. Mejora de las prestaciones del sistema de gradientes (hasta 6 puntos) Se valorarán las prestaciones del sistema que permitan mejorar la calidad de imagen y reducir tiempos de adquisición. Se considerarán: • Amplitud de gradiente (mT/m) • Velocidad de conmutación (T/m/s) Puntuación: • Cumple mínimos del PPT 0 puntos • Amplitud ≥ 33 mT/m 3 puntos	6	En la oferta: Amplitud: 33 mT/m Slew rate: >120 T/m/

	• Velocidad de conmutación ≥ 120 T/m/s 3 puntos		
4	4. Mejora en la dotación de radiofrecuencia (hasta 6 puntos) Se valorará la disponibilidad de bobinas adicionales y la versatilidad clínica del sistema: • Configuración básica (cumple mínimos): 0 puntos • Configuración ampliada que incluya bobinas adicionales multicanal para cuerpo, abdomen, pediatría o estudios avanzados: 3 puntos • Configuración avanzada con cobertura completa y optimización de flujo clínico: 6 puntos	6	En la oferta: • 48 canales RF, hasta 204 elementos • Amplia dotación de bobinas (head/neck, spine, body, flex, mama, pediatría, etc.) • Uso simultáneo multibobina y optimización workflow
5	5. Soporte técnico y capacidad de respuesta (hasta 4 puntos) Se valorará la mejora en la capacidad de respuesta de soporte técnico: • Cumple mínimos del PPT: 0 puntos • Respuesta técnica < 8 horas: 2 puntos • Respuesta técnica < 4 horas: 4 puntos	0	No se garantiza la respuesta técnica <8 horas en incidencias notificadas fuera del horario de recepción de avisos: días laborables lunes a viernes en horario de 08:00 a 18:00 horas
PUNTUACIÓN TOTAL		15 /30	

Nº	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PUNTUACIÓN VIVO DIAGNÓSTICO	
1	1. Disponibilidad operativa y capacidad de sustitución (hasta 8 puntos) El licitador dispone de una flota de, al menos, 2 equipos móviles equivalentes al ofertado: • Sí 8 puntos • No 0 puntos	8	VIVO acredita la existencia de tres unidades móviles de resonancia de 1,5 T
2	2. Mejora de la accesibilidad y confort del paciente (hasta 6 puntos) Se valorará el diámetro útil del túnel del equipo: • ≥ 60 cm 0 puntos • ≥ 65 cm 3 puntos • ≥ 70 cm 6 puntos	0	“diámetro interno útil de 60 cm”
3	3. Mejora de las prestaciones del sistema de gradientes (hasta 6 puntos) Se valorarán las prestaciones del sistema que permitan mejorar la calidad de imagen y reducir tiempos de adquisición. Se considerarán: • Amplitud de gradiente (mT/m) • Velocidad de conmutación (T/m/s) Puntuación: • Cumple mínimos del PPT 0 puntos • Amplitud ≥ 33 mT/m 3 puntos • Velocidad de conmutación ≥ 120 T/m/s 3 puntos	6	En la oferta: Amplitud: 33 mT/m Slew rate: 120 T/m
4	4. Mejora en la dotación de radiofrecuencia (hasta 6 puntos) Se valorará la disponibilidad de bobinas adicionales y la versatilidad clínica del sistema: • Configuración básica (cumple mínimos): 0 puntos	6	• Acredita configuración ampliada de bobinas • Acredita configuración avanzada: • Cobertura 48 cm CTL.

	- Configuración ampliada que incluya bobinas adicionales multicanal para cuerpo, abdomen, pediatría o estudios avanzados: 3 puntos - Configuración avanzada con cobertura completa y optimización de flujo clínico: 6 puntos		- Mesa para angio-multiestación - Cobertura 48 cm Neurovascular - SmartPrep-SmartStep y switching automático de bobinas
5	5. Soporte técnico y capacidad de respuesta (hasta 4 puntos) Se valorará la mejora en la capacidad de respuesta de soporte técnico: - Cumple mínimos del PPT: 0 puntos - Respuesta técnica < 8 horas: 2 puntos - Respuesta técnica < 4 horas: 4 puntos	0	Si bien en el documento "Anexo E. Documentación de GE" anexo" dice textualmente "GE Healthcare garantiza un tiempo de respuesta inferior a 4 horas", esto es incoherente con el horario de atención que se recoge en el mismo documento "Lunes a Viernes: 8:00h a 18:00", entendiendo que el PCAP valorar como tiempo de respuesta la actuación directa por el servicio técnico, no el simple registro de la incidencia.
PUNTUACIÓN TOTAL			20 /30

4.- CONCLUSIONES

El cómputo total de puntuaciones de la oferta técnica es el siguiente:

PUNTUACIÓN TOTAL	MEDALTE GLOBE	VIVO DIAGNOSTICO
Criterios evaluables automaticamente por aplicación de fórmulas	15	20

San Sebastian de los Reyes a, 27 de junio de 2026

Fdo. Álvaro Paniagua Bravo
Director Técnico de la UCR