

INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

“EXP. A/SUM-019862/2026 - CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA RESONANCIA MAGNETICA MOVIL CON DESTINO EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE”

OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto analizar y verificar el grado de cumplimiento de la oferta presentada por el licitador en relación con los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

DOCUMENTACIÓN EVALUADA

Se ha analizado la documentación técnica aportada por el licitador, en particular el documento técnico de referencia “CS07-D37_9_1_DOCUMENTACION TECNICA.pdf”.

EMPRESA ANALIZADA

Medalte Globe, S.L.

Requisito PPT	Oferta Medalte	Cumple	Observaciones
Manuales en castellano	Se aporta manuales en castellano	Sí	Cumple
Instalación completa	Se aporta “Guía del emplazamiento” y plazos de puesta en marcha.	Sí	Cumple
Conexión suministros	Se detalla las conexiones eléctricas y de datos, acometidas hasta cuadros del hospital	Sí	Cumple
Pruebas aceptación	Se adjunta como Anexo II – Start-up Report la documentación acreditativa de la puesta en marcha, comprobación y superación de las pruebas de aceptación del equipo	Sí	Cumple
Formación	Se aporta plan de formación ni módulos	Sí	Cumple

Garantía servicio	Se aporta descripción de servicio técnico y mantenimiento integral; se indican tiempos de reparación y gestión remota	Sí	Cumple
Potencia	100 kVA	Sí	Cumple
Intensidad	125 A	Sí	Cumple
Climatización	Se describe el diseñado para garantizar tanto las condiciones ambientales necesarias para el correcto funcionamiento del equipo	Sí	Cumple

CONCLUSIÓN

La oferta cumple mayoritariamente con el PPT, destacando el cumplimiento en requisitos eléctricos, operativos y de emplazamiento.

Fdo.: Jose Andres Bravo Rodríguez

Ingeniero Hospital Universitario del Sureste